

Zgierz, dn. 14.06.2021 r.

Nr referencyjny: PN/VII/2021

Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn. **Dostawa testów typu Line do diagnostyki chorób autoimmunologicznych wraz z dzierzwą sprzętu do badań**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do diagnostyki alergii (pozycja 6), w którym na każdym pasku testowym naniesione są pola z liniami kalibratorów oraz pole z markerem CCD?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści testy do diagnostyki celiakii (poz.9), które zawierają na pasku pole do wykrywania niedoboru IgA, pole negatywnej kontroli oraz pola kontroli dla koniugatów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści testy do diagnostyki celiakii (poz.10), które zawierają na pasku pole kontroli surowicy, pole negatywnej kontroli oraz pola kontroli dla koniugatów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów przedmiotowych wraz z ofertą do postępowania w formie papierowej zgodnie z Rozdziałem III pkt 3 SWZ, czy podpisanych podpisem kwalifikowanym i złożonych na platformie zgodnie z Rozdziałem XVI?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami treści SWZ.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) wymaga podania ceny jednostkowej netto za opakowanie oraz wyliczenie wartości netto z ilość opakowań oraz ceny za opakowanie, czy należy podać cenę za jednostkowe badanie i z tej ceny wyliczyć wartość oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) wymaga podania ceny jednostkowej netto za badanie i na tej podstawie wyliczenia wartości oferty.

W związku z powyższym, w celu uporządkowania zapisów SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 do SWZ.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu  
Agnieszka Jóźwik  
*podpis na oryginale*

Otrzymują:

a/a PN/VII/2021

Publikacja:

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_zgierz](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz)