



EZ.272.012.2024

Wrocław, dnia 30.04.2024r.

EZ/443/24

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę rękawic jednorazowych i diagnostycznych (sygnatura sprawy: **EZ/361/408/24**).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą SWZ.

**Pytanie nr 1** - Dotyczy zapisów SWZ rozdz. VII pkt. 2

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kart katalogowych wystawionych przez producenta lub importera/dystrybutora na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2** -Zadanie 2 poz. 1

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,12 mm, na dłoni 0,08 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 3** - Zadanie 3 poz. 1

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, będących wyrobem medycznym klasy IIa oraz ŚOI kategorii III typ C (wg EN ISO 374-1). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4** - Zadanie 3 poz. 2

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości ścianki: palce 0,20 mm, dłoń 0,18 mm, mankiet 0,14 mm. Rękawice będące wyrobem medycznym klasy IIa oraz ŚOI kategorii III typ C (wg EN ISO 374-1). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5** - Zadanie 3 poz. 3

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na palcach i wnętrzu dłoni, silikonowanej (bez chlorowania), powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana. Grubość pojedynczej ścianki na palcu  $0.33 \pm 0.03$  mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6** - Zadanie 3 poz. 4

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą, silikonowanej (bez chlorowania). Grubość pojedynczej ścianki na palcu  $0.14 \pm 0.03$  mm, na dłoni  $0.13 \pm 0.03$  mm, na mankiecie  $0.14 \pm 0.03$  mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7** - Zadanie 3 poz. 4

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, polimeryzowanej (bez chlorowania). Rękawice dostępne w rozmiarach 6,0 - 9,0. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8** - Dotyczy Zadanie 3 pozycja 3

„Czy Zamawiający dopuści alternatywne rękawice: chirurgiczne, lateksowe, bezpydrowe, do zabiegów o podwyższonym ryzyku, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, obustronnie pokryte polimerem. Rozmiar 6,0-9,0. Pakowane w opakowania folia-folia. Nieskładane na pół. Długość rękawicy min. 290mm. Poziom AQL 0,65. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,27-0,32mm, dłoni 0,26-0,30mm, mankieta 0,20-0,22mm. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Elżbieta Borowik



# Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

kategorii III typ B. Zgodne z normami EN 455-1,2,3,4, EN 556, EN ISO 374-1, EN 420, EN 16523, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 421?"

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie nr 9** - Dotyczy Zadanie 3 pozycja 4

„Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimeryzowane, grubość pojedynczej ścianki palca 0,21-0,23mm dłoni 0,18-0,19mm, mankietu 0,15-0,17mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie nr 10** - Dotyczy Zadanie 3

„Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania wymagań dopuści kartę danych technicznych wystawioną przez importera rękawic?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie nr 11** - Dotyczy Zadanie 3

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie. Pragniemy nadmienić, że sterylizacja tlenkiem etylenu wiąże się z ryzykiem ekspozycji użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym i drażniącym w przeciwieństwie do produktu sterylizowanego promieniami gamma, gdzie możliwe jest hermetyczne zamknięcie produktu.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie nr 12** - Zadanie 1 Pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści zaferowanie rękawic foliowych, które zostały objęte 23% stawką VAT i nie są sklasyfikowane jako wyrób medyczny? Jednocześnie pragniemy zauważyć, że zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych rękawice te nie są objęte deklaracjami zgodności i nie podlegają żadnemu wpisowi do rejestru.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszczał i dopuszcza zaferowanie rękawic w Zadaniu 1, które nie są wyrobami medycznymi, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Zamawiający, zgodnie z zapisami SWZ nie stawiał wymogu w Zadaniu 1 zaferowania wyrobów medycznych. Wobec powyższego zaferowany asortyment może być objęty 23% stawką podatku Vat.**

**Pytanie nr 13** - Zadanie 2 Pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości na palcu 0,12mm+/-0,01?”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 14** - Zadanie 2 Pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści rękawice dostępne w rozmiarach od S do XL?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15** - Zadanie 3 Pozycja 2

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm+/-0,01, na dłoni 0,14mm+/-0,01, na mankiecie 0,11mm+/-0,01?”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 16** - Zadanie 3 Pozycja 2

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,21mm+/-0,01, na dłoni 0,18mm+/-0,01, na mankiecie 0,17mm+/-0,01?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17** - Zadanie 3 Pozycja 3

„Czy Zamawiający dopuści rękawice z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy i polimerowane obustronnie?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18** - Zadanie 3 Pozycja 4

„Czy Zamawiający dopuści rękawice z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy i polimerowane obustronnie?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19** - Zadanie 3 Pozycja 4

„Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze 6.0-9.0?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Elżbieta Borowik



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

**Pytanie nr 20** - Zadanie 3 Pozycja 4

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,20mm+/-0,02, na dłoni 0,18mm+/-0,02, na mankiecie 0,16mm+/-0,02?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Ponadto, w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania oraz zmianą SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 284 i art. 286 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 10.05.2024r.**, miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia **08.06.2024r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Elżbieta Borowik

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl