

Toruń, dnia 07-03-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-05/24

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych z podziałem na 9 zadań.

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający zgodnie z art.135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 1605), zwanej dalej Pzp, udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1, dot. Załącznika Nr 2/2 poz. 5

Czy Zamawiający w punkcie 5 pisząc w kolumnie jednostka miary – sztuka, miał na myśli jednostkę miary opakowanie, ponieważ wymagane jest opakowanie zawierające 5 szt. ? Czy w takim razie Zamawiający wymaga zaoferowania 50 opakowań po 5 sztuk każde ?

Odpowiedź:

Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający modyfikuje zapis w poz. 5, zaktualizowany Załącznik Nr 2/2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun

Pytanie Nr 2, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 3

Czy w związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania : Zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej, oczekuje aby jego elementy zgodnie z przeznaczeniem danego wyrobu służyły do toalety jamy ustnej?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wyrobów przeznaczonych do toalety jamy ustnej.

Pytanie Nr 3, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek bez zawartości aloesu, ale zawierających w składzie allantoinę. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy o zaokrąglonych kształcie, do mycia ciała pacjenta - z suchym mydłem, kolor biały, miękki materiał: Poliester, viskoza; jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą. Wymiary: 23,5 cm x 17cm (+/-1,0cm). 20 szt. w opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 5, dot. rozdz. V pkt 1 ppkt 1.5. SWZ oraz zapisów załącznika nr 5 do SWZ, Załącznik Nr 2/1

Dotyczy zapisów rozdz. V pkt 1 ppkt 1.5. SWZ oraz zapisów załącznika nr 5 do SWZ, tj. Wzoru umowy w odniesieniu do zadania nr 1. Zapis w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1.5. SWZ brzmi: 1.5. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do przekazania Zamawiającemu na czas trwania umowy niezbędnego, kompletnego instrumentarium do oferowanych wyrobów, które umożliwi wykonywanie zabiegów. Przekazanie instrumentarium nastąpi z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia (dotyczy Zadań Nr 1, 3, 4, 5). Ponadto zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SWZ § 3 ust. 6: 6. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do przekazania Zamawiającemu na czas trwania umowy niezbędnego, kompletnego instrumentarium do oferowanych wyrobów, które umożliwi wykonywanie zabiegów. Przekazanie instrumentarium nastąpi z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia (niniejszy wymóg dotyczy Zadań Nr 1, 3, 4, 5).

W nawiązaniu do powyższego w związku z tym, że przedmiot zamówienia w zadaniu nr 1 stanowią endoprotezy onkologiczne, których zabiegi można zaplanować z wyprzedzeniem zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający

wyrazi zgodę na dostarczenie niezbędnego, kompletnego instrumentarium do oferowanych wyrobów, które umożliwi wykonywanie zabiegów, wraz z implantami na czas trwania zabiegu w terminie wskazanym w ofercie przetargowej, licząc od dnia otrzymania pisemnego zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 6, dot. V SWZ pkt 1 ppkt 1.4 Zapis w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1.4 SWZ

Dotyczy Rozdziału V SWZ pkt 1 ppkt 1.4 Zapis w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1.4 SWZ brzmi: 1.4. W razie istotnych wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do parametrów techniczno-użytkowych niektórych oferowanych wyrobów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji w danej pozycji zamówienia poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia kart katalogowych, egzemplarza (wzoru) próbnego lub prezentacji oferowanego wyrobu. W tych okolicznościach artykuł z danej pozycji musi być dostarczony lub przedstawiony do prezentacji w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia Wykonawcom takiej konieczności. Nieprzedłożenie w czasie oznaczonym przez Zamawiającego wymaganych egzemplarzy próbnych albo brak prezentacji może być podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Zwracamy się z pytaniem, czy na spełnienie wymogu weryfikacji dot. wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do parametrów techniczno-użytkowych niektórych oferowanych wyrobów - Zamawiający dopuści możliwość ich weryfikacji w danej pozycji zamówienia poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia kart katalogowych, które Wykonawcy będą mogli przedłożyć do Zamawiającego w formie elektronicznej za pomocą platformy, na której jest prowadzone postępowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dla Zadania Nr 1.

Pytanie Nr 7, dot. Załącznika Nr 2/8 poz. 5

Czy zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur zawierający:

- dwa osobne opakowania o składzie:
 - 1 szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni,
 - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją,
 - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
 - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej
- cztery osobne opakowania o składzie:
 - 1 aplikator z możliwością odsysania z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania pokryty dwuwęglanem sodu
 - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
 - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją,
 - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej

Zestaw posiada gotowy roztwór roboczy do użytkowania po otwarciu opakowania; każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn, opakowanie w formie wygodnego dyspensera, który można postawić na stoliku, opakowanie umożliwia wyciąganie zestawów w odpowiedniej kolejności stosowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 8, dot. Załącznika Nr 2/8 poz. 6

Czy zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur zawierający:

- dwa osobne opakowania o składzie:
 - 1 szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni,
 - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją,
 - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
 - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej
- cztery osobne opakowania o składzie:
 - 1 aplikator z możliwością odsysania z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania pokryty dwuwęglanem sodu
 - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
 - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją,
 - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej

Zestaw posiada gotowy roztwór roboczy do użytkowania po otwarciu opakowania; każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn, opakowanie w formie wygodnego dyspensera, który można postawić na stoliku, opakowanie umożliwia wyciąganie zestawów w odpowiedniej kolejności stosowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9, dot. Załącznika Nr 2/8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści żel znieczulający przeznaczony wyłącznie do cewnikowania i zabiegów rektoskopii, kolonoskopii. Wygodne do aplikacji, bezlateksowe ampułkostrzykawkę. W składzie m.in. lidokaina (chlorowodorek lidokainy 2%) i chlorheksydyna (diglukonian chlorheksydyny 0,05%). Zawiera wodę oczyszczoną. Sterylizowane promieniami gamma. Opakowanie zbiorcze 25 sztuk. Pojemność 11ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 10, dot. Załącznika Nr 2/8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści żel znieczulający przeznaczony wyłącznie do cewnikowania i zabiegów rektoskopii, kolonoskopii. Wygodne do aplikacji, aplikator harmonijkowy. W składzie m.in. lidokaina (chlorowodorek lidokainy 2%) i chlorheksydyna (diglukonian chlorheksydyny 0,05%). Zawiera wodę oczyszczoną. Sterylizowane promieniami gamma. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk. Pojemność 12,5g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymaganej ilości.

Pytanie Nr 11, dot. Załącznika Nr 2/8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści żel znieczulający przeznaczony wyłącznie do cewnikowania i zabiegów rektoskopii, kolonoskopii. Wygodne do aplikacji, aplikator harmonijkowy. W składzie m.in. lidokaina (chlorowodorek lidokainy 2%) i chlorheksydyna (diglukonian chlorheksydyny 0,05%). Zawiera wodę oczyszczoną. Sterylizowane promieniami gamma. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk. Pojemność 12,5g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymaganej ilości.

Pytanie Nr 12, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 2

Czy zamawiający dopuści myjki o wymiarach min. 20 x 20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 3

Czy zamawiający dopuści zamiast parametru „1 cewnik typu yankauer z silikonową lub miękką końcówką o długości roboczej minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik ‘‘Y’’ do układu ssącego,, zestaw zawierający w składzie równoważną „kończówkę odsysającą, miękką, zakończoną atraumatycznie, długość min. 14cm, do podłączenia z drenem z regulacją siły ssania, 1 łącznik Y’’?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw zawierający w składzie saszetkę z preparatem nawilżającym o pojemności min. 2ml/2g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 15, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 3

Czy zamawiający zamiast parametru „gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką” dopuści równoważną „gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z skośną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 16, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 3

Czy zamawiający zamiast parametru „zestaw zawierający numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań” dopuści równoważny „zestaw pakowany w kartonik w formie wygodnego dyspensera umożliwiający na wyciąganie zestawów w odpowiedniej kolejności stosowania”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 4

Czy zamawiający dopuści zamiast parametru „szczoteczka do zębów z odsysaniem (...) i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, dopuści równoważną „szczoteczkę do odsysania z chropowatą gąbką na górnej powierzchni”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 18, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 4

Czy zamawiający zamiast parametru „zestaw zawierający numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań” dopuści równoważny „zestaw pakowany w kartonik w formie wygodnego dyspensera umożliwiający na wyciąganie zestawów w odpowiedniej kolejności stosowania”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 5

Czy zamawiający dopuści tampony/myjki pakowane po 4 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 20, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 6

Czy zamawiający dopuści myjki o wymiarach 24cm x 17,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 21, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 6

Czy zamawiający dopuści grubość min. 3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22, dot. Załącznika Nr 2/9 poz. 7

Czy zamawiający dopuści zestaw zawierający w składzie saszetkę z preparatem nawilżającym o pojemności min. 2ml /2g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 23, dot. Załącznika Nr 2/7 część II, poz. 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

Odpowiedź:

208 7389-002

Pytanie Nr 24, dot. Załącznika Nr 2/7 część II, poz. 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

Odpowiedź:

208 791-003

Pytanie Nr 25, dot. Załącznika Nr 2/7 część III, poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie Mankietów rozmiary : 8-13cm, 12-19cm, 18-26cm, 25-35cm, 25-35cm długi, 33-47cm , 33-47cm długi, 46-66 wielorazowy, 2-tubowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 26, dot. Załącznika Nr 2/7 część IV, poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie Mankietów niemowlęcy rozmiary : 7-12 cm, 14-20 cm, 18-26cm, 25-35cm, 34-43cm, jednopacjentowy, 2-tubowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 27, dot. Załącznika Nr 2/7 część VII, poz. 7

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź:

TS-AF-25

Pytanie Nr 28, dot. Załącznika Nr 2/7 część I, II, III, IV, VII

Uprzejmie prosimy o wydzielenie część I, II, III, IV, VII z zadania 7 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przeloży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje Załącznik Nr 2/2 poz. 5 do SWZ Poprawiony i zaktualizowany Załącznik z uwzględnieniem dokonanej zmiany stanowi załącznik do niniejszej informacji i jest dostępny na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem