

E.ZP.261.17.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na **dzierżawę strzykawki automatycznej do tomografu komputerowego wraz z akcesoriami do jej obsługi.**

Modyfikacja

I. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i wprowadza zmiany w zakresie treści:

a) **Pkt 4.2. SWZ**, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4.2. Przedmiot zamówienia musi:

4.2.1. być wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 5 maja 2017 r., str. 1 ze zm.);

*4.2.2. musi posiadać certyfikat pełnego zapewnienia jakości produkcji, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną – dla wyrobów klasy Is, IIa, IIb, III.- **dotyczy poz. 2 i 3.**”*

b) **Pkt 9. SWZ**, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9.1. Dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 5 maja 2017r., str. 1 ze zm.) w formie deklaracji zgodności.

*9.2. Certyfikat pełnego zapewnienia jakości produkcji, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną – dla wyrobów klasy Is, IIa, IIb, III.- **dotyczy poz. 2 i 3.***

- 9.3. Dokument potwierdzający klasę wyrobu medycznego, jeżeli nie wynika to z dokumentów wskazanych w punktach 9.1 i 9.2 SWZ - **dotyczy poz. 2 i 3.**
- 9.4. Katalog lub folder lub ulotka lub opis oferowanego przedmiotu (z wyraźnym zaznaczeniem oferowanego produktu wraz z numerem katalogowym podanym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) -**dotyczy poz. 2 i 3** oraz parametry techniczne zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SWZ).
- 9.5. Dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia i Opisie przedmiotu zamówienia (złożyć w przypadku, gdy dokumenty wskazane w pkt. 9.4 SWZ nie potwierdzają spełniania tych wymagań).

UWAGA:

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych – **z wyjątkiem dokumentów określonych w 9.4 i 9.5 SWZ w zakresie parametrów punktowanych, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia zał. 2 do SWZ (kryterium oceny ofert).**”

c) **Pkt 19.2.2. SWZ**, który otrzymuje następujące brzmienie:

„19.2.2. **Opis kryterium właściwości techniczne: 20% – max. 20 pkt.**

W = (Wb : W max) x 20

W - Punktacja za kryterium właściwości techniczne

Wb - Ilość punktów za właściwości techniczne oferty badanej

W max - Maksymalna ilość punktów za właściwości techniczne spośród ofert rozpatrywanych

- Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

Zamawiający dokona przyznania punktów według „**Parametrów punktowanych**” określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. 2 do SWZ) dla wybranych pozycji, **potwierdzonych wymaganymi dokumentami wskazanymi w pkt. 9.4 i 9.5 SWZ.**

W przypadku ewentualnego braku udokumentowania parametru punktowanego Zamawiający **przyzna 0 punktów** za ten parametr.”

d) § 6 ust. 2 Projekt umowy (załącznik nr 7 do SWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

„Osoby uprawnione do kontaktów

§ 6

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest
..... (tel. nre-mail) lub osoba zastępująca.
 2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy są:
 - 1) Agnieszka Wykrzykowska – Koordynator Zespołu Techników RTG tel. nr 515 178 233, 52 3256779 lub 52 3256615, e-mail: kpcp-rtg@kpcp.pl lub osoba zastępująca – w zakresie dzierżawy;
 - 2) Ewa Dudzińska - Kierownik Apteki tel. nr (52) 32-56-713, e-mail: apteka@kpcp.pl lub osoba zastępująca – w zakresie dostaw akcesoriów. „
- II. Nawiązując do dokonanej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 07.06.2023 r. godz. 09:00** i jednocześnie wyznacza termin otwarcia ofert na dzień **07.06.2023 r. godz. 09:05**. Termin związania ofertą upływa dnia **04.09.2023 r.**

W związku z powyższymi zmianami ulega odpowiednio treść punktów 16.1, 17.1 i 18 SWZ.

Podstawa prawna: art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)