

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

Poznań, 27.09.2022r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem / strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP pod nazwą: **Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM**

Zamawiający informuje, że zostały złożone pytania do treści SWZ dot. ww. postępowania.

W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę:

Pytanie 1:

Pakiet 1, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kaniul o parametrach:

- Wykonana z biokompatybilnego medycznego PUR
- Wyposażona w sześć pasków radiocieniujących – widoczna w RTG i USG
- Wyposażona w metalowy automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, w postaci zatrzasku na końcu igły
- Posiada filtr hydrofobowy, który zapobiega przeciekaniu krwi podczas kaniulacji
- Silikonowa zastawka w porcie iniekcyjnym zapobiega cofaniu się krwi
- Transparentna komora wpływu wstecznego zapewnia natychmiastową kontrolę poprawności wkłucia.
- Skrzydełka oraz korek portu bocznego (iniekcyjnego) kodowany kolorystycznie
- Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi, prążkowany
- Gładka miękka, elastyczna powierzchnia
- Stożkowe zakończenie cewnika jest ustawione osiowo ze skosem igły aby zapewnić łagodne przejście z igły do cewnika
- Elastyczne skrzydełka w pozycji złożonej z dziurkami umożliwiają zamocowanie kaniuli plastrem lub jej przyszycie co przekłada się na lepszą stabilizację kaniuli w żyłę,
- Silikonizowana igła wykonana ze stali nierdzewnej, tylny szlif zapewnia ostrość igły co ułatwia wkłucie i poprawia komfort pacjenta podczas kaniulacji
- Nasadka chroni igłę i cewnik przed zanieczyszczeniem
- Minimalny opór podczas zabiegu iniekcyjnego spowodowany niskim współczynnikiem tarcia
- Cienkie ścianki cewnika pozwalają na maksymalny przepływ płynów
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna
- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem
- Na opakowaniu jednostkowym zawarta m.in. informacja o średnicy, długości kaniuli, przepływach; dacie ważności, nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula
- Nie zawiera plastyfikowanego PVC, lateksu, DEHP
- Opakowanie handlowe – 50 sztuk

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

| | | | | |
|-----|--------|-----|------|----|
| 14G | Orange | 270 | 2.10 | 45 |
| 16G | Grey | 200 | 1.80 | 45 |
| 17G | White | 140 | 1.50 | 45 |
| 18G | Green | 85 | 1.30 | 32 |
| 18G | Green | 85 | 1.30 | 45 |
| 20G | Pink | 55 | 1.10 | 32 |
| 22G | Blue | 33 | 0.90 | 25 |
| 24G | Yellow | 18 | 0.70 | 19 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje kaniul zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Proszę o dopuszczenie kaniul o parametrach:

- Cewnik wykonany z FEP (teflon), wolna od PHT (DEHP)
- Widoczna w USG i RTG (posiada dwa paski radiocieniujące)
- Posiada samodomykający się koreczek portu bocznego (iniekcyjnego)
- Zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzaśku
- Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamujący wypływ krwi
- Koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej krawędzi
- Elastyczne skrzydełka z dziurkami do przysycia kaniuli zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę
- Igła silikonizowana, trójkątne ostrze igły, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna
- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

| Kod koloru | Rozmiar (GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
|--------------|------------------|--------------|------------|
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 | 100 ml/min |
| | 18 G | 1,3 x 32 | 105 ml/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 61 ml/min |
| | 20 G | 1,1 x 25 | 65 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje kaniul zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

Pakiet 1, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul o parametrach:

- Cewnik wykonany z PTFE
- Wolna od PVC i lateksu.
- Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi
- Widoczna w USG posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG
- Posiada port iniekcyjny zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem
- Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekami krwi
- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

- Igła silikonizowana, ostrze igły typu back-cut, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
- Stożkowa końcówka kaniuli, umożliwiająca łatwe wprowadzenie do żyły
- Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

| Kod koloru | Rozmiar (GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
|------------|------------------|--------------|-----------|
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 18 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 10 ml/min |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje kaniul zgodnie z SWZ.

Pytanie 4:

Pakiet 1, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul o parametrach:

- Wykonana z PTFE widoczna w promieniach RTG
- Wolna od PVC i lateksu.
- Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi
- Posiada samodomykający się zawór portu bocznego
- Wyposażona w filtr hydrofobowy zatrzymująca wypływ krwi poza kaniulą
- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu,

skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę

- Igła silikonizowana, potrójnie ścięta , wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
- Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją
- Koreczek luer lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna
- Opakowanie gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

| Kod koloru | Rozmiar (GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
|------------|------------------|--------------|-----------|
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 | 22 ml/min |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 10 ml/min |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje kaniul zgodnie z SWZ.

Pytanie 5:

Pakiet 1, poz. 5a

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6 :

Pakiet 1, poz. 5a

Proszę o dopuszczenie przyrządu o parametrach:

- Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.
- Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.
- Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.
- Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).
- Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.
- Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie
- Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu.

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

- Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczepek na dren.
- Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)
- Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta
- Posiada komorę kroplową, której część z kolcem wykonana jest ze sztywnego, w pełni przezrystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)
- Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary
- Długość drenu: 180 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje przyrządu zgodnie z SWZ.

Pytanie 7:

Pakiet 1, poz. 4, 8, 9, 15-25, 27-29

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 8:

Pakiet 1, poz. 11, 12, 13

Proszę o dopuszczenie masek z drenem o długości 2 m

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych masek.

Pytanie 9:

Pakiet 1, poz. 12, 13

Proszę o dopuszczenie masek w rozmiarach M, L, XL

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje masek zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10:

Pakiet 1, poz. 26

Proszę o dopuszczenie cewników o rozmiarach CH 4 - CH 8 -50 cm oraz CH10 – CH 24 – 60 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11:

Pakiet 3, poz. 5

Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii z otworem z klapką

Odpowiedź:

Pozycja nie dotyczy spodenek do kolonoskopii. Zamawiający oczekuje spodni długich, ochronnych, zgodnych z SWZ.

Pytanie 12:

Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny wzmocniony wykonany z dwóch warstw celulozy oraz warstwy folii PE,

- dodatkowo podkład wzmocniony 48 nitkami poliestrowymi,

- podkład wysokochłonny podfoliowany,

- równoległe nitki wzdłuż podkładu chronią przed jego rozerwaniem, podkład pozwala zabezpieczyć łóżko, a także meble i urządzenia medyczne,

- podkład nieuczułający, jednorazowego użytku, produkt opatrzony znakiem CE,

- rozmiar 80x21cm

- Gramatura 55g/m²

- Pakowany a`25szt.

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych podkładów.

Pytanie 13:

Pakiet 3 poz. 2, 3, 5, 7

Czy Zamawiający ma na myśli wyroby z włókniny polipropylenowej PP?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14:

Pakiet 3 poz.3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych fartuchów.

Pytanie 15:

Pakiet 3 poz.5

Czy Zamawiający wymaga spodni długich czy krótkich spodenek?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje długich spodni.

Pytanie 16:

Pakiet nr 2 poz. 1 a, b

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz. 1 lit. a) i b) wyceny op.=50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 17:

Pakiet nr 2 poz. 1 b

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod konfekcjonowanych po 5 na blistrze, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 18:

Pakiet nr 9 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie doskonałej jakości kołnierza szyjnego z tworzywa sztucznego, wyścielonego po stronie wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta, wodoodporny z możliwością regulacji rozmiaru. Bez regulacji podparcia potylicy (regulacja tego typu nie jest wymagana w przypadku kołnierzy stosowanych w ratownictwie medycznym). Precyzyjna - szesnastostopniowa regulacja podparcia żuchwy. W przedniej części dwa obszerne otwory umożliwiające kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Możliwość dezynfekcji. Konstrukcja jednoczęściowa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 19:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 1.1 wskazał: Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1) w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówionej partii towaru;

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 1% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 1% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1.1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5% wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

Pytanie 20:

Pakiet nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści nożyczki ratownicze o długości 19cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 21:

Pakiet nr 7, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści rękojeść o średnicy 28mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 22:

Pakiet nr 9, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny z czterostopniową regulacją oparcia potylicy oraz czterostopniową regulacją rozmiaru żuchwy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 23:

Część nr 10, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści produkt mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 24:

Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych kaniul.

Pytanie 25:

Część 1, pozycja 2a

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 24G o przepływie 17ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych kaniul.

Pytanie 26:

Część 1, pozycja 2b

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 26G o przepływie 23ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych kaniul.

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

Pytanie 27:

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne kaniule posiadające filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych kaniul.

Pytanie 28:

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania badań klinicznych oraz konstrukcji wykonanej z kapilar chroniącej przed zachlapaniem?

Odpowiedź:

W treści załącznika nr 1.1 doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający nie oczekuje dołączania do oferty żadnych przedmiotowych środków dowodowych za wyjątkiem oświadczenia o wyrobach medycznych – załącznik nr 3.

Zamawiający informuje, że oczekuje kaniul:

Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji. Posiadająca dodatkowo, samodomykający się korek portu do wstrzyknięć, min.5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik. Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadrażnięciem/zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Pakowane pojedynczo. Sterylizowana radiacyjnie.

W załączeniu aktualna wersja załącznika nr 1.1 – Formularz asortymentowo- cenowy – część 1.

Pytanie 29:

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie:

A -36 ml/min

B -61 ml/min

C -100 ml/min

D -142 ml/min

E – 1,7x45mm - 200 ml/min

F -305 ml/min ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych kaniul.

Pytanie 30:

Część 1, pozycja 5A

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 31:

Część 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem w odpowietrzniku o wysokiej skuteczności filtracji z pominięciem definicji NIOSH oraz z uniwersalnym zakończeniem luer-lock zabezpieczonym koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych aparatów do płynów infuzyjnych.

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

Pytanie 32:

Część 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w Air Pass , który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia

- Opatentowana zastawka (pływak) umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 µm umieszczony na końcu drenu
- Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass
- Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy
- Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów
- Niepirogenny
- Jednorazowy, sterylizowany EO
- Opakowanie: papier/folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych aparatów do płynów infuzyjnych.

Pytanie 33:

Część 1, pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane w papier-folia, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 34:

Część 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem 8ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 35:

Część 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści maski bez znaku CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej na korpusie, pakowane papier-folia bez opisowej instrukcji, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane maski.

Pytanie 36:

Część 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści prowadnice pokryte białym pcv, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 37:

Część 1, pozycja 25

Czy Zamawiający oczekuje cewnika Foleya z końcówką Tiemana skoro ma być zagięta czy zwykłego cewnika Foleya z prostą końcówką?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje cewnika Foleya z prostą końcówką.

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

Pytanie 38:

Część 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 30ml w rozmiarze 16-20, reszta rozmiarów i parametrów zgodnie z swz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane cewniki.

Pytanie 39:

Część 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników w rozmiarach CH12-22 o długości 50 oraz 60cm, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 40:

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wykonanego z papieru laminowanego folią o chłonności 140ml? Gramatura 40g/m² (23g/m² papier, 17g/m² folia), wzmocnione 8 lub 48 nitkami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane prześcieradła.

Pytanie 41:

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 42:

Część 3, pozycja 2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 43:

Część 3, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczki wykonanej z 3 warstw- 1 warstwa włóknina polipropylenowa Spunbond, 2 warstwa włóknina polipropylenowa Meltblown, 3 warstwa włóknina polipropylenowa Spunbond?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 44:

Część 3, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 45:

Część 3, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek do kolonoskopii wykonanych z włókniny polipropylenowej 40 g/m². Kolor granatowy, niejałowe?

Odpowiedź:

Pozycja nie dotyczy spodenek do kolonoskopii. Zamawiający oczekuje spodni długich, ochronnych, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

Pytanie 46:

Część 3, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie spodenek do kolonoskopii wykonanych z włókniny SMS 35 g/m². Kolor niebieski, niejako

Odpowiedź:

Pozycja nie dotyczy spodenek do kolonoskopii. Zamawiający oczekuje spodni długich, ochronnych, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 47:

Część 3, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie spodni wykonanych z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim, wiązanych na troki w pasie, wyposażonych w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane spodnie o ile będą to długie spodnie ochronne, w rozmiarze L-XL.

Pytanie 48:

Część 3, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 49:

Część 3, pozycja 7,8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 50:

Część 4, pozycja 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koca o wymiarach 110cm x 210 cm oraz gramaturze poliestru 80g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 51:

Część 4, pozycja 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koca o wymiarach 110cm x 120 cm oraz gramaturze poliestru 63g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 52:

Część 4, pozycja 1a,1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koca o gramaturze włókniny 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 53:

Część 4, pozycja 1a,1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu normy EN 13795:2011?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

Pytanie 54:

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5kg. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 55:

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny w opakowaniu a'5kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 56:

Część 5, pozycja 5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o składzie: 55% przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej, 2% spandex?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 57:

Część 5, pozycja 11-16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wycenę za opakowanie a'25m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 58:

Część 5, pozycja 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie opakowania a'12szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 59:

Część 5, pozycja 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie opakowania a'6szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 60:

Część 5, pozycja 19,20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wycenę za opakowanie a'5m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 61:

Część 5, pozycja 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną chustę.

Pytanie 62:

Część 5, pozycja 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu higienicznego z samoprzylepnym paskiem mocującym w części centralnej, bez folii?

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany podkład.

Pytanie 63:

Część 5, pozycja 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wycenę za opakowanie a'20szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 64:

Część 5, pozycja 24

Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową 17 nitkową o powierzchni 1m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 65:

Część 5, pozycja 24

Czy Zamawiający jako jednostkę miary miał na myśli sztukę?

Odpowiedź:

Tak, 1m² = 1 szt.

Pytanie 66:

Część 5, pozycja 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę na opakowanie a'100m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, przy czym 1m² = 1 szt.

Pytanie 67:

Część 5, pozycja 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie gazy niejalowej w rozmiarze 0,9m x 100m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68:

Część 5, pozycja 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek w rozmiarze M-XL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69:

Część 5, pozycja 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'15 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 70:

Część 5, pozycja 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek pakowanych a'15 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

Pytanie 71:

Część 5, pozycja 26

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 72:

Część 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły o pojemności 0,7l o średnicy dolnej 93mm, górnej 109mm i wysokości 97mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany pojemnik.

Pytanie 73:

Część 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę lancetów w opakowaniu a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 74:

Część 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podwójnie obrotowe łączniki kątowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 75:

Część 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści testy o innym sposobie konfekcjonowania z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 76:

PAKIET 8

Z uwagi na problemy produkcyjne i brak dostępności opisanych opatrunków hydrożelowych, zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie możliwości zaoferowania opatrunków hydrożelowych sterylnych, których materiałem nośnym żelu jest wytrzymały na rozdarcia poliester przeznaczone typowo do działań ratowniczych w terenie, które mogą być przechowywane w temperaturze nawet -5st. C do +35st. C?

Każdy opatrunek pakowany jest oddzielnie, w sterylne, foliowe opakowanie jednorazowe umożliwiające natychmiastowe zastosowanie i łatwe otwarcie opatrunku. Opatrunki zawierają kwas hialuronowy, bez parabenów.

Oferowane opatrunki hydrożelowe przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień, używane są na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchniowej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości.

W przypadku niezastosowania ochładzania, oparzenie początkowo klasyfikowane jako drugiego stopnia, przekształca się w wyniku efektu penetracji ciepła w oparzenie trzeciego stopnia. Mogą być nakładane bezpośrednio na ranę, a po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi ją, łagodzi ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak, by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Zgodne są z pH ludzkiej skóry. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany, nie brudzą.

Czy Zamawiający w pozycji a) dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 5cm x 15cm?

Czy Zamawiający w pozycji c) dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10x40cm, który pokrywa taką samą powierzchnię ciała jak opatrunek o wymiarze 20x20cm?

Czy Zamawiający w pozycji d) dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 30x40cm, który jest standardowym opatrunkiem przeznaczonym na oparzenia twarzy dla dzieci i dla dorosłych, ponieważ ze względu na swój rozmiar pokrywa delikatną skórę uszu, które są najbardziej narażone na oparzenia oraz szyję chroniąc tętnice?

Dopuszczenie powyższych zmian nie wpływa na wartość funkcjonalno – użytkową opatrunków.

Zaoferowane wymiary opatrunków hydrożelowych są powszechnie stosowanymi, standardowymi wymiarami tego typu

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

asortymentu.

Przed wszystkim zaakceptowanie w/w wymiarów pozwoli na złożenie ofert przez większą grupę wykonawców, zwiększy konkurencyjność, co wpłynie na uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje opatrunków zgodnie z SWZ.

Pytanie 77:

PAKIET NR 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierzy ortopedycznych dla dorosłych i dla dzieci AEROresc - EASY Collar ma możliwość regulacji wielkości, co pozwala na stabilne unieruchomienie kręgosłupa szyjnego. Specjalne zapięcie pozwala w obu modelach na łatwą i indywidualną możliwość zmiany rozmiaru.

Kołnierz posiada samorozkładający się podbródek, jego ergonomiczna budowa pozwala na łatwe umieszczanie go w torbach pierwszej pomocy.

Dwa modele kołnierza ortopedycznego pozwalają w sytuacjach nagłych na zabezpieczenie wszystkich grup pacjentów - od małych dzieci do dużego dorosłego człowieka.

Cechy charakterystyczne:

- Niezawodne ograniczenie swobody ruchów
- Mechanizm blokujący gwarantuje najwyższą jakość stabilizacji
- Symetryczna regulacja rozmiaru dzięki prowadnicom
- Prosta i szybka zmiana wielkości
- Samorozkładająca się anatomiczna podstawa podbródka
- Dojścia z przodu i z tyłu umożliwiające kontrolę tętna, oddechu oraz przejrzystą obserwację krtani.
- Przezierność dla promieniowania rtg
- Ergonomiczne wykonanie - zajmuje mało miejsca, jest cienki.
- Wykonany z wysokogatunkowych materiałów hypoalergicznymi wolnymi od lateksu.
- Instrukcja obsługi w zasięgu ręki - znajduje się na produkcie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 78:

Dot. Załącznika nr 3 do SWZ: czy nie doszło do omyłki i w treści oświadczenia powinno być odniesienie do aktualnie obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022, nie do ustawy z dnia 20.05.2010 r.?

Odpowiedź:

Tak, doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający oczekuje zgodności zaproponowanych wyrobów medycznych z aktualnie obowiązującą ustawą.

W załączeniu aktualna wersja załącznika nr 3 – Oświadczenie o wyrobach medycznych.

Pytanie 79:

Pakiet 5 poz. 1: czy Zamawiający wymaga ligniny w arkuszach w rozmiarze 40x60?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 80:

Pakiet 5 poz. 1: czy Zamawiający dopuszcza ligninę w op. a'5kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 81:

Pakiet 5 poz. 9-10: czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny pakowany po 20 szt. (z przeliczeniem ilości) o składzie:

- warstwa pokrywająca i zewnętrzna hydrofilowa włóknina wiskozowo-poliestrowa,
- warstwa chłonna pulpa celulozowa,

Kolor biały?

Odpowiedź:

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 82:

Pakiet 5 poz. 10: czy Zamawiający dopuści rozmiar 10x15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 83:

Pakiet 5 poz. 22: czy Zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul 5,8x8 cm pakowany po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w cenniku, samoprzylepny, wykonany z włókniny poliestrowej, pokryty klejem akrylowym, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, elastyczny, jałowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 84:

Pakiet 5 poz. 25: Czy Zamawiający dopuści ofertę pieluchomajtek pakowanych po 1 szt. rozmiary do wyboru M-XL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 85:

Pakiet 5 poz. 25: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek z dwoma ściągaczami taliowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje pieluchomajtek zgodnie z SWZ.

Pytanie 86:

Pakiet 5 poz. 26: Czy Zamawiający wymaga neutralizatora zapachu o pojemności 500 ml który zawiera Deoplex, naturalny składnik bogaty w enzymy, przyspiesza on rozpad cząsteczek zapachowych, pozostawia delikatny odświeżający zapach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 87:

Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 11 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

Pytanie 88:

Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

Pytanie 89:

Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

Pytanie 90:

Pakiet 1, poz. 6-7; 11-14,

Czy zamawiający wydzieli poz.6-7; 11-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 91:

Pakiet 1, poz. 6

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na korpusie -cylinderze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Korpus/Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane strzykawki.

Pytanie 92:

Pakiet 1, poz. 9

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia lub dokumentu potwierdzającego syst. zamknięty w rozumieniu def. NIOSH, natomiast dopuści standardowy przyrząd IS z filtrem bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji?

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przyrząd.

Pytanie 93:

Pakiet 1, poz. 11-14

Czy zamawiający dopuszcza dren o dł. 200 cm i przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6-cioma pasami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego drenu.

Pytanie 94:

Pakiet 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści prześcieradło włókninowe o wymiarze 210 cm x 160 cm, niepodfoliowane, o gramaturze ok. 25 g/m², wykonane z włókniny jednowarstwowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego prześcieradła.

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków, produktów higienicznych wykorzystywanych przez członków ZRM

Znak sprawy: DZP-AS-TP.006.2022

Pytanie 95:

Pakiet 3, poz. 3

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 96:

Pakiet 5, poz. 2-4

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 97:

Pakiet 5, poz. 5-6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 98:

Pakiet 5, poz. 2-8,11-16,22,24,

Czy zamawiający wydzieli poz. 2-8,11-16,22,24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 99:

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie prześcieradła o rozmiarze 160 x 240 pakowanej op. 120 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje prześcieradła zgodnie z SWZ.

Pytanie 100:

Pakiet 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie poszwy o rozmiarze 160 x 240 pakowanej op. 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje poszwy zgodnie z SWZ.

Pytanie 101:

Pakiet 3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje fartucha zgodnie z SWZ.