

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

**sekretariat** 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

**NIP:** 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

---

Myślenice, dnia 15.12.2023r.

**Do wszystkich  
Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023 poz. 1605 z. póź. zm.), którego przedmiotem są dostawy trokarów. Nr sprawy 45/TP/23.

**Pytania Wykonawcy:**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w Części nr 1 pozycja 1 dopuści trokar nożowy o średnicy 10 mm z wbudowaną redukcją 5-10mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana lub zaawansowany system z balonikiem i dyskiem retencyjnym do wyboru podczas składaniu zamówienia, zawór gazowy; Średnice 11 mm i 10mm dedykowane są do tego samego rozmiaru narzędzi, jest to jedynie nomenklatura producenta.

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w Części nr 1 pozycja 2 dopuści kaniulę o średnicy 10 mm, o długości 100 mm, karbowaną? Średnice 11 mm i 10mm dedykowane są do tego samego rozmiaru narzędzi, jest to jedynie nomenklatura producenta.

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w Części nr 1 pozycja 3 dopuści kaniulę kaniulę 10 mm o długości 100 mm, z balonikiem i dyskiem retencyjnym? Średnice 11 mm i 10 mm dedykowane są do tego samego rozmiaru narzędzi, jest to jedynie nomenklatura producenta.

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w Części nr 1 pozycja 8 dopuści trokar optyczny o średnicy 10mm z wbudowaną redukcją 5-10mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana lub zaawansowany system z balonikiem i dyskiem retencyjnym do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia; Obturator z separatorem tkankowym bez otworu w grocie. Głowica trokara zaopatrzona w przycisk blokujący przytrzymujący optykę na miejscu w obturatorze. Średnice 11 mm i 10 mm dedykowane są do tego samego rozmiaru narzędzi, jest to jedynie nomenklatura producenta.

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w Części nr 1 pozycja 9 dopuści trokar optyczny o średnicy 5mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana lub zaawansowany system z balonikiem i dyskiem retencyjnym do wyboru podczas składania zamówienia; Obturator z separatorem tkankowym bez otworu w grocie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty**

Podpis.....

---

Zamieszczono na stronie internetowej ( platforma zakupowa zamawiającego)

.....