



*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

***Dotyczy: postępowania nr 351/2023/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej, medycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”***

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Dotyczy Część nr 8 – Suszarki laboratoryjne z naturalnym obiegiem powietrza.

Pozycja 1A: Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem o pojemności roboczej 100 - 120 litrów:

### **Pytanie nr 1**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suszarki z protokołem kontroli jakości w +160°C? Jest to środkowy zakres temperaturowy urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie suszarki z protokołem kontroli jakości w +160°C. Suszarka będzie służyła do pracy w temperaturze 90-115°C, dlatego wymagany jest protokół kontroli jakości w +105°C.

### **Pytanie nr 2**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suszarki o wymiarach zewnętrznych szer. 74,5 cm, wys.86,4 cm, gł.58,4 cm i wewnętrznych szer. 56 cm, wys.48 cm, gł.40 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie suszarki o powyższych wymiarach. Zamawiający informuje, że dokona odpowiedniej modyfikacji SWZ.

### **Pytanie nr 3**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suszarki z otworem do wprowadzenia zewnętrznego czujnika w lewej ścianie urządzenia o średnicy 23 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że dokona odpowiedniej modyfikacji SWZ.

### **Pytanie nr 4**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suszarki o maksymalnej mocy znamionowej urządzenia 2800W i wadze z trzema półkami 76 kg., a bez półek 70 kg.?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie suszarki o powyższych parametrach.

### **Pytanie nr 5**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suszarki z obudową zewnętrzną ze stali nierdzewnej teksturowanej? Takie rozwiązanie zapewnia zwiększoną trwałość obudowy urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie suszarki z obudową zewnętrzną ze stali

nierdzewnej teksturowanej.

Dotyczy Część nr 8 – Suszarki laboratoryjne z naturalnym obiegiem powietrza.

Pozycja 1B : Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem o pojemności roboczej 50 - 60 litrów:

**Pytanie nr 6**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suszarki z protokołem kontroli jakości w +160°C? Jest to środkowy zakres temperaturowy urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie suszarki z protokołem kontroli jakości w +160°C. Suszarka będzie służyła do pracy w temperaturze 90-115°C dlatego wymagany jest protokół kontroli jakości w +105°C.

**Pytanie nr 7**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suszarki z otworem do wprowadzenia zewnętrznego czujnika w lewej ścianie urządzenia o średnicy 23 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie suszarki z otworem do wprowadzenia zewnętrznego czujnika w lewej ścianie urządzenia o średnicy 23 mm.

Z poważaniem

**KANCLERZ**

**mgr inż. Bogusław Stec**

*(podpisano elektronicznie)*

Załączniki do pisma:

- 1) Załącznik nr 1 do SWZ PO MODYFIKACJI – Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy.

Sporządziła: Wioleta Pszenna

Odpowiedzi udzielił: Łukasz Graban