

Radziejów, dnia 21 czerwca 2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej” (oznaczenie sprawy ZP-07/2021) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 czerwca 2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00078778/01

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. I - GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA, „Zakres wysokiego napięcia min. 22-35 kV”

Czy Zamawiający dopuści generator z zakresem napięcia min. 23 – 35 kV?

Jest to praktycznie nieznacząca różnica w dolnym zakresie, który rzadko kiedy jest używany do wykonywania ekspozycji i nie ma to wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. I - GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA, „Maksymalny prąd małego ogniska min. 40 mA.”

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym maksymalny prąd małego ogniska wynosi 34 mA?

Jest to niewielka różnica i tylko dla małego ogniska, które nie jest wykorzystywane do tradycyjnych badań przesiewowych tylko do badań z powiększeniem. Wartość 34 mA jest wartością wystarczającą do wykonania wszelkich badań z powiększeniem.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. II – LAMPA RENTGENOWSKA, „Szybkość chłodzenia min. 60 KHU/min.”

Czy Zamawiający dopuści lampę RTG z szybkością chłodzenia min. 40 KHU/min?

Jest to wielkość, która nie ogranicza wykonywania badań, a aparat jest w stanie wykonać badania około 14 pacjentkom w ciągu 1 godziny, co świadczy o tym, że wydajność chłodzenia jest bardzo dobra.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 4:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. II – LAMPA RENTGENOWSKA, „Filtracja dodatkowa – minimum dwa filtry.”

Czy Zamawiający dopuści lampę RTG wyposażoną tylko w jeden dodatkowy filtr? Filtr ten jest optymalnie dobrany do materiału anody i takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w badaniach przesiewowych i

pogłębionej diagnostyce. Aparat z tym rozwiązaniem jest dopuszczony do badań przesiewowych przez Centralny Ośrodek Koordynujący i nie stanowi ograniczeń w jego użytkowaniu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. III AUTOMATYKA, p. „Pomiar w miejscach wskazanych przez operatora”

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym dobór parametrów ekspozycji jest dokonywany automatycznie na podstawie najgęstszego regionu i nie ma możliwości aby technik wybierał ręcznie miejsce pomiaru? Rozwiązanie to gwarantuje powtarzalność badań i możliwość ich porównywania. Co w przypadku jeżeli ta sama pacjentka podczas badania kontrolnego będzie miała wybrany inny region pomiaru niż było to przy pierwszym badaniu? Takie zdjęcie będzie inaczej wyglądało niż poprzednie.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. III AUTOMATYKA, p. „Automatyka doboru filtrów”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z automatycznie ustawianym jednym filtrem, co wiąże się z pytaniem o dopuszczenie tylko jednego dodatkowego filtra, gdyż w przypadku dostępności tylko jednego filtra jest on zawsze używany do ekspozycji?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 7:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. V DETEKTOR CYFROWY, p. „Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej)”.

Czy Zamawiający dopuści detektor z pośrednią konwersją promieniowania X na sygnał elektryczny z wykorzystaniem warstwy scyntylacyjnej.

Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane w aparatach do badań przesiewowych, a detektor ten charakteryzuje się większą tolerancją na warunki atmosferyczne przez co jest mniej podatny na uszkodzenia co przekłada się na jego większą żywotność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści i wprowadza następującą punktację: bezpośrednia konwersja – 10 pkt, pośrednia konwersja – 0 pkt.

Pytanie nr 8:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. V DETEKTOR CYFROWY, p. „Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze, max 10s.”

Czy Zamawiający dopuści czas od zakończenia ekspozycji do wyświetlenia obrazu na monitorze 15 s.? Jest to niewielka różnica i nie wpływa na praktyczne użytkowanie aparatu oraz jego własności diagnostyczne.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 9:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. VI STACJA AKWIZYCYJNA, p. „Monitor obsługowy dla technika LCD min. 20” i min. 2 Mpix. Skalibrowany w standardzie DICOM.”

Czy Zamawiający dopuści monitor LCD 19”, 1,3 Mpix?

Monitor ten jest wystarczająco duży do wyraźnego wyświetlania obrazów i panela obsługowego, natomiast nie jest on monitorem diagnostycznym więc nie ma konieczności wyświetlania z krzywą DICOM, gdyż diagnoza jest robiona na specjalnej stacji diagnostycznej wyposażonej w dwa sparowane 5Mpix monitory wyświetlające krzywą DICOM.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 10:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. VI STACJA AKWIZYCYJNA, p.” W przypadku pomyłki technika, możliwość edycji zdjęcia po wykonaniu ekspozycji (możliwość zmiany strony i projekcji) oraz możliwość przenoszenia zdjęć między pacjentami”.

Czy Zamawiający dopuści stację akwizycyjną na której nie ma możliwości przenoszenia badań pomiędzy pacjentami? Brak takiej funkcjonalności podyktowana jest względami bezpieczeństwa, aby omyłkowo nie przypisać badania jednej pacjentki innej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 11:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. VI STACJA AKWIZYCYJNA, p.” Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar gęstości, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach”.

Prosimy o potwierdzenie, że pomiar gęstości jest rozumiany jako pomiar średniej wartości piksela wraz z odchyleniem standardowym w ROI.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

Pytanie nr 12:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. II - LAMPA RENTGENOWSKA,

Czy Zamawiający mając na uwadze promowanie rozwiązań wpływających na żywotność aparatu wprowadzi dodatkową punktację za pojemność cieplną kołpaka lampy tak jak jest za pojemność cieplną anody.

Proponujemy wprowadzenie dodatkowej punktacji jak poniżej:

	Pojemność cieplna kołpaka lampy	Min. 300 kHU		≥ 2000 kHU – 10 pkt < 2000 kHU – 0 pkt
--	---------------------------------	--------------	--	---

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację .

	Pojemność cieplna kołpaka lampy	Min. 300 kHU		≥ 2000 kHU – 10 pkt ≥ 1000 kHU – 5 pkt ≥ 300 kHU – 0 pkt
--	---------------------------------	--------------	--	--

Pytanie nr 13:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. V – AUTOMATYKA, p. „Kolimacja automatyczna i kolimacja ręczna”

Prosimy o usunięcie kolimacji ręcznej z w/w punkty, gdyż w takim przypadku Zamawiający punktuje rozwiązania, które są praktycznie nie wykorzystywane a jedynie w sposób nieuzasadniony promują jednych producentów, co na rusza zasady uczciwej konkurencji. Aparat automatycznie rozpoznaje wielkość

zainstalowanej płytki i do niej dobiera wielkość kolimacji co jest wymagane w kolejnych punktach przez Zamawiającego, więc używanie kolimacji ręcznej będzie praktycznie nie wykorzystywane.

Odpowiedź: Zamawiający usunie punkt.

Pytanie nr 14:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. VI – STATYW MAMMOGRAFICZNY, p. „Zakres ruchu głowy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego)”.

Czy Zamawiający mając na uwadze promowanie rozwiązań rozszerzających możliwości diagnostyczne aparatów wprowadzi dodatkową punktację za możliwość relatywnie wysokiego ustawienia głowy, co umożliwi wygodne badanie pacjentek o bardzo dużym wzroście. Proponujemy wprowadzenie punktacji jak poniżej:

	Zakres ruchu głowy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego)	min. 71 - 140 cm		Wysokość górnej granicy: ≥ 150 cm – 10 pkt < 150 cm – 0 pkt
--	---	------------------	--	---

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi punktację.

Pytanie nr 15:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. IV – STATYW MAMMOGRAFICZNY, p. „Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa”.

Czy Zamawiający mając na uwadze promowanie rozwiązań wygodniejszych i praktyczniejszych od wymaganych wprowadzi dodatkową punktację. Proponujemy punktację jak poniżej:

	Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa	TAK, opisać		Naciśnięcie jednego przycisku – 10 pkt Naciśnięcie jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa – 0 pkt
--	---	-------------	--	--

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi punktację.

Pytanie nr 16:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. IV – STATYW MAMMOGRAFICZNY, p. „Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) przesuwanie pola promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO)”

Prosimy o zmianę punktacji za w/w punkt do 10 pkt. gdyż wartość 20 punktów jest nieproporcjonalna w stosunku do innych punktowanych funkcjonalności patrząc na użyteczność opisanej funkcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z punktowania parametru.

Pytanie nr 17:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. IV – STATYW MAMMOGRAFICZNY, p. „Na wyświetlaczu na statywie podanie min. grubości piersi, siły ucisku oraz kąt lampy”.

Mając na uwadze promowanie funkcjonalności zmniejszających możliwość popełnienia błędu i przypisania projekcji innej pacjentce niż jest aktualnie badania prosimy o wprowadzenie punktacji jak poniżej:

Na wyświetlaczu na statywie podanie min. grubości piersi, siły ucisku, oraz kat lampy.	TAK	Tak	Podanie dodatkowo imienia i nazwiska na tym samym wyświetlaczu – 10 pkt Brak imienia i nazwiska na tym samym wyświetlaczu – 0 pkt
--	-----	-----	--

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi punktację.

Pytanie nr 18:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. IV – STATYW MAMMOGRAFICZNY, p. „Grubość stolika od strony klatki piersiowej – ważna w celu ergonomii pozycjonowania pacjenta”.

Prosimy o zmianę punktacji analogicznie do pozostałych punktów, gdzie jest wyznaczona wartość graniczna. Wartością średnią spośród aparatów dostępnych na rynku jest 65 mm, więc proponujemy wprowadzenie punktacji jak poniżej:

Grubość stolika od strony klatki piersiowej – ważna w celu ergonomii pozycjonowania pacjenta	Podać w mm		≤ 65 mm – 10 pkt > 65 mm – 0 pkt
--	------------	--	-------------------------------------

Odpowiedź: : Zamawiający wprowadzi punktację.

Pytanie nr 19:

Dot. SWZ roz. VI

Spośród wymienionych przez Zamawiającego w roz. VI dokumentów definicję przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 104-107 ustawy PZP spełniają jedynie Certyfikaty CE lub/ oraz wpisy/ zgłoszenia do rejestru itp.

Prosimy o potwierdzenie, że wykaz dostaw wraz z poświadczeniami należytego wykonania, wykaz podmiotów upoważnionych do obsługi serwisowej oraz wykaz dostawców części są podmiotowymi środkami dowodowymi i Zamawiający będzie wzywał do ich przełożenia Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że są to podmiotowe środki dowodowe, Zamawiający wezwie każdego z Wykonawców do przedłożenia wyżej wymienionych środków dowodowych.

Pytanie nr 20:

Dot. SWZ roz. IX

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedłożenia oświadczenia zgodnego z zał. 6 do SWZ (o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy).

Odpowiedź: Zamawiający wezwie każdego Wykonawcę do złożenia oświadczenia.

Pytanie nr 21:

Dot. wykazu dostaw

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga wykazania się dostawami zrealizowanymi na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

Pytanie nr 22:

Dot. wykazu dostaw

Czy Zamawiający dopuści wykazanie się doświadczeniem w postaci dostawy 3 mammografów na przestrzeni ostatnich 3 lat? Wymóg wykazania 3 dostaw oferowanego aparatu jest nadmiarowy. Wykonawca może mieć duże doświadczenie i wykazać się dostawą wielu aparatów mammograficznych, które niekoniecznie muszą być takim samym modelem, jak oferowany w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 23:

Dot. przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający potwierdza, że odbierze aparat z magazynu dostawcy i podpisze protokół odbioru niezbędny do wystawienia faktury vat?

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa, wniesienie, montaż, ubezpieczenie, szkolenie personelu nie są przedmiotem tego postępowania.

Odpowiedź: Dostawa, wniesienie, montaż, ubezpieczenie, szkolenie są przedmiotem tego postępowania. Zamawiający zmodyfikuje formularz ofertowy, asortymentowo-cenowy oraz wzór umowy.

Pytanie nr 24:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiotem umowy jest tylko zakup aparatu i Zamawiający nie wymaga:

- wykonania projektu osłon stałych
- wykonania testów diagnostycznych i odbiorowych
- wykonania ewentualnych prac adaptacyjnych w tym elektrycznych (dostawa i montaż tablicy rozdzielczej, podłączenia zasilania do tablicy, instalacji oświetlenia ostrzegawczego/grzybków AT, etc)
- integracji aparatu z istniejącymi systemami informatycznymi szpitala PACS, RIS/HIS, etc.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował formularz asortymentowo-cenowy, wyżej wymienione punkty (oprócz prac adaptacyjnych) zostaną ujęte w postępowaniu.

Pytanie nr 25:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w formularzu Umowy w par. 3 w pkt. 7 terminu „zmontowaniu”. Pkt. 2 w par. 2 wyklucza montaż aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje treść umowy.

Pytanie nr 26:

Dotyczy okresu gwarancji

Czy Zamawiający dbając o dobro i interes szpitala będzie wymagał udzielenia 5 letniej pełnej bez włączeń gwarancji na zaoferowany mammograf?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje minimalny okres gwarancji z 24 na 36 miesięcy i wprowadzi punktację 36 miesięcy – 0 pkt, 48 miesięcy – 10 pkt, 60 miesięcy – 20 pkt.

Pytanie nr 27:

Dotyczy wzoru umowy (zał. 5 do SWZ) par. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatnie kolejnego ustępu o poniższej treści:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. II – LAMPA RENTGENOWSKA, „Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową.”

Prosimy o zmniejszenie punktacji na 10 punktów, gdyż obecnie jest one nieproporcjonalnie duża w stosunku do pozostałych punktów i korzyści jakie niesie ze sobą wielkość małego ogniska, które jest używane jedynie przy zdjęciach powiększonych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił wartość punktacji.

Pytanie nr 29:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. III AUTOMATYKA, p. „Oferowana ilość regionów o największej gęstości ze skanu całego detektora, z których system AEC dobiera parametry ekspozycji”

Prosimy o zmniejszenie punktacji na 10 punktów, gdyż obecnie jest one nieproporcjonalnie duża w stosunku do pozostałych punktów i korzyści jakie niesie ze sobą ilość regionów pomiaru AEC. Najważniejszym jest region o największej gęstości radiologicznej.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił wartość punktacji.

Pytanie nr 30:

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ p. IV STATYW MAMMOGRAFICZNY, p. „Zestaw do zdjęć powiększonych. Wymagany jako minimum zestaw umożliwiający powiększenie 1,5 x”

Prosimy o usunięcie punktacji za w/w punkty, gdyż jest to punktowanie martwego zapisu, ponieważ Zamawiający mając do dyspozycji dwa zestawy i tak będzie używał jednego w celu powtarzalności zdjęć celem ich porównywania z poprzednimi, oraz pomiędzy pacjentkami.

Odpowiedź: Zamawiający usunął punktację.

Pytanie nr 31

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – specyfikacja asortymentowo-cenowa

Czy Zamawiający może wyjaśnić, w jaki sposób Wykonawcy powinni poprawnie wpisać stawkę podatku vat %, w formularzu (załącznik nr 2 do SWZ – specyfikacja asortymentowo-cenowa), jeżeli przedmiot zamówienia objęty jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% - zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami prawa podatku VAT?

Czy wystarczające jest wpisanie w kolumnie „podatek VAT w %” oznaczenia stawek jak w zapisie poniżej? A pod tabelą wpisanie wartości podatku odpowiednio do stawek?

L.p.	Nazwa aparatu, urządzenia	Cena jednostkowa netto PLN	Ilość sztuk/kpl.	Podatek VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN	Oferowany okres gwarancji w miesiącach (nie mniej niż 24 miesiące)
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	*Mammograf cyfrowy			8%+23%				

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie nr 50.

Pytanie nr 32

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest cel wpisywania w załączniku nr 2 do SWZ stawki % VAT oraz wartości podatku oraz powielenie tego dodatkowo w załączniku nr 1 do SWZ tj. formularzu oferty? Na etapie wypełniania przez Wykonawców załączników łatwo o błąd w postaci omyłki rachunkowej czy pisarskiej.

Prosimy o wykreślenie kolumny drugiej w formularzu ofertowych tj. wartość podatku VAT.

Wartość netto*	Wartość podatku VAT	Wartość brutto*
..... PLN PLN PLN
słownie:.....	słownie:.....	słownie:.....

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje formularz ofertowy zostawiając samą wartość brutto.

Pytanie nr 33

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane pytaniem nr 2 powyżej prosimy o zmianę poprzez ujednoczenie formularzy ofertowego i cenowego poprzez modyfikację drugiej kolumny w formularzu ofertowych tj. wartość podatku VAT na stawka podatku VAT w %.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie nr 32.

Pytanie nr 34

Prosimy o informację w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym. Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej potrzeby Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym. Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej potrzeby Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest powód tak krótkiego terminu dostawy przedmiotu zamówienia?

Termin dostawy wskazany w dokumentach zamówienia to maksymalnie 20 dni kalendarzowych.

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie tego terminu do 28 dni kalendarzowych ?

Uzasadnienie pytania: Z uwagi na rozstrzygnięcie konkursu Ministerstwa Zdrowia i mnogość postępowań na dostawę mammografu krótkie terminy dostawy mogą skutkować brakiem ofert od Wykonawców, którzy mimo chęci mogą nie zdążyć wyprodukować, sprowadzić sprzętu, a tym samym nie będą ryzykować złożeniem oferty i zapłatą kar umownych w sytuacji ryzyka niedotrzymania terminu.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin dostawy do 30 dni.

Pytanie nr 37

Mając na uwadze, iż postępowanie jest prowadzone w procedurze poniżej progu unijnego prosimy o wyjaśnienie czemu w SWZ brak jest zapisów informujących o możliwości podpisania oferty podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym?

Odpowiedź: Zamawiający przeoczył zapis dot. podpisu oferty podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Oferty można składać przy pomocy wyżej wymienionych podpisów.

Pytanie nr 38

Prosimy o weryfikację czy nie doszło do omyłki pisarskiej Zamawiającego w punkcie 5 rozdział X SWZ. Zgodnie z przepisami (tj. rozporządzenie KRI) nie można przesłać danych w formacie .rar. i opatrzyć ich podpisem elektronicznym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki.

Pytanie nr 39

Dotyczy: Załącznik nr 4, III. AUTOMATYKA

	Pomiar w miejscach wskazanych przez operatora	TAK
--	---	-----

Czy Zamawiający dopuści mammograf z najnowocześniejszym rozwiązaniem, które automatycznie dokonuje pomiaru dzięki czemu minimalizujemy, a wręcz wykluczamy potencjalne błędy użytkownika? Efekt końcowy, który ma zostać osiągnięty poprzez w/w punkt jest identyczny, jak przy rozwiązaniu, które chcemy zaoferować.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 40

Dotyczy: Załącznik nr 4, IV. STATYW MAMMOGRAFICZNY

	Generator zabudowany w statyw mammografu	TAK
--	--	-----

Czy Zamawiający dopuści generator niezintegrowany ze statywem mammografu ?

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że wymóg ten nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, gdyż generator w nowoczesnych mammografach zajmuje mało miejsca i w żaden sposób nie utrudnia dostępu do mammografu oraz co najważniejsze nie wpływa to na wielkość wymaganego pomieszczenia do instalacji mammografu. Potwierdzeniem faktu, iż mammograf z generatorem niezabudowanym w statywie w żaden sposób nie wymaga większego pomieszczenia oraz nie ogranicza jego możliwości diagnostycznych jest jego skuteczna praca w kilkudziesięciu pracowniach mammograficznych w Polsce zarówno w wersji podstawowej, jak i z tomosyntezą oraz biopsją. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że rozwiązanie z generatorem zlokalizowanym poza obudową statywu urządzenia jest funkcjonalnie korzystniejsze. Pozwala na lepsze chłodzenie generatora, który w czasie pracy wydziela dużą ilość ciepła. Poprawia również warunki serwisowania sprzętu, przez co wpływa na znaczne skrócenie czasu przestoju aparatu w czasie dokonywania niezbędnych przeglądów czy napraw.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 41

Dotyczy: Załącznik nr 4, IV. STATYW MAMMOGRAFICZNY

	Zestaw do zdjęć powiększonych. Wymagany jako minimum zestaw umożliwiający powiększenie 1,5 x	TAK
--	--	-----

Czy Zamawiający Zgodzi się zmienić wymóg na "Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia co najmniej 1,5x"? lub czy Zamawiający zgodzi się dopuścić aparat z zestawem do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia 1,8x?

Pragniemy zauważyć, że według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, warunkiem realizacji świadczenia dla pogłębionej diagnostyki mammograficznej jest możliwość wykonywania zdjęć z powiększeniem co najmniej 1,5. Twardy wymóg posiadania powiększenia 1,5x jest zatem niczym nieuzasadniony.

Proponowana modyfikacja zapisu zagwarantuje Zamawiającemu otrzymanie najwyższej klasy urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Minimum zestaw powiększający umożliwiający powiększenie 1,5x.

Pytanie nr 42

Dotyczy: Załącznik nr 4, IV. STATYW MAMMOGRAFICZNY

	Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) przesuwanie pola promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO)	TAK, podać
--	--	------------

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktowania automatycznego przesuwu pola promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji?

Automatyka przesunięcia płytki kompresyjnej jest inicjowana przy przejściu do kolejnej projekcji na konsoli technika obsługującego urządzenie. Może to powodować dodatkowy stres pacjentki w przypadku gdy nie jest na to gotowa. Nagłe działanie urządzenia może pacjentkę zaskoczyć. Manualne przesunięcie temu zapobiega oraz pozwala utrzymać kontakt z pacjentem. Dodatkowo należy stwierdzić, iż automatyczny przesuw płytki nie eliminuje konieczności ręcznej obsługi przez technika. Po wykonaniu ekspozycji, gdy następuje zwolnienie kompresji i przesunięcie płytki, kompresja drugiej piersi musi nastąpić przy udziale technika, który dokonuje pozycjonowania piersi. Zwracamy także uwagę iż operacja manualnego przesunięcia płytki w oferowanym przez nas systemie jest intuicyjna, wymaga tylko jednej ręki, którą i tak technik wykorzystuje podczas pozycjonowania piersi, a dodatkowo – płytka z manualnym przesuwem cechuje się niższym kosztem i mniejszą awaryjnością niż płytka z dodatkowymi komponentami mechanicznymi.

Ponadto dodatkowe automatyczne elementy uciskowe mogą powodować dodatkowy ból, dyskomfort z uwagi na brak dostatecznej kontroli nad nimi. W tym przypadku lepszym rozwiązaniem jest przesuw manualny.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany mammograf miał możliwość rozbudowy o funkcję tomosyntezy na dzień składania ofert?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny/zdalny jako reakcję serwisu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 45

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 20 dni od daty złożenia zamówienia; wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatu rentgenodiagnostycznego, jakim jest mammograf jest niewystarczający. Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia przynajmniej 42 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji do 30 dni.

Pytanie nr 46

Dotyczy Formularza Ofertowego oraz cenowego

Zwracamy się z prośbą o wskazanie, w którym miejscu należy wpisać kwotę obejmującą koszty związane z dostawą, instalacją, serwisem oraz szkoleniem? W formularzu ofertowym Zamawiający napisał, aby nie uwzględniać w cenie kosztów związanych z dostawą, zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem sprzętu, przeszkoleniem personelu. Natomiast w Umowie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia oraz wykonywał wszystkie usługi (gwarancyjne) w ramach ceny przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje formularz ofertowy.

Dotyczy SWZ, Rozdział IV.6

47. Prosimy o potwierdzenie, że czynności takie jak dostawa, instalacja, uruchomienie urządzenia, wykonanie testów będą przedmiotem odrębnej umowy/ zlecenia zgodnie z SIWZ rozdział IV pkt.6. Jednocześnie prosimy o zachowanie spójności w tym zakresie w pozostałych dokumentach przetargowych.

Odpowiedź: Powyższe czynności będą przedmiotem tej samej umowy, co zakup mammografu. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza ofertowego, asortymentowo-cenowego i projektu umowy.

Dotyczy SWZ, Rozdział V.1

48. Mając na uwadze długość procesu zamówienia i dostawy urządzenia z fabryki zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin dostawy do 30 dni.

Dotyczy SWZ, Rozdział VI.5a

49. Prosimy o doprecyzowanie wymogu określonego w Rozdziale VI SWZ punkt 5a i potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu podmiotów upoważnionych przez producenta urządzenia do obsługi serwisowej aparatu oraz wykazu części zamiennych, zużywanych, materiałów eksploatacyjnych (jeśli dotyczy)?

Odpowiedź: Potwierdzamy.

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ:

50. W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i usługi, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji tabeli cenowej i dokonania podziału pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy mają możliwość modyfikacji (Zamawiający w tym celu zmodyfikował formularz asortymentowo-cenowy dodając nowe wiersze), a Zamawiający będzie wymagał przedstawienia i wyszczególnienia ceny oferowanej przedmiotu zamówienia, jeżeli przedmiot zamówienia będzie opodatkowany wieloma stawkami VAT.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ:

51. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał integracji zakupionego mammografu z systemem RIS/PACS? Czy Zamawiający posiada wolne licencje do podłączenia urządzeń będących przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak to kto jest ich dostawcą?

Odpowiedź: Zamawiający posiada licencję na mammograf ze skanerem, zakupiony aparat zastąpi licencję skanera. Dostawcą jest PIXEL.

52. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia stacji opisowej? Jeżeli tak, prosimy o doprecyzowanie wymaganych parametrów stacji.

Odpowiedź: Nie.

53. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, I Generator wysokiego napięcia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, którego zakres w trybie klinicznym wynosi od 25 do 35 kV, co jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi badań przesiewowych piersi?

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak.

54. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, II Lampa rentgenowska

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu wyposażonego w lampę RTG, której prędkość wirowania anody wynosi 3000 obr./min. ? Prędkość ta jest dopasowana do zastosowanego generatora oraz do innowacyjnego systemu AEC, który zapewnia obrazowanie z niskim poziomem dawki. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

55. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, II Lampa rentgenowska

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym prędkość chłodzenia anody wynosi 40 KHU/min? Wartość parametr odbiega nieznacznie od wymaganego i wynika z unikalnej konstrukcji lampy RTG. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak.

56. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, II Lampa rentgenowska

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu wyposażonego w jeden filtr Rh, który spełnia wszystkie wytyczne dotyczące cyfrowej mammografii obowiązujące w Polsce. Dobór stosowanych filtrów/filtra – zawsze zależy od zastosowanych wyborów technologicznych producenta dotyczących lampy RTG oraz cyfrowego detektora. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak.

57. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, III Automatyka

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż ocena w niniejszym punkcie przyznawana jest dla rozwiązań, które podobnie jak w systemach analogowych wykorzystują predefiniowane regiony do ustawienia odpowiednich parametrów ekspozycji. W oferowanym przez nas mammografie cała powierzchnia detektora stanowi region referencyjny, a odpowiednie parametry ekspozycji wyznaczane są bazując na analizie kompozycji całej badanej piersi skompresowanej na stoliku detektora – nie ograniczając analizy do 1, 2 lub więcej ograniczonych powierzchniowo regionów. Czy Zamawiający przyzna punkty dla takiego rozwiązania?

Wnioskujemy o modyfikację niniejszego punktu:

Oferowana ilość regionów o największej gęstości ze skanu całego detektora, z	Min. 1 region		Dobór parametrów przez system
--	---------------	--	-------------------------------

których system AEC dobiera parametry ekspozycji			AEC z: 1 regionu – 0 pkt 2 regionów i więcej – 10 pkt powierzchni całego detektora – 20 pkt
---	--	--	--

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził następującą punktację: 1 region – 0 pkt, 2 regiony i więcej/ powierzchnia całego detektora – 10 pkt.

58. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, III Automatyka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu bez pomiaru w miejscach wskazanych przez operatora? W oferowanym przez nas systemie najgęstszy region piersi wyszukiwany jest poprzez skan detektora wykorzystując zaawansowaną technologię sieci neuronowych – co zapewnia personalizację oraz możliwie najniższą dawkę promieniowania. Wskazywanie przez operatora jest subiektywne, co może prowadzić do błędnego wskazania najgęstszego regionu. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak.

59. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, IV Statyw mammograficzny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu z wolnostojącym generatorem, pod warunkiem, że jego wymiary nie przekraczają 360 mm x 592 mm x 690 mm? Oferowany przez nas system z tak małym kompaktowym generatorem bez problemu zapewnia możliwość instalacji w pomieszczeniach o niewielkiej kubaturze. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

60. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, IV Statyw mammograficzny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu bez izocentrycznego gantry? Oferowany przez nas mammograf posiada konstrukcję, która zapewnia jednocześnie automatyczne dopasowanie kąta oraz wysokości detektora do kolejnej projekcji – co zapewnia jeszcze większą ergonomię pracy. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

61. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, IV Statyw mammograficzny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym zakres ruchu górnej powierzchni stolika liczony od podłogi (lampa u góry) wynosi 68,4 cm do 133,4 cm? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie powodował ograniczeń podczas pracy klinicznej. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

62. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, IV Statyw mammograficzny

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż odległość powierzchni stolika od podłogi dla najniższej pozycji głowicy ma kluczowe znaczenie przy obrazowaniu pacjentek na wózkach inwalidzkich. System mammograficzny powinien umożliwiać obrazowanie niezależnie od wzrostu lub stanu zdrowia, dlatego proponujemy wprowadzenie punktacji dla tego istotnego parametru:

63.	Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego)	min. 71 - 133 cm		Najmniejsza minimalna odległość górnej powierzchni stolika od podłogi – 20 pkt. Pozostałe – 0 pkt
-----	---	------------------	--	--

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi następującą punktację Wysokość górnej granicy: ≥ 150 cm – 10 pkt < 150 cm – 0 pkt

64. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, IV Statyw mammograficzny

Zamawiający punktuje automatyczną korekcję kąta w projekcji MLO w celu uzyskania jak najbardziej ergonomicznego rozwiązania. Oferowany przez nas mammograf posiada również inną funkcjonalność poprawiającą ergonomię pracy technika. Polega ona na rozwiązaniu, w którym po naciśnięciu jednego przycisku wykonywane jest automatyczne przejście do kolejnej projekcji (ruch obrotowy) i jednocześnie automatyczne dopasowanie wysokości gantry (ruch pionowy) do kolejnej projekcji (np. z LCC do LMLO). Dzięki takiemu rozwiązaniu do pacjentki dopasowuje się nie tylko położenie detektora pod odpowiednim kątem, ale również jego odpowiednia wysokość. Takie rozwiązanie ułatwia pozycjonowanie piersi w projekcji MLO.

W celu uzyskania najnowocześniejszej technologii, zapewniającą wygodną i szybką pracę technika, proponujemy wprowadzenie punktu oraz jego oceny:

Automatyczne przejście do kolejnej projekcji (ruch obrotowy) i jednocześnie automatyczne dopasowanie wysokości detektora (ruch pionowy) do kolejnej projekcji (np. z LCC do LMLO) po naciśnięciu jednego przycisku (parametr punktowany)	TAK/NIE		TAK – 20pkt NIE – 0 pkt
--	---------	--	--------------------------------

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi punkt i doda następującą punktację: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.

65. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, IV Statyw mammograficzny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który automatycznie rozpoznaje wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatycznie informuje o pozycji kolimatora względem płytki dociskowej w celu poprawnego dopasowania pola promieniowania (bez automatycznego dopasowywania kolimacji). Oferowane rozwiązanie zapewnia analogiczną funkcjonalność i zapewnia poprawną pracę kliniczną. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak.

66. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, V Detektor cyfrowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację punktacji w punkcie związanym ze sposobem konwersji promieniowania na sygnał elektryczny. Detektory w technologii pośredniej zapewniają wysoką jakość obrazów mammograficznych. Oferowany przez nas mammograf wyposażony jest w detektor w technologii konwersji pośredniej promieniowania, która w żaden sposób nie ustępuje konwersji bezpośredniej - ponieważ zamiana światła w sygnał elektryczny jest procesem bardzo efektywnym i generuje minimalne szумы. W porównaniu do detektora selenowego (o konwersji bezpośredniej) unikamy konieczności przykładania wysokiego napięcia rzędu kilku [kV] – w celu propagacji sygnału w warstwie selenu. Jest to główna przyczyna znacznie krótszej żywotności detektorów selenowych.

W celu uzyskania detektora o długiej żywotności zapewniającego wysoką jakość obrazu, proponujemy wprowadzenie punktacji:

	Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny pośrednia (z warstwą scyntylacyjną)	TAK/ NIE		TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
--	---	----------	--	-----------------------------

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację: bezpośrednia konwersja – 10 pkt, z pośrednią konwersją – 0 pkt.

67. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, V Detektor cyfrowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sprzętu bez automatycznie wysuwanej kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem? Zastosowane w oferowanym przez nas systemie rozwiązanie polega na zmotoryzowanym wysunięciu kratki przeciwrozproszeniowej oraz usunięciu jej z detektora przez technika - co zapewnia analogiczną funkcjonalność do wymaganej. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak.

68. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, V Detektor cyfrowy

Czy Zamawiający przyzna punkty dla rozwiązania o najkrótszym czasie pomiędzy ekspozycjami? Szybkość działania sprzętu wpływa na czas trwania całego badania, który jest szczególnie istotny w badaniach skryningowych. Ponadto zwracamy uwagę Zamawiającego, iż czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi stanowi bardzo ważny parametr świadczący o technologii detektora – im jest on krótszy, tym krótszy czas odświeżania detektora. Parametr ma również wymiar wydajności pracy, który ma znaczenie zwłaszcza w skryningu. Długi czas oczekiwania na gotowość detektora do każdej z czterech projekcji (CC oraz MLO – prawej i lewej piersi) może znacznie wydłużyć czas badania. Proponujemy wprowadzenie punktacji:

Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi	max.30 s		Najkrótszy czas – 20 pkt Pozostałe – 0 pkt
--	----------	--	---

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

69. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, VI Stacja akwizycyjna

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania mammografu, w którym konsola technika wyposażona jest w pamięć RAM 4GB. Ze względu na konstrukcję oraz architekturę oprogramowania system charakteryzuje się jednymi z najkrótszych czasów uzyskiwania obrazu finalnego

na konsoli. Zastosowana pamięć operacyjna nie będzie wpływała na ograniczenia podczas pracy klinicznej. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

70. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, VI Stacja akwizycyjna

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, którego monitor na stacji akwizycyjnej spełnia wymagane warunki: min. 20" i min. 2 Mpix, ale nie jest skalibrowany w standardzie DICOM? Stacja akwizycyjna wyposażona jest w 23" monitor zapewniający pełen podgląd obrazu oraz wszelkie niezbędne narzędzia postprocessingowe. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Wymagany standard DICOM.

71. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, VII System Obrazowania laserowego

Czy w punkcie VII -"System Obrazowania laserowego"- Obrazowanie laserowe w wysokiej rozdzielczości min 508 pikseli - Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w technologii bezpośredniego druku metodą termiczną spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Nie dopuści.

72. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, VI Stacja akwizycyjna

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania systemu, który nie posiada funkcjonalności pomiaru gęstości. Oprogramowanie posiada wszystkie pozostałe wymagane w tym punkcie funkcje. System zapewnia pełne możliwości kliniczne i umożliwia prowadzenie kontroli jakości w pełnym wymiarze zgodnie z polskim prawem. Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy:

73. Par. 3 ust. 8:

Zwracamy uwagę, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest skomplikowaną technologicznie aparaturą, w której ewentualne wady mogą dotyczyć różnych komponentów/podzespołów a charakter stwierdzonych wad może nie mieć wpływu na bezpieczne korzystanie ze sprzętu i jednocześnie może być w efektywny i szybki sposób usunięty. W takim przypadku niezasadnym jest zastosowanie tak daleko idącej procedury wymiany całości urządzenia bez możliwości usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w inny sposób (np. uzupełnienie brakującego elementu). Takie rozwiązanie w sposób rażąco narusza równowagę stron. Proponujemy uwzględnienie możliwości usunięcia stwierdzonych wad przez Wykonawcę, obok wymiany sprzętu, jako dodatkowy sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W związku z tym, proponujemy następujące brzmienie par. 3 ust. 8:

„8. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia w trakcie protokolarnego odbioru, Wykonawca – w zależności od ich rodzaju lub charakteru – usunie stwierdzone wady lub wymieni przedmiot zamówienia na nowy, wolny od wad.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis, par. 3 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie *„W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia w trakcie protokolarnego odbioru, Wykonawca – w zależności od ich rodzaju lub charakteru – usunie stwierdzone wady lub wymieni przedmiot zamówienia na nowy, wolny od wad.”*

74. Par. 5 ust. 1:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje doprecyzowanie § 5 ust. 1 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie kolejnego zdania do § 5 ust. 1 o następującym brzmieniu:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odpowiedź: Zamawiający dodaje powyższy zapis w § 5 ust. 17.

75. Par. 5 ust. 2:

Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości produktu i dotyczącą „wad tkwiących w produkcie”. Gwarant nie powinien jednocześnie odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi gdyż Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko (zwłaszcza, że Zamawiający dopuszcza wykonywanie napraw u innego dostawcy). Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwanego lub serwisowanego urządzenia (przez następcę wykonawcy). Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy:

„Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową;*
- b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;*
- c) jakiegokolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;*
- d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.);*
- e) normalnego zużycia rzeczy.”*

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis, par. 5 ust. 2 w następujący sposób: Od daty podpisania Protokołu odbioru Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na zakupiony przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami dotyczącymi warunków gwarancji zawartymi w Formularzu ofertowym. Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową;

- b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- c) jakiegokolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
- d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.),

76. Par. 5 ust. 6

- a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- b) W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłaconym przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłaconym przez Wykonawcę.

77. Par. 6:

Zwracamy uwagę, że obie strony w toku umowy przekazują sobie informację mające cechy tajemnicy przedsiębiorstwa. Tym samym, mając na uwadze zasadę poszanowania równości stron w umowie, proponujemy zmianę umowy tak, aby zobowiązanie do poufności dotyczyło zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował par. 6.

78. Par. 7 ust. 5

Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy zmianę treści ust. 5 i nadanie mu brzmienia:

"5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony na podstawie niniejszej Umowy, wynosi 10% wartości netto umowy określonej w § 2 ust. 1. "

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób: łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony na podstawie niniejszej Umowy, wynosi 20% wartości netto umowy określonej w § 2 ust. 1.

79. Par. 8:

Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym (nawet jednodniowe przekroczenie terminu) oraz obowiązek zapłaty kary umownej, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Proponujemy zatem dodanie zdania drugiego do par. 8 o następującej treści: „*Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych.*”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób: W przypadku przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust.1 Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, zachowując uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej. Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze

80. Prosimy o zmianę treści załącznika nr 4 do wzoru umowy i dostosowanie dokumentu do zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ tj. między innymi wykreślenie fragmentu „*Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że przedmioty zamówienia wymienione powyżej zostają przyjęte do eksploatacji bez zastrzeżeń*”.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść załącznika.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 21 czerwca 2021 r.

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

lek. Maciej Małecki