



Dział Zamówień Publicznych

L.dz. *AKOT*/2022

Olsztyn, dnia 04.08.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania nr 296/2022/TP/DZP prowadzonego w trybie podstawowym pt.
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i badawczego na potrzeby jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.***

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 5

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

- 1) Czy Zamawiający dopuści dokładność długości fali 1,5nm?
- 2) Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran dotykowy 7" TFT WVGA (800 × 480 pikseli)
- 3) Czy Zamawiający dopuści wymiary: 151 mm × 350 mm × 255 mm?

Chcielibyśmy zaproponować spektrofotometr DR3900 VIS.

Odpowiedź:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania parametrów wskazanych w pytaniu.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania parametrów wskazanych w pytaniu.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania parametrów wskazanych w pytaniu.

Z poważaniem,

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

SPECJALISTA

Odpowiedzi udzielili: Jan Laguna

Sporządziła: Katarzyna Sadej

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 312, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 524 51 81

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu>