



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  
w Olsztynie*

Olsztyn, dnia 20.09.2019 r.

**Do wszystkich  
uczestników postępowania**

**ZPZ-44/08/19 Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów do laboratorium wraz z dostawą odczynników oraz na zakup testów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego**

W związku z zapytaniami uczestników postępowania na dzierżawę analizatorów do laboratorium wraz z dostawą odczynników oraz na zakup testów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**Pytanie nr 1**

dotyczy pakietu nr 10:

Czy Zamawiający dopuszcza testy o wykrywalności Toksyny A na poziomie 0,75 ng/ml i Toksyny B na poziomie 0,75 ng/ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testów o wykrywalności Toksyny A na poziomie 0,75 ng/ml i Toksyny B na poziomie 0,75 ng/ml.

**Pytanie nr 2**

pakiet nr 7 – "DZIERŻAWA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWĄ CHŁODZIARKI DO PRZECHOWYWANIA TESTÓW I PODŁÓŻ MIKROBIOLOGICZNYCH" - Wymagane parametry i właściwości – POZYCJA NR 4

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania wykonawców w dniu 17 września 2019 roku, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie systemu bez automatycznego napełniania i usuwania testów na pokładzie aparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu bez automatycznego napełniania i usuwania testów na pokładzie aparatu i modyfikuje odpowiedzi na pytania nr 22 i 23 udzielone w dniu 17.09.2019r, które otrzymują brzmienie:

*„Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rozwiązania jak w zapytaniu”*

*„Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rozwiązania jak w zapytaniu”*

**Z-ca Dyrektora  
d/s Techniczno-Logistycznych  
Mariusz Moczulski**

Sporządził w 1 egz. – MM

Egz. nr 1 - a/a

Otrzymują: uczestnicy postępowania /

zamieszczono na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie