



## Dział Zamówień Publicznych

L.dz. 1221/2022

Olsztyn, dnia 08.08.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania nr 296/2022/TP/DZP prowadzonego w trybie podstawowym pt.  
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i badawczego na potrzeby jednostek organizacyjnych  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.***

### PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Część 10 - myjka ultradźwiękowa Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjkę ultradźwiękową o częstotliwości 37 kHz? Różnica 3 kHz (37 a 40) nie ma żadnego wpływu na efekty czyszczenia.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 2:**

Część 10 - myjka ultradźwiękowa Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjkę ultradźwiękową o wadze 5,9 kg? Jest to waga myjki bez kosza. Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjkę ultradźwiękową o mocy ultradźwiękowej 600 W?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 3:**

Część nr 9: W opisie przedmiotu zamówienia wystąpiła omyłka pisarska. W parametrze "ciśnienie wody na wyjściu" wpisano błędną jednostkę - powinno być bar.

**Odpowiedź: TAK nastąpił błąd, powinno być bar, w związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej zmiany.**

Z poważaniem,

**KANCLERZ**  
mgr inż. Bogusław Stec

#### Załączniki:

Zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ.

Odpowiedzi udzielili: dr wet. Huber Ziółkowski  
Sporządziła: mgr Katarzyna Sądaj

mgr Katarzyna Sądaj  
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE  
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 312, 10-719 Olsztyn  
tel. +48 89 524 51 81

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu>