



Zgierz, dn. 29.10.2019 r.

Nr sprawy: PN/XLVIII/2019

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup sprzętu i aparatury medycznej z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zmian.), Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1, Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Pakiet 1 A) WÓZEK TRANSPORTOWY –SPECJALISTYCZNY - SZT.6: Czy Zamawiający wymaga wózka dwusekcyjnego czy czterosekcyjnego? W początkowych punktach SIWZ opisany jest wózek dwusekcyjny, natomiast Zamawiający wymaga również regulacji sekcji oparcia uda i podudzia, co w wózkach dwusekcyjnych nie jest możliwe. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga wózka dwusekcyjnego czy czterosekcyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wózka czterosekcyjnego, jednocześnie usuwa wyraz „dwusekcyjny” z pkt. 2 Parametrów Technicznych - Pakietu 1 A) wózek transportowy –specjalistyczny - szt. 6.

Pytanie 2, Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Pakiet 2 C) STOJAK DO KROPLÓWEK – SZT.8 Czy Zamawiający dopuści stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie 1320-2250 mm przystosowany do instalacji pompy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: pkt 6; Pakiet nr 6, Aparat EKG – 2 szt.: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z zintegrowanym z aparatem ekranem graficznym o rozmiarze 7”, rozdzielczości 800x480 pikseli, obsługiwanym za pomocą klawiszy funkcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: pkt 14; Pakiet nr 6, Aparat EKG – 2 szt.: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z pasmem przenoszenia 0,05 Hz – 300 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o uwzględnienie modyfikacji przy składaniu ofert.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Agnieszka Józwiak
z poważaniem

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)