



Nr sprawy: 12/PNE/DOT/2024

Sosnowiec, dnia 29.04.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa sprzętu na potrzeby Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz dla Poradni Laryngologicznej.”

[W związku z udzielonymi odpowiedziami, prosimy o uwzględnienie w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, wszelkich dopuszczeń, poprzez wpisanie którego zestawu i pytania dopuszczenie dotyczy.](#)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1

Pytanie 1

do zadania nr 4 poz. 9

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat z maksymalną mocą cięcia monopolarnego 100 [W] $\pm 20\%$ dostępną dla wszystkich rodzajów cięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

do zadania nr 4 poz. 12

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat z maksymalną mocą koagulacji monopolarnej 80W $\pm 20\%$ dla koagulacji delikatnej, oraz 50W $\pm 20\%$ dla koagulacji intensywnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

do zadania nr 4 poz. 13

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat z maksymalną mocą koagulacji bipolarnej 80W $\pm 20\%$?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

do zadania nr 4 poz. 36 Warunki gwarancji

Czy zamawiający przez zapis gwarancja na wyposażenie min. 6 mc ma na myśli gwarancję na wyposażenie w zakresie wad ukrytych powstałych po stronie producenta podczas produkcji a nie naturalne wyeksploatowanie instrument lub jego uszkodzenie podczas użytkowania ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie 5

do zadania nr 4 poz. 39 Warunki gwarancji

Prosimy o dopuszczenie możliwości podjęcia czynności serwisowych do 48h od poniedziałku do piątku z pominięciem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydłuży



termin naprawy sprzętu w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z poza granic Polski do 21 dni ? Na ten czas wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat zastępczy użytkownikowi zapewniając płynność pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

ZESTAW 2

Pytanie 1

do Części nr 3

Dotyczy Załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Część 3 punkt 31

Czy zamawiający dopuści stojak mobilny wysoki dedykowany do oferowanego kompaktowego toru wizyjnego, gdyż uważamy, że będzie bardziej ergonomiczny w użytkowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

do Części nr 3

Dotyczy Załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Część 3 punkt 34-38

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie o funkcjonalności zbliżonej do opisanej, czyli rhinofiberoskop oraz parametrach porównywalnych:

- średnica zewnętrzna max 3 mm;
- długość robocza max 30 cm
- kąt widzenia 90°;
- wygięcie końcówki góra 180°; dół 90°
- kierunek widzenia 0°

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

do Części nr 3

Dotyczy Załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Część 3 punkt 28

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu możliwości sterylizacji głowicy kamery w tlenku etylenu EtO i STERIS SYSTEM1, z uwagi na fakt, że metoda ta jest coraz rzadziej walidowana przez producentów wyrobów medycznych wielokrotnego użytku, pozostałe wymogi bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Pytanie 4

do Części nr 3

Dotyczy Załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Część 3 punkt 23

Czy Zamawiający w części nr 3 dopuści do oferowania tor wizyjny bez włącznika nożnego i mikrofonu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 5

do Części nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w części nr 3 w szczególności: stojak mobilny, który nie podlega ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi



oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 6

do Części nr 1, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia dla części nr 1 i 3? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 7

do Części nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 30 dni roboczych dla części nr 3?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 8

do Części nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych części nr 1?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe i modyfikuje Załącznik nr 8 do SWZ

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że udzielana gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie 10

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów projektu umowy §7 ust.3. na następujące brzmienie:
„W przypadku awarii ujawnionej w czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić element/podzespół sprzęt na nowy

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe i modyfikuje załącznik nr 8 do SWZ (§7 ust.3)

Pytanie 11

Dot. wzoru umowy §8 ust.1. ppkt. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie z 1% do 0,5%?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmieni postanowień umownych w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 12

Dot. wzoru umowy §8 ust.1. ppkt. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę sposobu naliczania kar umownych za zwłokę w dostawie



(wzór umowy §8 ust.1. ppkt. 1) w taki sposób, aby kary były naliczane od wartości niedostarczonej części zamówienia, którego dotyczy zwłoka, a nie od wartości całej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmieni postanowień umownych w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy oddzielnie na każdą część przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
Krzysztof Kowalik