

Toruń, dnia 11-01-2023 r.

**W.Sz.Z: TZ-280-126/22**

dotyczy: postępowania na **dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań diagnostycznych, gazów specjalnych do chromatografii gazowej, czytnika oraz dzierżawę analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

**Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 3:**

(poz. 9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jakościowych zestawów do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale, które zawierają kontrole pozytywną, kontrolę negatywną i koniugat?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 3:**

(poz. 9)

Ze względu na niedostępność programu kontroli jakości dla antygenu Giardia lamblia w kale, czy Zamawiający odstąpi od konieczności zapewnienia w nim udziału?

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający odstępuje od konieczności zapewnienia udziału w programie kontroli jakości dla antygenu Giardia lamblia w kale.

**Pytanie Nr 3, dot. Zadania Nr 3:**

(poz. 10, 11)

Zamawiający w pozycji 10 i 11 Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej określił dwukrotnie tę samą klasę przeciwciał (IgA) dla Yersinia enterocolitica. Prosimy o doprecyzowanie, w których klasach Zamawiający oczekuje zestawów ELISA do oznaczania przeciwciał?

**Odpowiedź:**

We wskazanych pozycjach nastąpiła omyłka Zamawiającego. Zamawiający w pozycji 10 Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej oczekuje zestawu ELISA do oznaczania przeciwciał Yersinia enterocolitica w klasie IgA, natomiast w pozycji 11 Yersinia enterocolitica w klasie IgG. Zmianie ulega Załącznik Nr 2/3 do SWZ.

**Pytanie Nr 4, dot. Zadania Nr 3:**

(poz. 12)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do ilościowej oceny 17-OH progesteronu w surowicy, w którym studzienki płytki mikrotitracyjnej opłaszczone są dowolnymi przeciwciałami anty-17 $\alpha$ -OHP?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 5, dot. Zadania Nr 3:**

(poz. 25)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania przeciwciał onkoneuronalnych, w którym na jednym polu diagnostycznym znajdują się 4 substraty: mózdzek małpy, nerw małpy, jelito cienkie małpy oraz trzustka małpy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 6, dot. Zadania Nr 3:**

*(poz. 26)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów do oznaczania przeciwciał przeciwko wyspom trzustki, w których szkiełka przeznaczone są dla 5 pacjentów (zestawy zawierają 10 szkiełek po 5 pól reakcyjnych)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 7, dot. Zadania Nr 3:**

*(poz. 36-38)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów półilościowych: panel PEDIATRYCZNY-komponenty, panel PYŁKI-komponenty, panel ATOPOWY z dolną granicą wykrywalności przeciwciał IgE spec. wynoszącą 0,35 kU/l?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie testów półilościowych z pozycji 36-38 Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej z dolną granicą wykrywalności przeciwciał IgE specyficznych wynoszącą 0,35 kU/l.

**Pytanie Nr 8, dot. Zadania Nr 3:**

*(poz. 38)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie panelu alergologicznego ATOPOWEGO, który zawiera w składzie 20 alergenów, w tym. m.in.: G6, T3, W6, E1, M6, F3, F14, F35?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 9, dot. Zadania Nr 3:**

*(dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych w zakresie zadania nr 3)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów diagnostycznych, dla których okres ważności będzie wynosił min. 10 miesięcy licząc od daty produkcji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 10, dot. Zadania Nr 3 (Załącznik Nr 2/3b):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatora ELISA, w którym zakres pomiaru wynosi: 400 – 700 nm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 11, dot. Zadania Nr 3 (Załącznik Nr 2/3b):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatora ELISA, w którym zakres temperatur inkubacji wynosi 20 – 50 st. C?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 12, dot. Zadania Nr 3 (Załącznik Nr 2/3b):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie dostępności serwisu w dni robocze (poniedziałek- piątek) w godzinach 08:00 – 16:00, natomiast w pozostałym czasie z możliwością zgłaszania awarii drogą mailową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę w przypadku Zadania Nr 3 na zaferowanie dostępności telefonicznej serwisu (wymagane podanie nr telefonu do obsługującego serwisanta) w dni robocze, w godzinach 8-16, a w pozostałym czasie wyraża zgodę na możliwość zgłaszania awarii drogą mailową (wymagane podanie adresu mailowego).

**Pytanie Nr 13:**

SIWZ VII.2.1 czy Zamawiający wyraża zgodę w związku z ograniczoną ilością miejsca na przelewach – w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej na opisanie przelewu „WADIUM WSZ: TZ-280-126/22. pak. ....”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 14:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu oferty załącznik nr 1 do SIWZ, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 15, dot. Zadania Nr 1:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService? Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 16, dot. Zadania Nr 1:**

Czy Zamawiający potwierdza, aby „dodatkowa chłodzona karuzela na kalibratory, kontrole i próbki CITO na pokładzie analizatora, z możliwością identyfikacji próbek przy pomocy kodów kreskowych” dotyczył każdego z oferowanych analizatorów? Dotyczy pkt 5. Załącznik nr 2/1B. „*Dodatkowa chłodzona karuzela na kalibratory, kontrole i próbki CITO na pokładzie analizatora, z możliwością identyfikacji próbek przy pomocy kodów kreskowych*”.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga obecności dodatkowej chłodzonej karuzeli na kalibratory, kontrole i próbki CITO na pokładzie wszystkich analizatorów.

**Pytanie Nr 17, dot. Zadania Nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 5 odczynników wymagających połączenia dwóch części składowych płynnych lub liofilizatu (miedź) przed wstawieniem do rotora odczynnikowego? . Dotyczy pkt 8. Załącznik nr 2/1B. „*Odczynniki muszą być w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie ich do aparatów*”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 18, dot. Zadania Nr 1:**

Czy przez zapis „*Możliwość ciągłego dostawiania statywów z probówkami w czasie pracy analizatora*” Dotyczy pkt 20. Załącznik nr 2/1B należy rozumieć, że wszystkie oferowane analizatory mają być wyposażone w podajniki statywów, w których wstawiane będą na pokład analizatorów próbki badane ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane analizatory w Zadaniu Nr 1 były wyposażone w podajniki statywów umożliwiające ciągle ich dostawianie w czasie pracy analizatora.

**Pytanie Nr 19, dot. Zadania Nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur instalacyjnych i konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie Nr 20, dot. Zadania Nr 1:**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 21, dot. Zadania Nr 1:**

W związku z szerokim zakresem liniowości oferowanego odczynnika do oznaczenia CRP prosimy o potwierdzenie, że odczynnik o zakresie liniowości 0,2 – 480 mg/l spełnia wymagania dla CRP ultraczulego?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza, że odczynnik o zakresie liniowości 0,2-480 mg/l spełnia jego wymagania dla CRP ultraczułego.

**Pytanie Nr 22, dot. Zadania Nr 1:**

Prosimy o wyrażenie zgody, aby sorter posiadał możliwość rozpoznawania próbek o wymiarach w zakresach: - średnice zewnętrzne 10,5 – 17 mm, - wysokość 70 – 110 mm z korkiem-punkt 3 SWZ. **III (CHARAKTERYSTYKA SORTERA I DODATKOWE WYMAGANIA).**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 23, dot. Zadania Nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że sorter o głębokości 111.5 cm, a wraz z wystającą w części frontowej klawiaturą o głębokości 134 cm spełnia wymagania punktu 14 SWZ. **III (CHARAKTERYSTYKA SORTERA I DODATKOWE WYMAGANIA).**

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że podane wymiary sortera wraz z wystającą w części frontowej klawiaturą spełniają wymagania Zamawiającego.

**Pytanie Nr 24, dot. wzoru umowy (Załącznik Nr 5):**

§4 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 25, dot. wzoru umowy (Załącznik Nr 5):**

§4 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „3% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dnia zwłoki.?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 26, dot. wzoru umowy (Załącznik Nr 5/1):**

§5 ust.1.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na: „Czas reakcji serwisu w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 72 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta.?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę w przypadku Zadania Nr 1.

**Pytanie Nr 27, dot. wzoru umowy (Załącznik Nr 5/1):**

§7 ust.5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na: ”Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wydzierżawiającego lub z winy Wydzierżawiającego, Wydzierżawiający zobowiązany będzie zapłacić Dzierżawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 28, dot. Zadania Nr 2:**

*Dotyczy załącznika nr 1 – formularza ofertowego:*

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu, na który składana jest oferta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 29, dot. Zadania Nr 2:**

*Specyfikacja cenowa dzierżawy - Zadanie Nr 2*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę nazwy w kolumnach i zamiast słowa „ryczał” wpisanie słów: cena netto za 1 miesiąc, cena brutto za 1 miesiąc, wartość netto za 24 miesiące, wartość brutto za 24 miesiące, oraz słownie wartość brutto dzierżawy ogółem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 30, dot. Zadania Nr 2:**

*Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2:*

Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn, stąd nie wymaga dostarczenia go przez Wykonawcę.

**Pytanie Nr 31, dot. Zadania Nr 2:**

*Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2:*

Czy Zamawiający wymaga możliwości oznaczenia kwasu foliowego w Erytrocytach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga możliwości oznaczania kwasu foliowego w erytrocytach.

**Pytanie Nr 32, dot. Zadania Nr 2:**

*Dotyczy Pkt. 40 Formularza cenowego:*

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia odczynnika do oznaczania przeciwciał SARS-CoV-2 ilościowego, umożliwiającego oznaczenie przeciwciał zarówno po przechorowaniu jak i po szczepieniach?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia odczynnika do oznaczania przeciwciał SARS-CoV-2 w klasie IgG ilościowego, umożliwiającego oznaczenie przeciwciał zarówno po przechorowaniu, jak i po szczepieniach.

**Pytanie Nr 33, dot. Zadania Nr 2:**

*Dotyczy załącznik nr 2/2b, do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-126/22, Specyfikacja Techniczna – Zadanie nr 2*

Prosimy o wykreślenie pkt. 25 parametrów granicznych, ponieważ Zamawiający nie wymaga odczynnika do oznaczenia cyklosporyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga odczynnika do oznaczania cyklosporyny w SWZ, stąd opisanie w pkt 25 Specyfikacji Technicznej parametrów granicznych stanowi omyłkę pisarską, którą Zamawiający wykreśla. Zmianie ulega Załącznik Nr 2/2b do SWZ.

**Pytanie Nr 34, dot. Zadania Nr 2:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli dedykowanej także dla oznaczeń wirusów HSV-1 IgG i HSV-2 IgG oraz dla TRAb?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostarczenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dedykowanej dla oznaczeń wirusów HSV-1 IgG, HSV-2 IgG oraz dla TRAB.

**Pytanie Nr 35, dot. Zadania Nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie odczynników z minimum 4 miesięcznym terminem ważności, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 36, dot. Zadania Nr 2:**

*Dotyczy Specyfikacji Technicznej - Zadanie Nr 2 - Załącznik Nr 2/2b*

Zamawiający wymaga dostarczenia komputerów posiadających porty wideo: 2xDisplay Port 1.2, 1xDVI, natomiast aktualnie oferowane stacje robocze są wyposażane w 2 x Display Port.

Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 37:**

*Dotyczy § 4 ust. 1 projektu umowy dostaw:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy na:

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto **niezrealizowanego w terminie zamówienia** za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,

b) 3% wartości brutto **niezrealizowanego w terminie zamówienia** za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dnia zwłoki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy.

**Pytanie Nr 38, dot. Zadania Nr 4:**

Jakiego rodzaju odczynnik APTT należy zaproponować do pracy rutynowej (poz. 2) specyfikacji asortymentowo-cenowej: wysoko wrażliwy na LA, czy też umiarkowanie wrażliwy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający preferuje zaoferowanie w SWZ odczynników do APTT: 90% z wymaganej ilości oznaczeń odczynnika wysoko wrażliwego na LA oraz pozostałe 10% z wymaganej ilości oznaczeń odczynnika umiarkowanie wrażliwego na LA.

**Pytanie Nr 39, dot. Zadania Nr 4:**

Czy w poz. 15. specyfikacji asortymentowo-cenowej nie wkradła się pomyłka pisarska i zamiast "czynnik XII Ag" nie powinno być "czynnik XIII Ag"?

**Odpowiedź:**

Tak, w pozycji 15 SWZ powinno być "czynnik XIII Ag" - omyłka Zamawiającego. Zmianie ulega Załącznik Nr 2/4 do SWZ.

**Pytanie Nr 40, dot. Zadania Nr 4:**

Ad Parametry graniczne analizatorów- czy poprzez "Możliwość wprowadzania probówek pierwotnych z zamkniętego systemu pobrania" Zamawiający wymaga, by analizatory były wyposażone w przebijaki korków zamkniętego pobrania"?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga wyposażenia analizatorów w przebijaki korków zamkniętego pobrania.

**Pytanie Nr 41, dot. Zadania Nr 2:**

*Dotyczy pkt. 38 specyfikacja techniczna - Zadanie Nr 2:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymagana mała chłodziarka nie posiadała funkcji "bezsronowości"? Wykonawca nie znalazł na rynku małej chłodziarki z taką funkcjonalnością.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

***Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.***

Aktualne Załączniki Nr 2/2b, Nr 2/3 i Nr 2/4 do SWZ zostają umieszczone na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego - [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

Z poważaniem