



Wrocław, dnia 30.04.2024r

**Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego**

Nr sprawy Szp-242/FZ-043/2024

**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę Kompletów pasów unieruchamiających ruch i kompletów pasów unieruchamiających ruch na klucz magnetyczny

**Pakiet nr 1 - Komplet pasów**

**PYTANIE NR 1**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości pasów wykonanych z w 100% z poliestru o wzmocnionej strukturze, z miękką wyściełanymi szwami, oraz zaplombowanymi ultradźwiękowo przelotkami, zapinanych na zamki magnetyczne, z możliwością prania w temperaturze 90°C oraz możliwością sterylizacji przy użyciu następujących procedur sterylizacyjnych:

- tlenek etylenu
- nasycona para, 120°, w krótkim cyklu (20 min)

**Odp. Zamawiający dopuszczam**

**PYTANIE NR 2**

Prosimy o dopuszczenie pasów do unieruchomienia kostek w rozmiarze M: 19-25 cm; L: 24-30 cm, XL: 29-35 cm

składających się z dwóch pasów na kostki, 4 zamków i 1 klucza magnetycznego

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**PYTANIE NR 3**

Prosimy o dopuszczenie pasów do unieruchomienia nadgarstków w rozmiarze M: 14-20 cm; L: 19-25 cm, XL: 24-30 cm

składających się z 2 pasów mocowanych do ramy łóżka, 4 zamków i 1 klucza magnetycznego

**Odp. Zamawiający dopuszcza**