



Katowice, dnia 29.04.2024r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ - 3

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziała

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na **dostawę przyrządów chirurgicznych**, sygn., sprawy: **ZP-24-033UN**.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 4 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:
„W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, której dotyczy odstąpienie.”
Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
2. **Pakiet 1 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał: „Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Trzonki instrumentu można obracać o 360°, aby umożliwić wizualizację i dostęp do tkanki docelowej. Końcówka nie wykorzystuje prądu elektrycznego wysokich częstotliwości. Instrumenty pozwalają na koagulację naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, przy użyciu przycisku sterowania ręcznego zaawansowaną hemostazą. Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i tępo zakończona, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min oraz przyciskiem "Zaawansowana Hemostaza" przeznaczonym do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7 mm, umieszczonym po obu stronach uchwytu. Możliwość nastawienia co najmniej 5 wartości mocy dla przycisku Min. Możliwość używania przycisku Min w trybie „Zaawansowana Hemostaza”. Nieaktywna bransza posiada dwa wskaźniki w odległości 5 mm, które mogą służyć do oceny średnicy naczynia. Technologia tkankowa umożliwia generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. Generator emituje sygnały dźwiękowe wskazujące, kiedy ostrze instrumentu jest aktywne. Generator wygeneruje drugi sygnał aktywacji, gdy adaptacyjna technologia tkankowa będzie regulować dostarczanie energii, w celu lepszego zarządzania temperaturą. Końcówka współpracująca z generatorem bipolarnie harmonicznym, nie zasilanym bateryjnie. Wymagane bezpłatne użyczenie generatora GEN11 na czas trwania umowy.” ?
Odp.: Zamawiający dopuści i będzie wymagał przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ
3. **Pakiet 1 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał końcówek o wyższych parametrach? Instrumenty pozwalają na koagulację naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, przy użyciu przycisku sterowania ręcznego zaawansowaną hemostazą, oraz przyciskiem "Zaawansowana Hemostaza" przeznaczonym do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7 mm, umieszczonym po obu stronach uchwytu? Pozostałe parametry bez zmian.
Odp.: Zamawiający dopuści i będzie wymagał przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ



4. Pakiet 8 pozycja 1

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli i będzie wymagał jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeżeń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytłą powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek?

Odp.: Zamawiający sprecyzował to co miał na myśli w treści SWZ i tego będzie wymagał.

5. Pakiet 8 pozycja 2

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli i będzie wymagał Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeżeń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytłą powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek?

Odp.: Zamawiający sprecyzował to co miał na myśli w treści SWZ i tego będzie wymagał.

6. Pakiet 8 poz. 1 :

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Zadania nr 8 Pozycja nr 1 są pakowane przez wytwórcę po 3 sztuki w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Odp.: Zamawiający koryguje zamawianą ilość w Pakiecie Nr 8 poz. 1 w następujący sposób:

Było - 8 szt

Po korekcie jest - 9 szt.

Powyższe odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty