



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)

e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)

[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 1**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/DZZP/2015/23**

**Data: 03.06.2023r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na Zakup aparatów ultrasonograficznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy: 2053 / 2023 w ramach realizacji grantu pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szpitalu „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.**

**Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

***PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 1 i 2 – Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy***

Ad. Załącznik nr 4 do SWZ § 4 ust. 10 Czy Zamawiający zmieni zapis z „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat” na „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 8 lat od momentu instalacji”? Wielu producentów sprzętu medycznego gwarantuje dostępność części zamiennych na okres 8 lat.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 03.06.2023 r. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że przytoczone przez Wykonawcę zapisy dotyczą §2 ust. 9 i w tym miejscu Zamawiający dokonuje przedmiotowej modyfikacji.***

***PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 1 i 2 – Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy***

Ad. Załącznik nr 4 do SWZ par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający zmieni zapis z „Każda naprawa gwarancyjna przedmiotu umowy przedłuża okres gwarancji o czas jego naprawy (dotyczy okresu, w którym urządzenie jest wyłączone z eksploatacji z powodu jego niesprawności)” na „Każda naprawa gwarancyjna przedmiotu umowy przedłuża okres gwarancji o czas jego naprawy (dotyczy okresu, w którym urządzenie jest wyłączone z eksploatacji z powodu jego niesprawności), pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy”?

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 03.06.2023 r. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.***

***PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 1 i 2 – Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy***

Ad. Załącznik nr 4 do SWZ par. 5 ust. 9, ust. 11 Czy Zamawiający zmieni zapis z „Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (pon-pt) od zgłoszenia do usunięcia awarii lub wady przedmiotu umowy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych (pon-pt) od zgłoszenia. (...)” na „Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze (pon-pt) od zgłoszenia do usunięcia awarii lub wady przedmiotu umowy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części

zamiennych z zagranicy w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych (pon-pt) od zgłoszenia. (...)”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 03.06.2023 r. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.**

**PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 1 i 2 – Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Ad. Załącznik nr 4 do SWZ par. 6 ust. 1 pkt. a) b) Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 10% na 5%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

**PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 1 i 2 – Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Ad. Załącznik nr 4 do SWZ par. 6 ust. 1 pkt. c) f) Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,5% na 0,2%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

**PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 1 i 2 – Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Ad. Załącznik nr 4 do SWZ par. 6 ust. 1 pkt. d) g) Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,2% na 0,1%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

**PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 1 i 2 – Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Ad. Załącznik nr 4 do SWZ par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający zmieni łączną wysokość kar umownych z 30% na 20%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

**PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 1 i 2 – Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Ad. Załącznik nr 4 do SWZ par. 4 ust. 9 pkt. 3) Czy Zamawiający pod pojęciem dokumentacji technicznej rozumie dostarczenie harmonogramu przeglądów, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego urządzenia oraz instrukcji obsługi w języku polskim?

**Odpowiedź: Tak.**

**PYTANIE nr 9 dot. Pakietu 1 i 2 – Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Ad. Załącznik nr 4 do SWZ par. 4 ust. 9 pkt. 3) Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego instrukcji serwisowej. Instrukcje serwisowe są dedykowane dla serwisu autoryzowanego. Producent nie posiada instrukcji serwisowych w języku lokalnym np. polskim, a instrukcja nie jest udostępniana osobom nieautoryzowanym przez producenta. Wykaz podstawowych czynności serwisowych jest zamieszczony w instrukcji obsługi w języku polskim.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 03.06.2023 r. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.**

**PYTANIE nr 10 dot. Pakietu 1 i 2 – Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Ad. Załącznik nr 4 do SWZ par. 4 ust. 9 pkt. 3) Co Zamawiający rozumie pod pojęciem oprogramowania użytkowego?

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla przytoczone przez Wykonawcę wyrażenie i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 03.06.2023 r. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.**

**PYTANIE nr 11 dot. Pakietu 1 i 2 – Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Ad. Załącznik nr 4 do SWZ par. 5 ust. 13 Prosimy o usunięcie zapisu par. 5 ust. 13 załącznika nr 4 do SWZ. Producent udziela gwarancji dla nowozainstalowanych części w ramach napraw gwarancyjnych do końca okresu gwarancji na aparat.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 03.06.2023 r. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**