

Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4

Tytuł projektu:	Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Komentarz	<p>1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.</p> <p>2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone będą jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.</p> <p>3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej.</p> <p>4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.</p> <p>5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.</p> <p>6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.</p> <p>7. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego elementu z wyposażenia do ostatecznej akceptacji Użytkownika.</p> <p>8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.</p> <p>9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego.</p> <p>10. Poniższe elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym, w języku polskim każdego ze sprzętu.</p>

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent, model oraz kraj pochodzenia	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość szt.	Wartość netto [zł] 6=4x5	Stawka Podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [zł] 9=6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podnośnik kąpielowo-transportowy Rok produkcji 2023 1) jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny, 2) konstrukcja podnośników umożliwiająca podnoszenie pacjentów z łóżka i z wózka, 3) uprząż wykonana z materiału przepuszczającego wodę, 4) udźwig minimum 175 kg,			8				

<p>5) ruchoma rama jezdna umożliwiaiąca płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności, 6) podnośnik działa automatycznie na pilota, 7) sterowanie elektryczne, 8) rama malowana proszkowo-epoksydowa, 9) wyposażony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii, 10) koła przednie obrotowe, koła tylne wyposażone w hamulec, 11) regulowana szerokość nóg podstawy, 12) możliwość transportu pacjentów, w szczególności dotkniętych paraparezą, paraplegią, paralizem, utratą kończyn, niewydolnością układu krążenia, zmniejszeniem ruchomości stawów i osłabieniem siły mięśniowej, 13) długość podstawy w przedziale od 111,8 cm - do 129 cm +/- 3 cm, 14) szerokość podstawy jezdnej minimum 57,8 cm, 15) rozstaw nóg podstawy regulowany co najmniej w zakresie 65 cm - 84 cm +/- 5 cm, dopuszcza się szerszy zakres regulacji 16) zakres podnoszenia minimum 59-157,5 cm, dopuszcza się szerszy zakres podnoszenia 17) maksymalne obciążenie minimum 175 kg, 18) musi posiadać ramię podnoszące, maszt, skrzynkę sterowniczą, siłownik, pedał regulacji szerokości, podstawę jezdną 19) oznakowanie CE</p>	<p>Producent WINNCARE GROUP model WINNMOTION' 175 kraj pochodzenia HISZPANIA</p>	<p>5 100,00 zł</p>		<p>40 800,00 zł</p>	<p>8%</p>	<p>3 264,00 zł</p>	<p>44 064,00 zł</p>
---	---	--------------------	--	---------------------	-----------	--------------------	---------------------