

Kraków, 28.07.2022 r.

DZ.271.54.679 .2022

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 25 52  
e-mail: [przetargi@szpitalip2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitalip2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.54.2022 – Wyposażenie w aparaturę ogólnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

#### **PAKIET I - Aparaty do EKG**

##### **Pytanie 1.**

Ad 7. Dotyczy Aparat do EKG TYP 1

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym, dotykowym i zintegrowanym ekranem graficznym o przekątnej 7" i rozdzielczości 800x480 pikseli?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pytanie 2.**

Ad 11. Dotyczy Aparat do EKG TYP 1

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w drukarkę termiczną obsługującą papier w formie składanki, w 2 rozmiarach i dowolnego producenta? Pozwoli to na obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pytanie 3.**

Ad 59. Dotyczy Aparat do EKG TYP 2

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 4,5kg? Niewielka różnica w wadze nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ Zamawiający zgodnie z punktem 88 wymaga dostarczenia wraz z aparatem wózka pod aparat, na którym to wózku aparat będzie przewożony.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pytanie 4.**

Ad 87. Dotyczy Aparat do EKG TYP 2

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w szerszy zakres wbudowanych interfejsów - 3x USB, slot kart SD, WIFI, LAN zapewniając tym samym możliwość podłączenia szerszego spektrum urządzeń zewnętrznych niż aktualnie wymagane?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **PAKIET III - System do badań wysiłkowych i spoczynkowych EKG - 1 zestaw**

**Pytanie 5.**

Ad 10.

Czy Zamawiający uzna za wystarczające próbkowanie 8000 Hz/s/kanał? To częstotliwość zupełnie wystraszająca do pełnego zobrazowania zapisu ekg, bez utraty istotnych danych diagnostycznych w tym do wykrywania impulsów stymulatora.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6.**

Ad 11.

Czy Zamawiający dopuści system z następującymi zaawansowanymi filtrami:

Drzeń mięśniowych – zdefiniowany zakres odcięcia 0,05-25 Hz, 0,05-40 Hz, 0,05-150 Hz lub diagnostyczny – adaptacyjny cyfrowy filtr drzeń mięśniowych działający w paśmie 0,05-300 Hz ARBA/RNSF – wielozadaniowe filtry redukujące fizyczne i mięśniowe zakłócenia, wygładzające zakłócenia o wysokiej częstotliwości, niewpływające na istotne diagnostycznie wartości EKG, stabilizujące fluktuacje linii izoelektrycznej, bez ingerencji w zmianę odcinka ST.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 7.**

Ad 19.

Czy Zamawiający uzna za wystraszającą 12 kanałową akwizycję EKG poprzez bezprzewodowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora? Takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej wygodne dla pacjenta oraz osoby wykonującej badanie. Po przejściu pacjenta z bieżni na leżankę umożliwia wykonanie pacjentowi, pełnego, spoczynkowego, 12 odprowadzeniowego ekg.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8.**

Ad 20.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu w którym przyciski wydruków auto i rytmu są dostępne z poziomu oprogramowania obsługiwanego przez użytkownika? Zaoferowany moduł jest bezprzewodowy, znajduje się na pacjencie i dostęp do przycisków byłby utrudniony lub niemożliwy. Proponowane rozwiązanie jest bardziej nowoczesne i wygodniejsze.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 9.**

Ad 23.

Czy Zamawiający dopuści system bez tej funkcjonalności? Jest to rozwiązanie typowe dla zestawu wysiłkowego firmy GE, niepotrzebnie podnoszące koszty. Wszystkie wymagane funkcjonalności są dostępne z poziomu oprogramowania.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 10.**

Ad 33 i 34.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie bieżni z zakresem prędkości 0,5-18 km/h, kątem nachylenia 0-20%? Chcielibyśmy zaoferować Państwu wysokiej klasy bieżnię medyczną o parametrach nieznacznie różniących się od wymaganych, nie mających wpływu na funkcjonalność oraz proces diagnostyczny.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11.**

Ad 55.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu przystąpienia do naprawy na max. 72 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia konieczności naprawy?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 12.**

Ad 56.

W przypadku określonych napraw zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, co (zwłaszcza w obecnie dynamicznie rozwijającej się sytuacji w kraju oraz na świecie) może wydłużyć czas naprawy do 14 dni. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o dodanie do w/w punktu następującego zastrzeżenia: „a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy: do 14 dni”

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 13.**

Ad 56.

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu naprawy na: „max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy od daty zgłoszenia konieczności naprawy”?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET V - System monitorowania pacjentów**

**Pytanie 14.**

Ad 10.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor obsługiwany za pomocą ekranowych przycisków funkcyjnych oraz pojemnościowego ekranu dotykowego z funkcją obsługi gestów, z menu w języku polskim?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 15.**

Ad 17.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z regulacją czasu wyciszenia alarmów od 1 do 15 minut, wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas, z możliwością wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora /Użytkownika)?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 16.**

Ad 35.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do 15 sekund?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 17.**

Ad 37.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością stosowania czujników Nelcor za pomocą kabla łączącego dostarczonego z urządzeniem, natomiast bez możliwości stosowania czujników Masimo i FAST?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18.**

Ad 44.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o drukarkę termiczną z wydruk 3 kanałów, z szerokość papieru 50 mm?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 19.**

Ad 103.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor obsługiwany za pomocą ekranowych przycisków funkcyjnych oraz pojemnościowego ekranu dotykowego z funkcją obsługi gestów, z menu w języku polskim?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 20.**

Ad 110.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z regulacją czasu wyciszenia alarmów od 1 do 15 minut, wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas, z możliwością wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora /Użytkownika)?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 21.**

Ad 128.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do 15 sekund?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 22.**

Ad 130.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością stosowania czujników Nelcor za pomocą kabla łączącego dostarczonego z urządzeniem, natomiast bez możliwości stosowania czujników Masimo i FAST?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 23.**

Ad 137.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o drukarkę termiczną z wydruk 3 kanałów, z szerokość papieru 50 mm?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 24.**

Ad 169.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor obsługiwany za pomocą ekranowych przycisków funkcyjnych oraz pojemnościowego ekranu dotykowego z funkcją obsługi gestów, z menu w języku polskim?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 25.**

Ad 176.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z regulacją czasu wyciszenia alarmów od 1 do 15 minut, wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas, z możliwością wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora /Użytkownika)?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 26.**

Ad 194.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do 15 sekund?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 27.**

Ad 196.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością stosowania czujników Nelcor za pomocą kabla łączącego dostarczonego z urządzeniem, natomiast bez możliwości stosowania czujników Masimo i FAST?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 28.**

Ad 203.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o drukarkę termiczną z wydruk 3 kanałów, z szerokość papieru 50 mm?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 29.**

Ad 8, 100 oraz 167.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze do 5 kg?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 30.**

Ad 76.

Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą z zapisem danych do 7 dni / 168h ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET VIII - Kompaktowy procesor ultrasonograficzny**

**Pytanie 31.**

Ad 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji ale wyprodukowanym w 2021 r.?

*Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.*

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 32.**

Ad 39.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas reakcji serwisu był liczony w dni robocze (72 h w dni robocze)?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 33.**

Ad 40.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy i zmianę zapisu na: gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 5 dni roboczych. Czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 15 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy na wezwanie Zamawiającego (na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 34.**

Ad 43.

Czy Zamawiający dopuści zapis:

„instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim, dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie”?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET IX - Urządzenia do pomiaru oraz regulacji temperatury pacjenta**

**Pytanie 35.**

Dot. wymogu w poz. 59

Prosimy o dopuszczenie urządzenia współpracującego z 15 rodzajami kołder i materacy grzewczych zoptymalizowanych dla zapewnienia ogrzewania pacjentów w różnych pozycjach i podczas różnych zabiegów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET X - Aparat do znieczulenia**

**Pytanie 36.**

Ad.96

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu przystąpienia do naprawy na max. 72 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia konieczności naprawy?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 37.**

Ad.97

W przypadku określonych napraw zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, co (zwłaszcza w obecnie dynamicznie rozwijającej się sytuacji w kraju oraz na świecie) może wydłużyć czas naprawy do 14 dni. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o dodanie do w/w punktu następującego zastrzeżenia: „a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy: do 14 dni”

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 38.**

Ad.97

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu naprawy na: „max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy od daty zgłoszenia konieczności naprawy”?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET XI - Wyposażenie dla Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii**

**Pytanie 39.**

Ad 42.

Czy Zamawiający dopuści stół bez wyposażenia dodatkowego o długości 835 mm? Wymiar ten tylko nieznacznie przekracza oczekiwania Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie ww. wymiaru.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 40.**

Ad 60.

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości siedziska taboretu w zakresie 550-670 mm? Wymiar ten tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie ww. zakresu.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 41.**

Ad 68.

Czy Zamawiający zamiast opisanych parametrów określonych w powyższym punkcie dopuści :

wymiary oparcia: 390x390 mm

wymiary siedziska: 500x450 mm

wymiary podłokietnika: 125x500 mm

wysokość siedziska od podłoża: 510 mm

wymiary całkowite: 695x640x950 mm [szerokość x głębokość x wysokość] ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**WZÓR UMOWY**

**Pytanie 42.**

Ad §1 ust.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu uruchomienia oraz instalacji asortymentu w zakresie zadania XI ze względu na fakt iż asortyment ten dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu i instalacji w siedzibie Zamawiającego.

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 43.**

Ad § 3

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 44.**

Ad wszystkie paragrafy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej polegającej na numeracji ustępów w/w paragrafu. W obecnym brzmieniu ustęp początkowy paragrafu pierwszego ma cyfrę 4, pozostałe paragrafy zaczynają się od ustępów nr: 4, 5, 8 , 7 itd.

**Odp.: TAK, Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską.**

**Pytanie 45.**

Ad §4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie osobnych umów dla poszczególnych pakietów? W przypadku podpisania umowy na więcej niż jeden pakiet naliczanie kar od wartości brutto całej umowy będzie miało charakter zawyżony.

**Odp.: TAK, Zamawiający dla każdego pakietu będzie zawierał osobną umowę.**

**Pytanie 46.**

Ad § 4 ust. 1 i 2 (w obecnym brzmieniu 8 i 9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 47.**

Ad § 4 ust. 1 oraz ust. 6 (w obecnym brzmieniu ust. 8 i 13)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do: 0,2% kwoty brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy?.

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 48.**

Ad § 4 ust. 3 (w obecnym brzmieniu ust. 10)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 49.**

Ad § 4 ust. 4 (w obecnym brzmieniu ust. 11)

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosiła 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust.1 Umowy?

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 50.**

Ad § 4 ust. 7 (w obecnym brzmieniu ust. 14)

Opisana w w/w ustępie kara jest naszym zdaniem rażąco wysoka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do wysokości 5% wartości zamówienia w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. oraz do wysokości 10% wartości zamówienia opisanego w par. 2 ust.1 za zaniechanie przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego powyżej?

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 51.**

Ad §5

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na świecie oraz w kraju proponujemy dodatkowo Paragrafu o treści:

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo*





możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 52.**

Ad § 4 pkt 3 (w obecnym brzmieniu pkt. 10)

Prosimy o doprecyzowanie kary umownej poprzez uprzednie wezwanie do przystąpienia do realizacji naprawy gwarancyjnej, przed naliczeniem kary umownej.

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 53.**

Czy dla Pakietów nr VI-XI Zamawiający przewiduje zawarcie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w umowie następujących zapisów:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na zgłoszenie naruszenia do 72 lub 48 lub 36 godzin, o czym mowa w §2 ust. 10 lit. C w umowie dla pakietów nr III-VIII)

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu:

„Zlecający i Zleceniobiorca nie ponoszą odpowiedzialności wobec drugiej strony za szkody, utratę zysków, przewidywanych oszczędności, wartości firmy, reputacji, ani za szkody przypadkowe

lub wtórne, wynikające z:

- nieautoryzowanego dostępu do sieci lub produktu, pomimo zastosowania przez stronę środków bezpieczeństwa zgodnie z Art. 32 RODO,
- wszelkich działań egzekucyjnych wszczętych przeciwko drugiej stronie przez jakiegokolwiek organy regulacyjne, wynikających z naruszenia przez jedną ze stron swoich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.”?

**Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie zapisami w SWZ dla Pakietu nr VI-XI Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**