

Nr sprawy **9/2024/R**

Bydgoszcz, dnia 11.04.2024 r.

strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączzonego ze stosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie „zapytania ofertowego” poniżej 130 000 zł pn.:

ZAKUP LAMPY SZCZELINOWEJ

W związku ze złożonym pytaniem do treści ZAPROSZENIA Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową w układzie Haag-Streit o parametrach jak poniżej:

Typ mikroskopu:	Galileusz
Zmiana powiększenia	Bęben obrotowy 5-stopniowy
Całkowite powiększenie	6.3 x, 10 x, 16 x, 25 x, 40 x
Rozdzielczość optyczna	2700·N lp/mm (200 lp/mm)
Okular	12.5x
Kąt pomiędzy okularami	10°
Zakres PD	52 mm ~ 80 mm
Regulacja dioptrii:	8 D ~ + 8 D
Pole widzenia	Ø36.2 mm, Ø22.3 mm, Ø14 mm, Ø8.9 mm, Ø5.7 mm
Szerokość szczeliny	Regulowana płynnie 0-14mm
Długość szczeliny	Regulowana płynnie 1-14mm
Średnice przesłony	Ø14 mm, Ø10 mm, Ø5 mm, Ø3 mm, Ø2 mm, Ø1 mm, Ø0.2 mm
Kąt szczeliny	0-180°
Nachylenie szczeliny	5°, 10°, 15°, 20°
Filtry	Pochłaniający ciepło, ND – neutralnej gęstości, kobaltowo-niebieski, bezczerwienny, wbudowany żółty
Oświetlenie	LED
Luminancja	≥150KLX
Napięcie wejściowe	~ 100 V ~ 240 V
Częstotliwość	50Hz / 60Hz
Prąd znamionowy	1.2A
Napięcie wyjściowe	LED 3V, fiksacja 15V

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści lampy szczelinowej opisanej w pytaniu. Urządzenie nie spełnia warunków zawartych w specyfikacji technicznej – długość szczeliny nie jest regulowana płynnie i skokowo tak jak określił Zamawiający, lecz tylko płynnie.



Ponadto nie wskazano czy urządzenie posiada blokadę podstawy lampy, czy oświetlenie LED jest regulowane płynnie, czy urządzenie posiada automatyczne przejście w tryb uśpiania oraz czy jest przeznaczone do montażu na unicie okulistyczny

Niniejsze pismo stanowi integralną część Zaproszenia do złożenia oferty dot. powyższego zamówienia.

Termin oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie:

12.04.2024 r.

godz. **09:00** – składanie ofert

godz. **09:10** – otwarcie ofert

z up. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów
Agata Walencykowska

Sprawę prowadzi: Dominika Drumlewska
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów
Tel. 52 32 62 104, e-mail zamowienia-pub@wsd.org.pl



Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego