

Gdańsk, dnia 20 listopada 2019 r.

D10.251.43.M.2019

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WYBÓR
NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
(PAKIETY nr 3 i 4)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” na :

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEJ APARATURY MEDYCZNEJ I

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., uprzejmie informuję, że w wyniku ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z poniższym wykazem:

PAKIET NR 3

Oferta nr 10: Medicavera Sp. z o. o. Dahlhausen Group, ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin, za kwotę brutto: 93 312,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 100 pkt (cena 60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) - przy kryterium oceny: cena 60,00%, okres gwarancji 40,00 %.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

PAKIET NR 4

Oferta nr 6: PROMED Spółka Akcyjna, ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa, za kwotę brutto: 1 389 971,88 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 96,15 pkt (cena 60 pkt, okres gwarancji - 30 pkt, ocena techniczna- 6,15 pkt) - przy kryterium oceny: cena 60,00%, okres gwarancji 30,00 %, ocena techniczna 10,00 %.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przy kryterium oceny ofert: cena - 60 %, okres gwarancji - 30 %, ocena techniczna 10,00 % - łączna punktacja pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 4: GETINGE Poland Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, za kwotę brutto: 1 948 931,28 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert - 69,22 pkt (cena 42,79 pkt, okres gwarancji - 26,43 pkt, ocena techniczna- 0 pkt) - przy kryterium oceny: cena 60,00%, okres gwarancji 30,00 %, ocena techniczna 10,00 %.



WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA
PAKIET NR 3

Oferta nr 1 firmy: EMPIREUM Piotr Dopieralski, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna, za kwotę brutto: 47 530,80 PLN (z okresem gwarancji 60 m-cy).

UZASADNIENIE

Zamawiający w załączniku nr 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) –w zakresie pakietu nr 3, w pkt 5 wymagał: „Regulacja temperatury w przedziale minimum 33-42°C”. Wykonawca potwierdził spełnienie tego parametru. Jednak z powszechnie dostępnych kart katalogowych zaferowanego urządzenia wynika, że zakres regulacji temperatury wynosi od 35 do 42 st. C, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.


W związku, z czym Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca nie odniósł się do tych zastrzeżeń w swoich wyjaśnieniach, nie dołączył również wyciągu z instrukcji, który potwierdza spełnienie parametru. Zaś w dostępnych materiałach (m.in. znajdujących się na stronie internetowej producenta) wyraźnie wskazany jest zakres regulacji temperatury od 35 do 42 st. C. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że zakres regulacji nie jest zależny od długości koca w ocenie Zamawiającego treść w/w oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zaś na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. W toku postępowania nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zawrze umowę w czasie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a w/w ustawy.

Z poważaniem


WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji przetargowej
Marta Muszyńska-Orciuch