



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa protez piersi i materiałów eksploatacyjnych do aparatu mammotom i osłon*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 1, złożenie oferty tylko na pozycję nr 2?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że w Pakiecie nr 1 należy wycenić i złożyć ofertę na wszystkie 3 pozycje.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty dodatkowo na ekspandery anatomiczne, posiadające parametry przedstawione poniżej:

- komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli,
- magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera,
- samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, która minimalizuje potencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą,
- magnetyczny detektor,
- 3 pętelki dla szwów zapewniające stabilizację i kontrolowanie pozycji ekspandera,
- powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru i pochodnych,
- produkt sterylny,
- pojemność w zakresie od 250 ml do 850 ml,
- ważność sterylizacji produktu 4 lata,
- gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia,
- kompatybilne z protezami anatomicznymi,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że wymaga zaoferowania ekspanderów anatomicznych zgodnie z opisem w Pakiecie nr 1 poz. 3.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska