



Świdwin, 16.05.2022 r.

Dotyczy: *postępowania prowadzonego pn. „Dostawa środków materiałowych dla Służby Medycznej II”.”; sygnatura sprawy RG/28/2022*

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek z pytaniami od Wykonawcy w brzmieniu:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktów z terminem ważności w dniu dostawy wynoszącym 80% całkowitego terminu? Terminy wskazane w kolumnie "wymagany okres gwarancji" są całkowitymi terminami jakie producent nadaje produktowi od dnia produkcji. Dostawa asortymentu z takim terminem ważności jest więc nierealna, bo w dniu produkcji musiałby on zostać dostarczony do zamawiającego.

Odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie wyżej wskazanego terminu gwarancji.

Pytanie nr 2:

Czy w pozycji nr 15 Zamawiający wymaga aparatu do płukania oka APO, który spełnia poniższe wymagania, ale nie posiada płynu czy aparatu do płukania oka z płynem typu Tobin 200ml, ale nie spełnia on wskazanego opisu. Jednocześnie należy poprawić termin ważności, gdyż aparaty do płukania oka z płynem mają maksymalnie 3letni termin ważności od dnia produkcji.

Odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wymaga aparatu do płukania oka z płynem, jednocześnie wyraża zgodę na 3 – letni termin ważności.

Pytanie nr 3:

Prosimy o poprawę w zakresie terminu ważności dla opasek elastycznych i siatek z pozycji nr 34-36, gdyż producenci dają tym produktom maksymalnie 3letni termin ważności od dnia produkcji.

Odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę 3 –letni termin gwarancji produktów z pozycji 34-36.

Pytanie nr 4:

Prosimy o zmianę w zakresie pozycji nr 37 tj. termin ważności min. 24 miesiące. Producenci płynów nadają im około 24-36 miesięcy od dnia produkcji.

Odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na 2 –letni okres gwarancji produktu.

Pytanie nr 5:

Dotyczy OPATRUNKU NA RANY PENETRACYJNE KLATKI PIERSIOWEJ
Czy Zamawiający dopuści STERYLNY opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej renomowanego producenta taktycznych wyrobów medycznych tj. firmy MEDTRADE (producent opatrunków hemostatycznych Celox) w kształcie kwadratu o wymiarach 13cm x 13,3cm? Opatrunek spełnia wszystkie pozostałe wymagania Opisu Przedmiotu zamówienia, w tym między innymi posiada informacje takie jak: znak CE, termin ważności, numer serii i oznaczenia sterylności umieszczone na opakowaniu w sposób nieusuwalny, w tym: nie da się ich dłonią zetrzeć, zmazać czy odkleić. Z uwagi na konflikt zbrojny w Ukrainie terminy dostaw opatrunków na rany penetracyjne klatki piersiowej znacznie się wydłużyły, nawet do kilku tygodni. Ponadto ich ceny znacznie wzrosły. Część z opatrunków nie jest już dystrybuowanych na Europę np. SCS.Opatrunek FOX SEAL natomiast jest dostępny w korzystnej cenie i co najważniejsze jest wyrobem wysokiej jakości produkowanym przez znanego producenta opatrunków hemostatycznych Celox. W załączeniu przesyłamy kartę katalogową opatrunku.

Odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie wyżej wymienionego produktu.

DOWÓDCA
21 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
z upoważnienia
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIENÍ
PUBLICZNYCH

/-/ Agnieszka OBSZYŃSKA