



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice  
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

**Załącznik nr 1**

### **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest naprawa aparatu USG typ Arietta S 60, sn: 20658574, T 802/1724 polegająca na czynnościach j/n;

- demontaż zespołu LCD,
- sprawdzenie funkcjonalne na panelu dotykowym ( testowym ), czy uszkodzenie jest po stronie panela czy sterującej elektroniki,
- w przypadku uszkodzenia panelu dotykowego: delaminacja zespołu LCD - panel dotykowy,
- czyszczenie zespołu LCD z pozostałości kleju,
- instalacja nowej powłoki klejącej.
- instalacja nowego panelu dotykowego - utwardzenie UV warstwy klejącej,
- montaż zespołu LCD,
- test końcowy i kalibracja,
- wpis do paszportu technicznego nr 1253 potwierdzający sprawność aparat z dopiskiem: „dopuszczony do użytkowania”

**Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**