



znak: D25C/251/N/12-39rj/21

Wejherowo, dnia 23.07.2021 r.

D.25C/250/385/2021

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY ENDOPROTEZ ORTOPEDYCZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/12-39rj/21, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1 do części nr 20 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści w części nr 20 w pozycji 2 rozdzielenie poszczególnych elementów składowych na:

- śruba mocująca tytanowa;
- wkładka polietylenowa (komponent stawowy paliczka bliższego)
- śruba do paliczka

Wykonanie pełnego zabiegu odbudowy I stawu śródstopno-paliczkowego wymaga użycia po 1 sztuce ze wszystkich 4 elementów protezy. (poz. 1 i poz. 2). W przypadku zachowania części stawu własnego pacjenta, wkładka polietylenowa (komponent stawowy paliczka bliższego) i śruba do paliczka są zbędne. Decyzję o konieczności wykorzystania poszczególnych elementów podejmuje operator.

Rozdzielenie powyższych elementów pozwoli na korzystniejszą dla Szpitala formę ewentualnych przyszłych rozliczeń dostawcy ze Szpitalem. Co ma szczególne znaczenie przy niewykorzystaniu któregoś z elementów podczas zabiegu.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający modyfikuje Formularz Asortymentowo-Cenowy (załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie Zadania 20.

Załącznik nr 2 do SWZ uwzględniający ww zmiany - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 15 lp. 7

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 15 lp. 7 zaoferowanie trzpienia cementowanego lateralizowanego wg poniższego opisu:

Trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzyowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 5 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°.

Trzpień cementowany standardowy bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

STARSZY INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych



Marzena Magulska