



## SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Łódź, 19.03.2024 r.

**e-mail:** [marta.kieras@barlicki.pl](mailto:marta.kieras@barlicki.pl)

**Tel. 42 677-68-24**

**Znak sprawy:** 3/PN/ZP/D/2024

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa narzędzi medycznych”**

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na **następujące** pytania:

### **Pytanie 1**

#### **Dotyczy pakietu 3 i 8**

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (narzędzia) oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 50 dni roboczych od złożenia zamówienia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 2**

#### **dot. projektu umowy § 6 ust. 1**

Dotyczy wymaganego okresu gwarancji 36 m-cy. Z uwagi na fakt, iż w przypadku przedmiotu zamówienia producent nie udziela tak długich gwarancji prosimy o rozważenie zmiany minimalnego okresu gwarancji na 24 miesiące. Zapewnienie tak długiego, 36 miesięcznego okresu gwarancji może wiązać się ze znacznym podwyższeniem kosztu instrumentów, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 3**

#### **dot. projektu umowy § 6 ust. 6**

W związku z tym, że narzędzia wymagane w zakresie pakietu 3 i 8 zaliczają się do narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii), które cechują się wyjątkową precyzją wykonania, a producent tych narzędzi z powodów technologicznych nie świadczy usług regeneracji, prosimy o odstąpienie dla tych narzędzi od wymogów związanych z regeneracją. Oferowane narzędzia lub elementy tych narzędzi podlegające wymianie w przypadku naturalnego zużycia lub uszkodzenia mechanicznego z winy użytkownika wymieniane są na nowe na podstawie odrębnych ofert cenowych. Potrzymanie wymogu regeneracji uniemożliwi złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 4**

#### **dot. projektu umowy § 6 ust. 2**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu: „Nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych z winy Zamawiającego lub poprzez niewłaściwą eksploatację nie zgodną z instrukcją oraz przypadków naturalnego zużycia narzędzi ”

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 5**

#### **dot. projektu umowy § 8 ust. 1, 2 i 3**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w dostawie do 0,5%? Ustalone kary są zbyt wysokie i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6**

Pakiet 2, poz. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwieracz dł 11 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 7**

Pakiet , poz. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rękojeść dł. 5 cm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 8**

Pakiet 2, poz. 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ssak dł. 8,3 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 9**

Pakiet 2, poz. 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 8 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10**

Pakiet 2, poz. 13:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikro kleszczyki dł. 8 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11**

Pakiet 2, poz. 14:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikro kleszczyki dł. 8 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12**

Pakiet 2, poz. 15:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikronożyczki dł. bransz 4,5 mm, dł. trzonu 12,5 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13**

Pakiet 2, poz. 20:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikro igłę nazwa własna Barbara, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 14**

Pakiet 2, poz. 21:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikro igłę nazwa własna Barbara, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 15**

Pakiet 2, poz. 22:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikro igłę nazwa własna Barbara, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 16**

Pakiet 10, poz. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na młotek waga całkowita 74 g, waga głowy 560 g, dł. 25 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17**

Pakiet 10, poz. 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 12 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18**

Pakiet 10, poz. 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 12 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19**

Pakiet 10, poz. 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 14 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 20**

Pakiet 10, poz. 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 14 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 21**

Pakiet 10, poz. 12:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło nazwa własna Derf Converse dł. 12 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 22**

Pakiet 10, poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na sito-kosz o wymiarach 246x246x70 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 23**

Pakiet 10, poz. 18: Czy zamawiający wyraża zgodę na matę o wymiarach 250x235 mm,. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 24**

Pakiet 11, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na trzonek dł. 12 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 25**

Pakiet 11, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 19 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 26**

Pakiet 11, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 19 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 27**

Pakiet 11, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 14 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 28**

Pakiet 11, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę o śr. czubka 3,5 mm, dł. 16 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 29**

Pakiet 11, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 16 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 30**

Pakiet 11, poz. 15: Czy Zamawiający wyrażą zgodę na pęsetę szr. 3,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 31**

Pakiet 11, poz. 25: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 31 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 32**

Pakiet 11, poz. 27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 22 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33**

Pakiet 11, poz. 33: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk o dł. części robocze 4,8 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 34**

Pakiet 11, poz. 34: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk o dł. 5,8 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 35**

Pakiet 11, poz. 35: Czy Zamawiający wyraża zgodę na miskę o wymiarach 15x75 mm, poj. 0,75 L, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 36**

Pakiet 11, poz. 36: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener firmy ASIPCO o wymiarach 465x280x150 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 37**

Pakiet 11, poz. 37: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pokrywe firmy ASIPCO o wymiarach 464x279x101 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 38**

Pakiet 11, poz. 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na sito-kosz o wymiarach 405x250x100 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 39**

Pakiet 11, poz. 39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na matę o wymiarach 380x230 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 40**

Pakiet 11, poz. 40: Czy Zamawiający wyraża zgodę na tabliczke firmy ASIPCO w kolorze białym, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 41**

Pakiet 14, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na trzonek dł. 12 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 42**

Pakiet 14, poz. 4: Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcie?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 43**

Pakiet 14, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę srodek czubka 2,8 mm, dł. 16 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 44**

Pakiet 14, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 16 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 45**

Pakiet 14, poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę szer. 2,8 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 46**

Pakiet 14, poz. 25: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 31cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 47**

Pakiet 14, poz. 27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 22 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 48**

Pakiet 14, poz 33: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk naciskowy o dł. części roboczej 4,8 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 49**

Pakiet 14, poz. 34: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk naciskowy o dł. części roboczej 4,8 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 50**

Pakiet 14, poz. 35: Czy Zamawiający wyraża zgodę na miskę o wymiarach 150x75 mm, poj. 0,75L, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 51**

Pakiet 14, poz. 36: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener firmy ASIPCO o wymiarach 465x280x150 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 52**

Pakiet 14, poz. 37: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pokrywe firmy ASIPCO o wymiarach 464x279x101 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 53**

Pakiet 14, poz. 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na sito-kosz o wymiarach 405x250x100 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 54**

Pakiet 14, poz. 39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na matę o wymiarach 380x230 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 55**

Pakiet 14, poz. 40: Czy Zamawiający wyraża zgodę na tabliczke firmy ASIPCO w kolorze białym, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 56**

Pakiet 16, poz. 26: Prosimy o więcej informacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 57**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu lub wydaniu zamówionego towaru w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego lub niewydanego towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego lub niewydanego towaru.

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu lub wydaniu reklamowanego towaru w wysokości 0,5% wartości netto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanego towaru.

3. Za opóźnienie w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 6 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego towaru.

4. W razie rozwiązania umowy z przyczyn określonych w §9 ust. 2, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto określonej w §2 ust. 1.

8. Wykonawca w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 1 umowy zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 250 zł za każdy stwierdzony przypadek. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz z fakturą VAT potwierdzenie dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy z uwzględnieniem dokonanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy, o ile dotyczy

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 58**

**Pakiet 2 poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: ssak uszny ROSEN o *śr. 0,7 mm*, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 59**

**Pakiet 4 poz. 57:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: nożyczki METZENBAUM z *czarną powłoką z ostrzami standardowymi*, tępo-tępe, dł. 20 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 60:**

**Pakiet 4 poz. 104:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: haczyk nosowy KILNER o *szerokości 10mm*, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 61:**

**Pakiet 4 Poz. 179:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: linkę do żyłaków o *dł. 100 cm*?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 62:**

**Pakiet 4 Poz. 220:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: kleszczyki nosowe o *wielkości wycięcia 2,0x5,0mm*, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 63:**

**Pakiet 4 Poz. 221:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: kleszcze laryngologiczne o *szerokości cięcia 4mm*, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 64:**

**Pakiet 4 Poz. 241:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: raspator SYME, dwustronny, ostry, o *szerokości 4mm i dł. 18,5 cm*?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 65:**

**Pakiet 4 Poz. od 286 do 297:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: kleszcze KERRISON *bez falowanej sztanicy z otworami bocznymi*?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 66:**

**Pakiet 4 Poz. 326:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: mikrodisektor o *dł. 24 cm*, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 67:**

**Pakiet 4 Poz. 327:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: mikrodisektor o *dł. 24 cm*, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 68:**

**Pakiet Poz. 328:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: mikrodisektor o *dł. 24 cm*, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 69:****Pakiet 6 Poz. 12:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: nożyczki laparoskopowe METZENBAUM o *dł. roboczej ostrzy 15mm*, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 70:****Pakiet 10 Poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: miskę metalową, dużą o *wym.260x120mm o poj.4L?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 71:****Pakiet 10 Poz. 7:**

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania: nożyczki delikatne typu METZENBAUM, *górną bransz z mikroząbkami, dolną bransz o specjalnym zwiężającym się profilu gwarantującym minimalną traumatyzację tkanek podczas cięcia, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 14,5 cm. Narzędzie całkowicie pokryte tytanizowaną powłoką w kolorze innym niż czarnym (nie ceramiczne), stanowiącą dodatkową (poza pasywacją) ochronę przed żrącymi środkami chemicznymi oraz korozją w procesie sterylizacji, znacznie wydłużającą cykl życia narzędzia. Narzędzie łączone śrubą pokrytą powłoką ceramiczną w kolorze czarnym. Bransza na powierzchni wewnętrznej posiada informację (grawer) odnośnie standardu wykończenia?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 72:****Pakiet 10 Poz. 16:**

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania: kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z *aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze niebieskim, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapiegami, wym. 285x280x200mm i kompatybilny z pokrywą z poz.19?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 73:****Pakiet 11 Poz. 4:**

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania: nożyczki delikatne typu METZENBAUM, *górną bransz z mikroząbkami, dolną bransz o specjalnym zwiężającym się profilu gwarantującym minimalną traumatyzację tkanek podczas cięcia, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 20 cm. Narzędzie całkowicie pokryte tytanizowaną powłoką w kolorze innym niż czarnym (nie ceramiczne), stanowiącą dodatkową (poza pasywacją) ochronę przed żrącymi środkami chemicznymi oraz korozją w procesie sterylizacji, znacznie wydłużającą cykl życia narzędzia. Narzędzie łączone śrubą pokrytą powłoką ceramiczną w kolorze czarnym. Bransza na powierzchni wewnętrznej posiada informację (grawer) odnośnie standardu wykończenia?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 74:****Pakiet 11 Poz. 36:**

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania: kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z *aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze niebieskim, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapiegami, wym. 285x280x200mm i kompatybilny z pokrywą z poz.37?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 75:****Pakiet 14 Poz. 4:**

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania: nożyczki delikatne typu METZENBAUM, *górną bransz z mikroząbkami, dolną bransz o specjalnym zwiężającym się profilu gwarantującym minimalną traumatyzację tkanek podczas cięcia, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 18 cm. Narzędzie całkowicie pokryte tytanizowaną powłoką w kolorze innym niż zielonym (nie ceramiczne), stanowiącą dodatkową (poza pasywacją) ochronę przed żrącymi środkami chemicznymi oraz korozją w procesie sterylizacji, znacznie wydłużającą cykl życia narzędzia. Narzędzie łączone śrubą pokrytą powłoką ceramiczną w kolorze czarnym. Bransza na powierzchni wewnętrznej posiada informację (grawer) odnośnie standardu wykończenia?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 76:****Pakiet 14 Poz. 36:**

Czy zamawiający oczekuje zaofertowania: kontenera do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze niebieskim, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapieczkami. wymiary kontenera: 465x280x150mm i kompatybilny z pokrywą z poz.37?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 77:****Pakiet 4**

Czy zamawiający dopuści do zaofertowania: wyroby medyczne pochodzące maksymalnie od *czterech producentów* z uwagi na przeznaczenie narzędzi oraz ich specjalistyczne zastosowanie i chęć zaofertowania tych narzędzi w jak najwyższym standardzie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 78:****Pakiet 6**

Czy zamawiający dopuści do zaofertowania: wyroby medyczne pochodzące maksymalnie *od trzech producentów* z uwagi na przeznaczenie narzędzi oraz ich specjalistyczne zastosowanie i chęć zaofertowania tych narzędzi w jak najwyższym standardzie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 79:****Pakiet 10**

Czy zamawiający dopuści do zaofertowania: wyroby medyczne pochodzące maksymalnie *od dwóch producentów* z uwagi na przeznaczenie narzędzi oraz ich specjalistyczne zastosowanie i chęć zaofertowania tych narzędzi w jak najwyższym standardzie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 80:****Pakiet 11**

Czy zamawiający dopuści do zaofertowania: wyroby medyczne pochodzące maksymalnie *od dwóch producentów* z uwagi na przeznaczenie narzędzi oraz ich specjalistyczne zastosowanie i chęć zaofertowania tych narzędzi w jak najwyższym standardzie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 81:****Pakiet 14**

Czy zamawiający dopuści do zaofertowania: wyroby medyczne pochodzące maksymalnie *od dwóch producentów* z uwagi na przeznaczenie narzędzi oraz ich specjalistyczne zastosowanie i chęć zaofertowania tych narzędzi w jak najwyższym standardzie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 82****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 3) Ssak uszny śr. 0,7mm, dł. 6,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 83****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 4) Ssak uszny śr. 0,9mm, dł. 6,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 84****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 5) Ssak uszny śr. 1,2mm, dł. 6,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**



**Pytanie 85****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 6 i 7) Ssak uszny dł. 6,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 86****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 8 i 9) Ssak uszny dł. 9cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 87****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 11 i 12) Kleszczyki uszne dł. 8cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 88****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 13) Kleszczyki uszne dł. 8cm, wymiary 0,5x4mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 89****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 13) Kleszczyki uszne dł. 8cm, wymiary 0,4x4mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 90****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 15) Mikronożyczki dł. 8cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 91****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 16) Nóż kosa mikrochirurgiczny długość 15cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 92****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 17) Nóż mikrochirurgiczny Antoll-Candela (nazwa własna), długość 15cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 93****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 18) Elewator laryngologiczny dł. całkowita 16cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 94****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 20, 21, 22) Mikro igła Barbara (nazwa własna), dł. 15cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 95****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 23, 24, 25) Mikro haczyk uszny dł. 15cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 96****Pakiet 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 26 i 27) Nóż do przysadki dł. 26cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 97****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 6 i 7) Nożyczki, dł. 19cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 98****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 10 i 15) Pęseta, środek czubka 2,8mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 99****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 12) Pęseta, dł. 16cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 100****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 13) Pęseta, dł. 15cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 101****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 25) Imadło dł. 30cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 102****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 31) Klema dł. 12cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 103****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 32) Kleszcze dł. 12cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 104****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 33) Zacisk dł. części roboczej 5,1cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 105****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 34) Zacisk dł. części roboczej 5,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 106****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 35) Miska wymiary 150x75mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 107****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 36) Kontener, wymiary 590x290x150mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 108****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 37) Pokrywa, wymiary 590x290mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 109****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 39) Sito-kosz druciany wymiary 480x255x100mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 110****Pakiet 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 39) Mata wymiary 240x220mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 111****Pakiet 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 1) Miska metalowa wymiary 270x135mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 112****Pakiet 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 2) Młotek ortopedyczny waga 770g, dł. 23cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 113****Pakiet 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 11 i 12) Imadło dł. 15cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 114****Pakiet 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 13 i 14) Kleszczyki nazwa własna Halstead-Mosquito, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 115****Pakiet 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 16) Kontener do sterylizacji wymiary 290x290x220, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 116****Pakiet 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 17) Kontener do sterylizacji wymiary 255x240x50, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 117****Pakiet 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 19) Pokrywa wymiary 290x290mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 118****Pakiet 16**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 3 i 9) Długość rurki 65mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 119****Pakiet 16**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 22 i 23) Długość rurki 155mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 120****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 6 i 7) Nożyczki, dł. 19cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 121****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 10 i 15) Pęseta, środek czubka 2,8mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 122****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 12) Pęseta, dł. 16cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 123****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 13) Pęseta, dł. 15cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 124****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 25) Imadło dł. 30cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 125****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 31) Klema dł. 12cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 126****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 32) Kleszcze dł. 12cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 127****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 33) Zacisk dł. części roboczej 5,1cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 128****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 34) Zacisk dł. części roboczej 5,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 129****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 35) Miska wymiary 150x75mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 130****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 36) Kontener, wymiary 590x290x150mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 131****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 37) Pokrywa, wymiary 590x290mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 132****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 39) Sito-kosz druciany wymiary 480x255x100mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 133****Pakiet 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Poz. 39) Mata wymiary 240x220mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 134****Pakiet 12**

Czy zamawiający w Pakiecie 12 dopuści hak automatyczny składający się z następujących elementów:

1. Klema bazowa Rochard z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego na całej jej długości od strony czystej, całkowicie sterylne, wyposażona w dwa zaciski, wykonany ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion. 2 szt.
2. Ramię mocujące haki do podniesienia łuku żebrowego Rochard wyposażone w dwa przeguby 1 szt.
3. Ramię mocujące Ø14MM z przegubem umożliwiającym płynną regulację kąta zalamania haka 1 para

4. Klips mocujący otwarty 8 szt.
5. Hak powłokowy typu Fritsch; rozmiar 80 x 80 mm; obrót o 360°; długość ramienia 180 mm 2 szt.
6. Hak Rochard; rozmiar 80 x 80 mm; obrót o 360°; z przegubem długość ramienia 400 mm 2 szt.
7. Hak Langenbeck; rozmiar 50 x 170 mm; obrót o 360°; z przegubem; długość ramienia 240 mm 1 szt.
9. Hak Langenbeck; rozmiar 70 x 120 mm; obrót o 360°; z przegubem; długość ramienia 240 mm 1 szt.
10. Hak Langenbeck; rozmiar 40 x 80 mm; obrót o 360°; z przegubem; długość ramienia 240 mm 1 szt.
11. Hak Body Wall; rozmiar 80 x 160 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm; przegubowy 1 szt.
12. Hak Harrington; rozmiar 70 x 150 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm 1 szt.
13. Hak Deaver; rozmiar 100 x 155 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm 1 szt.
14. Hak Deaver; rozmiar 50 x 125 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm 1 szt.
15. Hak Deaver; rozmiar 70 x 190 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm; giętki 1 szt.
16. Hak Renal Vein; rozmiar 25 x 200 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm; giętki 2 szt.
17. Hak Deaver; rozmiar 50 x 220 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm; giętki 1 szt.
18. Aluminiowy kontener do sterylizacji 1 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 135**

##### **Pakiet 13**

Czy zamawiający w Pakiecie 13 dopuści hak automatyczny składający się z następujących elementów:

1. Klema bazowa Rochard z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego na całej jej długości od strony czystej, całkowicie sterylne, wyposażona w dwa zaciski, wykonany ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion. 2 szt.
2. Ramię mocujące haki do podniesienia łuku żebrowego Rochard wyposażone w dwa przeguby 1 szt.
3. Ramię mocujące Ø14MM z przegubem umożliwiającym płynną regulację kąta załamania haka 1 para
4. Klips mocujący otwarty 8 szt.
5. Hak powłokowy typu Fritsch; rozmiar 90 x 105 mm; obrót o 360°; długość ramienia 180 mm 2 szt.
6. Hak Rochard; rozmiar 80 x 60 mm; obrót o 360°; z przegubem długość ramienia 400 mm 2 szt.
7. Hak Rochard; rozmiar 80 x 80 mm; obrót o 360°; z przegubem długość ramienia 400 mm 2 szt.
8. Hak Langenbeck; rozmiar 50 x 170 mm; obrót o 360°; z przegubem; długość ramienia 240 mm 1 szt.
9. Hak Langenbeck; rozmiar 100 x 150 mm; obrót o 360°; z przegubem; długość ramienia 240 mm 1 szt.
10. Hak Body Wall; rozmiar 80 x 160 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm; przegubowy 1 szt.
11. Hak Harrington; rozmiar 70 x 150 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm 1 szt.
12. Hak Deaver; rozmiar 50 x 220 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm; giętki 1 szt.
13. Hak Renal Vein; rozmiar 25 x 200 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm; giętki 1 szt.
14. Hak powłokowy typu Fritsch; rozmiar 80 x 60 mm; obrót o 360°; długość ramienia 180 mm 1 szt.
15. Hak palczasty typu Finger; rozmiar 90 x 90 mm; obrót o 360°; długość ramienia 240 mm 2 szt.
16. Aluminiowy kontener do sterylizacji 1 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 136**

##### **Pakietu 2**

Poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści mikro nożyczki uszne typu Belucci, proste, ostro-ostre, górna bransza ruchoma dł.bransz 4,0mm, dł.trzonu 0,8mm, długość 80mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 137**

##### **Pakietu 2**

Poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści Nóż mikrochirurgiczny typu ROSEN, zakrzywiony pod kątem 45 stopni, część robocza okrągła o śr.2,6 mm, dł. 16 cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 138**

##### **Pakietu 2**

Poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści Nóż mikrochirurgiczny typu ROSEN, zakrzywiony pod kątem 45 stopni, część robocza okrągła o śr.2,0 mm, dł. 16 cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 139**

(Załącznik nr 2 do SWZ, Pakiet 1, pkt 17):

Czy Zamawiający dopuszcza wiertło diamentowe wielorazowe o średnicy 0,8 mm i długości 80 mm?

**Odpowiedź: Tak**

#### **Pytanie 140**

(Załącznik nr 2 do SWZ, Pakiet 1, pkt 18):

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej opisując średnicę wiertła oraz czy dopuszcza wiertło diamentowe wielorazowe o średnicy 0,8 mm i długości 70 mm?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 141**

(Załącznik nr 2 do SWZ, Pakiet 1, pkt 44):

Czy Zamawiający dopuszcza środek czyszczący do narzędzi dentystycznych służący do czyszczenia powierzchniowego konsoli oraz przycisku nożnego, które posiada Zamawiający. Pojemność 500 ml 1 op. = 6 szt.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 142**

Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 8, 9 i 10 opakowania zbiorczego (10 sztuk) tunelizatorów jednorazowych do zastawek? Opakowanie jest niepodzielne, więc prosimy również o przeliczenie ilości wymaganych do zamówienia.


**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 143**

Zwracam się z uprzejmą prośbą u udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Dotyczy pakietu nr 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw z 14 dni roboczych do 25 dni roboczych?

**Odpowiedź: Tak**

p.o. Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia Medycznego  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1  
im. N. Barlińskiego w Łodzi  
  
mgr Anna Piłczyk