

EZP/80/20

Wrocław, 29.01.2020r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw diagnostycznego sprzętu medycznego RTG Eidos RF439 (telekomando) produkcji firmy Mecal, Włochy, znajdującego się w siedzibie Zamawiającego; postępowanie znak: ZP/PN/01/20/LZE/JG,

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ w przetargu nr ZP/PN/01/20/LZE/JG, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm. zwaną dalej ustawą) Prawo zamówień publicznych odpowiada:

Pytanie 1

Dotyczy: SIWZ, pkt 5, ppkt 5.1.2.1. oraz załącznik nr 5 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o przywrócenie zapisów SIWZ dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w sposób tożsamy z pozytywną odpowiedzią na pytania wykonawcy w tym zakresie z dnia 21.01.2020 r. tj.:

5.1.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże doświadczenie rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej: 2 (dwóch) zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością zamawiający uzna wykonywanie przez okres co najmniej 12 miesięcy okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu RTG, analogicznego co do rodzaju i modelu wymienionego w OPZ, tj. aparat cyfrowy RTG Eidos RF439 (telekomando) o wartości usługi min. 30 tys. zł brutto każde.

Alternatywnie prosimy o dodanie wymogu, aby min. jedno z dwóch przedstawionych zamówień dotyczyło aparatu analogicznego co do rodzaju i modelu wymienionego w OPZ, tj. aparat cyfrowy RTG Eidos RF439 (telekomando).

Prosimy o powyższe, ponieważ tylko poświadczenie należytego wykonania umów serwisowych wydane przez użytkowników – nie jakiegoś typu aparatu RTG – ale wyłącznie aparatu RTG typ EIDOS RF439 da Zamawiającemu gwarancje należytego serwisowania ww. urządzenia.

Informujemy, że wyłącznie udział w szkoleniach produktowych pozwoli uzyskać wiedzę na temat np. kalibracji detektora aparatu RTG typ Eidos RF439. Kalibracja detektora jest czynnością zapewniającą należyty stan techniczny detektora (podzespół wart kilkadziesiąt tysięcy złotych). Zaniechanie lub nieumiejętne wykonanie kalibracji

skutkuje szybkim zużyciem ww. podzespołu (w konsekwencji konieczność poniesienia ww. kosztów), nie mówiąc o zagrożeniu błędami diagnostycznymi.

Zaznaczamy jednocześnie, że porównywanie jakiś aparatów RTG typu telekomando z konkretnym ww. aparatem RTG nie daje gwarancji należytego wykonania umowy. Z uwagi na różne parametry i właściwości techniczne aparatów, wymóg w obecnym brzmieniu nie chroni interesów Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy: SIWZ, pkt 5, ppkt 5.1.2.2. oraz załącznik nr 6 do SIWZ

Prosimy o pozostawienie wymogu, aby co najmniej jeden z inżynierów serwisowych posiadał świadectwo przeszkolenia w zakresie serwisu urządzenia aparat cyfrowy RTG Eidos RF 439 (telekomando) wydane przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Jak Zamawiający zapewne wie, różnorodność wprowadzonych do obrotu na terenie RP aparatów RTG jest bardzo duża – od aparatów analogowych do cyfrowych. Każdy z typów ww. urządzeń różni się budową, parametrami i specyfiką pracy. Aby uniknąć sytuacji, że aparat RTG typ EIDOS RF439 będzie serwisowany przez serwis, który nie wykonywał żadnych prac przy ww. konkretnym urządzeniu, lub wykonywał je w sposób nienależyty, wnosimy o uwzględnienie w SIWZ wymogu jw.

Umowa serwisowa, jaką zamierzają Państwo zawrzeć, ma na celu zapewnienie rzetelnej, fachowej i bezawaryjnej pracy urządzenia, a gwarancję profesjonalnej obsługi daje tylko i wyłącznie serwis należycie przeszkolony przez producenta danego typu aparatu RTG (a nie jakiegoś, dowolnego typu aparatu RTG).

Zaznaczamy, że szkolenia producenckie to szczegółowy instruktaż z każdego modułu i podzespołu aparatu RTG, przeprowadzane są cyklicznie, trwają kilka – kilkanaście dni i dotyczą wyłącznie danego typu aparatu RTG (tu: EIDOS RF439). Zatem nie jest możliwe porównywanie doświadczenia serwisowego podmiotów, z których jeden ma należyte kwalifikacje do serwisowania aparatu RTG typ EIDOS RF439, a drugi takich kwalifikacji potwierdzonych przez producenta nie ma. Z praktyki znamy, że kto zamierza dobrze wydać pieniądze powinien zwracać uwagę na certyfikaty jakości odnoszące się do danego produktu (towaru czy usługi), a pomijanie jakości skutkuje per saldo stratą.


W interesie Zamawiającego prosimy o rozważenie powyższych uwag i pozytywną odpowiedź na niniejsze pytanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
7.450.000.000
mgr Joanna Głombowicz

Przygotowała:
Joanna Głombowicz

ZASTĘPCA DYREKTORA
Inwestycyjno-Eksploatacyjnych
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Grzegorz Stryjeński