

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 Informacja (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 fax. 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, REGON: 000300570,



Rzeczpospolita
Polska



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Myślenice, dnia 14.04.2022.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej uPZP) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 uPZP. , którego przedmiotem jest dostawa instalacja w miejscu użytkowania, uruchomienie oraz przekazanie do użytku sprzętu medycznego:

Część 1: Dostawa diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i z wyposażeniem
Część 2 - Dostawa aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem
zgodnie z załącznikiem nr 1 w zakresie:

Zamawiający przewiduje finansowanie/ dofinansowanie zamówienia w ramach projektu pn.,, Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”. Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

I. Wyjaśnienia do SWZ.

Pytania Wykonawcy :

Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści do zaoferowania aparat elektrochirurgiczny, który automatycznie dopasowuje moc wyjściową dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem 16-bitowym?

Działanie systemu odbywa się w sposób szybki, automatyczne dopasowanie mocy bez zauważalnego opóźnienia dla operatora – system urządzenia nie wymaga procesora szybszego niż 16 bitowego do sprawnego i szybkiego działania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści ekran – płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, łatwy do utrzymania w czystości, wyświetlający wszystkie funkcje i ustawione parametry urządzenia, sterowany intuicyjnie za pomocą dedykowanych przycisków i optycznie wspomaganego pokrętką?

Oferowany sposób ustawień parametrów daje większą możliwość obsługi w gumowych rękawiczkach.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści do zaoferowania dopuści system podświetlanych jednostajnie gniazd w specjalnym w tzw. trybie nocnym?

Do każdego gniazda jest przypisana kontrolka aktywacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści do zaoferowania aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe:

- 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, oraz 1-pin 4mm bez dodatkowych adapterów?

-2 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli 3-pin dedykowanych do oferowanej diatermii, oraz 1-pin 4mm bez dodatkowych adapterów?

- gniazdo elektrody neutralnej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5. Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści do zaoferowania interfejs użytkownika oparty na ikonach odzwierciedlających używany tryb i nastawy w sposób czytelny i intuicyjny dla użytkownika z wyraźnym wskazaniem rodzaju wybranego typu prądu i ustawionej mocy oraz ich wskazaniem podczas aktywacji? Ustawienie efektu odbywa się w sposób automatyczny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

6. Czy Zamawiający w pkt.10 dopuści do zaoferowania system pomocy dla użytkownika w postaci:

-komunikatów, ostrzeżeń w języku polskim,

- wyświetlenia nazwy programu, trybu pracy i informacji o błędzie oraz wyświetlenia kodu błędu? Bez instrukcji obsługi w języku polskim dostępnej w menu generatora i filmu instruktażowego na ekranie aparatu?

System obsługi jest na tyle prosty i intuicyjny dla Użytkownika że nie wymaga dodatkowej instrukcji obsługi dostępnej w menu, czy filmu instruktażowego - wszystkie nieprawidłowe działania są komunikowane w języku polskim na ekranie urządzenia. Oferent zapewnia rzetelne i skuteczne szkolenie z obsługi urządzenia oraz wsparcie techniczne i merytoryczne w okresie użytkowania, z możliwością stworzenia filmu instruktażowego na życzenie Użytkownika.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

7. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści do zaoferowania urządzenie gdzie Operator decyduje o ustawieniach mocy w przypadku zastosowania elektrody neutralnej pediatrycznej jak i normalnej gdzie urządzenie automatycznie dopasowuje moc i ograniczając ją do niezbędnego minimum na bieżąco badając oporność tkanki – ustawienie mocy jest górną nieprzekraczalną granicą.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

8. Czy Zamawiający w pkt.14 dopuści do zaoferowania gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym:

-zasilania sieciowego

-dwa dla przełączników nożnych (jeden pedał pojedynczy i jeden podwójny)

-wyrównania potencjałów

- port magistrali CAN

- port RS 232 zamiast portu USB

- gniazda przystawki argonowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający w pkt.15 dopuści do zaoferowania liczbę miejsc w pamięci aparatu dla 99 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w pkt.16 zrezygnuje z możliwości zapisania min. 4 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej? Jest to zapis który spełnia tylko jeden producent.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pkt.17 dopuści regulację mocy cięcia w programach standardowych do 360W?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

12. Czy Zamawiający w pkt.21 dopuści automatyczne (domyślne) lub ostatnio zapamiętane ustawienie parametrów i mocy cięcia monopolarnego, o którym docelowo będzie decydował operator, wraz z wyborem trybów cięcia:

- Cięcie standardowe
- Cięcie suche
- Cięcie mikro
- Cięcie pętlą i nożem
- Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy
- Cięcie laparoskopowe
- Resekcja monopolarna?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

13. Czy Zamawiający w pkt. 21 dopuści tryby koagulacji monopolarnej:

- miękką
- 3 forsowne (nietnąca, nietnąca o większej mocy, tnąca)
- spray
- laparoscopia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający w pkt. 23 dopuści do zaoferowania możliwość regulacji mocy w koagulacji monopolarnej, przez co nastąpi automatyczne dopasowanie pożądanego efektu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

15. Czy Zamawiający w pkt. 24 dopuści do zaoferowania regulację mocy cięcia bipolarnego do 120W?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

16. Czy Zamawiający w pkt. 26 dopuści do zaoferowania minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, system zamykania naczyń, prąd do zastosowań w laparoskopii)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Czy Zamawiający w pkt. 28 dopuści do zaoferowania aktywację koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,25 sekundy w zakresie od 0s do 2s, oraz z dokładnością co 1s – w zakresie od 2s do 5s co jest rozwiązaniem praktyczniejszym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

18. Czy Zamawiający w pkt. 29 dopuści do zaoferowania program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy, z opcją dodatkowej regulacji mocy przez operatora, z efektem dostosowanym automatycznie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

19. Czy Zamawiający w pkt. 30 i 37 dopuści do zaoferowania system podłączania narzędzi standardowych w którym to Operator decyduje o parametrach pracy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

20. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści do zaoferowania przystawkę argonową gdzie parametry i ustawienia są wyświetlane na wspólnym ekranie podłączonej diatermii chirurgicznej? – jest to rozwiązanie praktyczniejsze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści do zaoferowania aparat połączony z generatorem za pomocą przewodu RS232? Rodzaj przewodu nie ma znaczącego wpływu na działanie połączonych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści do zaoferowania regulację parametrów mocy i przepływu w zależności od potrzeb operatora z manualnym ustawieniem tych parametrów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

23. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści do zaoferowania możliwość podłączenia jednej butli z argonem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

24. Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści do zaoferowania możliwość korzystania z jednej butli?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

25. Czy Zamawiający w pkt. 13 dopuści do zaoferowania ciągłą kontrolę pracy aparatu wraz z monitorowaniem ciśnienia gazu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

26. Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści wizualną inspekcję ewentualnej niedrożności sondy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

27. Czy Zamawiający w pkt. 15 dopuści wyświetlanie błędów i komunikatów na ekranie generatora, oraz ostrzeżeń o nieprawidłowym działaniu przystawki argonowej za pomocą kontrolki na jej panelu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści do zaoferowania reduktor ciśnienia do argonu z □ manometrem i miernikiem ciśnienia DIN 477, nr 6?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

II. Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ Rozdział IV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą składają następujące oświadczenia i dokumenty, będące przedmiotowymi środkami dowodowymi:

- 1) Formularz cenowy ze szczegółowym opisem oferowanego asortymentu z podaniem parametrów oferowanego sprzętu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
- 2) Materiały firmowe: oryginalne foldery **i/lub** katalogi **i/lub** karty charakterystyki **i/lub** instrukcje **i/lub** wyciągi z instrukcji **i/lub** dokumentacja techniczna wydana przez producenta urządzenia w oryginale **i/lub** **poświadczona** przez producenta **urządzenia i/lub autoryzowanego dystrybutora**. Zamawiający wymaga, aby w przedkładanych dokumentach zaznaczono lub oznaczono zapisy, które potwierdzają spełnienie wymaganych minimalnych parametrów.

2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

3. Niezłożenie oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt 1 **lub złożenie dokumentów wskazujących na niezgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. **Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.**

4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający zmienia Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie ofert

2. Oferta, wnioski oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta, wnioski oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

5. Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".

7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
10. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
11. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
12. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
13. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
14. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

15. W skład dokumentów składanych jako oferta wchodzi:

1. **Oferta powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie elektronicznego formularza ofertowego oraz złożenie Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ i formularza cenowego ze szczegółowym opisem oferowanego asortymentu - Załącznik nr 1 do SWZ, w części na którą składana jest oferta.**
2. **Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:**
 - 1) **aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki**

udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ"

Instrukcja wypełniania JEDZ:

Istnieje możliwość wypełnienia JEDZ bezpośrednio na Platformie zakupowej bądź złożenia go jako osobnego dokumentu.

Informujemy, że pod adresem <https://espd.uzp.gov.pl> Urząd Zamówień Publicznych udostępnił narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej (eESPD). JEDZ udostępniony został jako załącznik do dokumentacji przetargowej w formie plik edytowalnego.

Uwaga: W części IV Kryteria klasyfikacji, Wykonawca ogranicza się jedynie do wypełnienia sekcji α i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV;

- 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
- 3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie (JEDZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
- 4) Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy, przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
- 5) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do złożenia oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy);
- 6) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
- 7) Oświadczenie o RODO – załącznik nr 5 do SWZ.

8) Przedmiotowe środki dowodowe, podlegające uzupełnieniu.

3. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą

Z uwagi na ww. wyjaśnienia i zmiany SWZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert a także dokonuje zmiany terminu związania ofertą, wprowadzając do SWZ następujące zapisy:

Rozdział XII. Sposób i termin składania ofert

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 29.04.2022 r. do godz. 12.30.**

Rozdział XIII. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 29.04.2022 r. godz. 13.10.**

Rozdział X. Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą upływa w dniu **27.07.2022 r.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania ofert.

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Podpis.....