

# Część II SWZ - Przedmiot zamówienia

## DI-Z.26.27.2023

### I. Informacje szczegółowe

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch aparatów do znieczulania dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
2. Oferowane aparaty muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji – 2023) oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Oferowane aparaty muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz.974). Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane przepisami dokumenty potwierdzające wprowadzenie oferowanych urządzeń do obrotu.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
  - dostarczyć aparaty do znieczulania (2 szt.) zgodnie z opisem zawartym w Załączniku A do Formularza oferty do siedziby Zamawiającego w Kamiennej Górze przy ul. J.Korczaka 1,
  - ustawić i zainstalować w miejscach/pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego Pawilon IA (I piętro),
  - przeszkolić wyznaczonych pracowników Zamawiającego (szkolenie teoretyczne i praktyczne),
  - wystawić i wydać Zamawiającemu kartę gwarancyjną dla przedmiotu zamówienia po uprzednim uzgodnieniu warunków gwarancji zgodnie z treścią oferty i przy uwzględnieniu wymogów SWZ,
  - przekazać Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi, paszport techniczny oraz niezbędną do właściwego użytkowania dokumentację techniczną,
  - zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny urządzenia w okresie gwarancji.
5. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy
6. Po ustawieniu/zainstalowaniu i uruchomieniu, aparaty muszą być w pełni gotowe do pracy (użytkowania) bez ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Urządzenia winny być kompletne, wyposażone we wszystkie podzespoły/elementy/części, umożliwiające ich prawidłową pracę.
7. Wszelkie koszty związane z transportem, instalacją, a także uruchomieniem, próbami, sprawdzeniem i szkoleniem muszą być wkalkulowane przez Wykonawcę w cenę ofertową. Potwierdzeniem zrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu objętego umową będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
8. Wykonawca na dostarczone aparaty udzieli Zamawiającemu gwarancji wynoszącej minimum 24 miesiące. Termin gwarancji zacznie płynąć od daty podpisania protokołu odbioru.
9. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne wykonywanie przeglądów serwisowych, a także tych czynności konserwacyjnych, które nie mogą być realizowane przez użytkownika (jeżeli dotyczy).
10. Warunki gwarancji nie mogą w sposób nieuczciwy ograniczać uprawnień Zamawiającego, np. poprzez określenie wymogu zakupu materiałów eksploatacyjnych, środków dezynfekujących, konserwujących itp. wyłącznie u Wykonawcy, pod rygorem utraty gwarancji.
11. Szczegółowe wymogi dotyczące warunków gwarancji określone zostały w § 6 Projektu umowy (Część IV SWZ).
12. **Wymagane podstawowe parametry techniczne i cechy użytkowe aparatów stanowiących przedmiot zamówienia, określone zostały w Załączniku A do Formularza oferty.** Niespełnienie ich w zakresie określonym przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
13. Określone parametry i cechy należy przyjąć jako graniczne (minimalne), co oznacza, że Wykonawca może zaoferować urządzenie o lepszych parametrach/cechach.

### II. Informacje ogólne

1. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.1605 z późn.zm.). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiot zamówienia opisany został przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.