



D.25C/250/ 206 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY PROTEZ, ZASTAWEK I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY KARDIOCHIRURGII DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/251/N/5-9rj/23**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 16 cewnika do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej o następujących parametrach:

- Cewniki balonowe w objętościach 30 ml i 40 ml o profilu 7,5 F z możliwością wprowadzenia metodą Seldingera i chirurgicznie (z koszulką lub bez),
- Specjalna, współosiowa/coaxial budowa cewnika zapewnia minimalizację oporów przy przepływie helu,
- Kanał centralny zbrojony opłotem spiralnym powoduje, że jest bardzo odporny na załamania i zagięcia w krętych naczyniach tętniczych, ułatwiając wprowadzanie. Dodatkowo cały balon widoczny jest w promieniach RTG,
- Cewnik balonowy wyposażony w osłonę hemostatyczną „peel away”, redukująca krwawienie przy wprowadzaniu,
- Pokrycie hydrofilne balonu redukujące opory przy wprowadzaniu,
- Wysoce odporna na uszkodzenia opatentowana membrana cewnika wykonana materiału CardiothaneTM,
- Termin przydatności do użycia 2 lata

Dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania o następującym składzie:

- 1 x igła angiograficzna 18 Ga (1,4 mm),
- 1 x rozszerzacz naczyniowy ,
- 1 x intrudaktor 8F o dł. 15 cm z kranikiem bocznym i zastawką hemostatyczną z barwnym oznaczeniem i rozszerzaczem,
- 1 x intrudaktor 8F o dł. 15 cm bez kranika bocznego z zastawką hemostatyczną z barwnym oznaczeniem i z rozszerzaczem,
- 1 x przewodnik 0,025" o dł. 175 cm pokryty PTFE,
- 1 x strzykawka 60 ml
- 1 x zastawka jednokierunkowa
- 1 x skalpel rozm. 11
- 1 x przedłużacz cewnika o dł. 15 cm z kranikiem
- 1 x adapter do konsol Datascope

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause