



# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9  
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl  
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 31-08-2021 r.

W.Sz.Z: TZ-280-67/21

Dotyczy: postępowania na **dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego, ostrzy do golarek MEDLINE, pierścieni dotorebkowych i segmentów napinających torebkę soczewki.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytanie Nr 1, dot. Zadania nr 6, Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku hemostatycznego AnsCare™ ChitoClot® Gauze w rozmiarze 10cm x 10cm, który jest opatrunkiem przeznaczonym do tamowania zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich, posiadający wysoką efektywność hemostatyczną, natychmiastową gotowość do użycia. Bezpieczeństwo stosowania: brak efektów ubocznych, występujących przy stosowaniu, zagrażających zdrowiu (ograniczona reakcja egzotermiczna), nie jest wchłaniany przez organizm, nie przykleja się do rany (łatwy do usunięcia z rany). Forma opatrunku – gaza z dodatkiem środka hemostatycznego. Opakowanie – sterylne, wodoodporne, pojedyncze, łatwe do otwierania. Przechowywanie - nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, stabilność w różnych warunkach atmosferycznych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

### **Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 6 , Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania Opatrunku hemostatycznego AnsCare™ ChitoClot® Gauze, w rozmiarze 7,5cm x 180cm, który jest opatrunkiem przeznaczonym do tamowania zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich, posiadający wysoką efektywność hemostatyczną, natychmiastową gotowość do użycia. Bezpieczeństwo stosowania: brak efektów ubocznych, występujących przy stosowaniu, zagrażających zdrowiu (ograniczona reakcja egzotermiczna), nie jest wchłaniany przez organizm, nie przykleja się do rany (łatwy do usunięcia z rany). Forma opatrunku – gaza z dodatkiem środka hemostatycznego. Wymiary: szerokość 7,5 cm i długość 1,8 m, złożony w opakowaniu w formie „Z”. Opakowanie – sterylne, wodoodporne, pojedyncze, łatwe do otwierania. Przechowywanie - nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, stabilność w różnych warunkach atmosferycznych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Pytanie Nr 3, dot. Zadania Nr 6 poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Opatrunek wentylowy Bolin Chest Seal (BCS), który został specjalnie zaprojektowany w celu spełnienia kluczowych potrzeb jak szybkość i skuteczność w przypadku ran klatki piersiowej. BCS jest jałowym opatrunkiem klatki piersiowej do leczenia i zapobiegania odmy opłucnowej, które wynikają z ran postrzałowych lub innych przenikliwych urazów klatki piersiowej. Opatentowana konstrukcja z jednokierunkową, trójdzielną zastawką pozwala na wydostanie się nadmiarom powietrza i krwi itp przy jednoczesnym zapobieganiu ponownego wprowadzenia do wewnątrz, eliminując niepotrzebną wymianę powietrza w miejscu urazu. Rozmiar opatrunku (ok. 15 cm średnicy) oraz okrągły kształt, pozwala objąć praktycznie każdy rozmiar rany w miejscu urazu klatki piersiowej. Grubość opatrunku zapobiega marszczeniu się w czasie stosowania. Ponadto, strona wewnętrzna opatrunku pokryta jest grubą warstwą kleju, wystarczająco silnego, aby nie tylko przyklejać na włosy i miejsca zakrwawione, lecz również wystarczająco elastycznego, aby zdjąć i ponownie nałożyć w miejscu urazu w razie potrzeby.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 4, dot. Zadania Nr 2 poz. 1 i 2:**

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 2 wyrazi zgodę na rozdzielenie pozycji i złożenie osobnych ofert na pozycję 1 i pozycję 2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 8 zadań z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, a dalsze jego dzielenie spowoduje nadmierne rozdrobnienie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie Nr 5, dot. Zadania Nr 5 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kapturków za opakowanie a'800 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 63 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 6, dot. Zadania Nr 6 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek hemostatyczny GuardaCare 10 x 10cm przeznaczony do tamowania krwotoków zagrażających życiu o średniej i dużej intensywności, posiadający oznaczenie CE, o udokumentowanym laboratoryjnie spectrum działania antybakteryjnego (bakteriostatycznego)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 7, dot. Zadania Nr 6 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu ofertę na opatrunek Chitogauze XR PRO o wymiarach 7,5cm x 3,7m, który posiada spektrum działania antybakteryjnego

(bakteriostatycznego)? Aktualnie opatrunki ChitoGauze o wymiarze 10cm x 3,7m nie są dostępne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 8, dot. Zadania Nr 7 poz. 5:**

Czy zamawiający dopuści ofertę na jednorazowy pas obsługiwany oburącz, posiadający obustronny naciąg, uniwersalny rozmiar (szeroki zakres obwodu bioder od 30 do 160cm), umożliwiający wykorzystanie w badaniach RTG i MRI oraz umożliwiający dostęp do krocza i pachwin?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Szpitala Zespołowego w Toruniu  
z up. Dyrektora Wojewódzkiego  
Prawo zamówień publicznych  
W trybie art 52 ust. 2 ustawy

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zapotrzebna

*Anna Wutrych-Krajewska*