

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEŃ – 8

Taboret lekarski	
Rok produkcji: 2021	
Lp.	OPIS
1.	Taboret obrotowy o regulowanej wysokości w zakresie min. 480-620 mm.
2.	Podstawa o średnicy min. 620 mm.
3.	Siedzisko o średnicy min. 340 mm.
4.	Siedzisko wykonane z materiału skóropodobnego lub winylowego odpornego na działanie środków dezynfekujących, płynów ustrojowych, olejów, alkoholu i ścieranie.
5.	Siedzisko odporne na zapalenie i rozdarcie.
6.	Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg.
7.	Regulacja wysokości siedziska z pomocą siłownika gazowego.
8.	Chromowana konstrukcja.
9.	W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.
10.	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
11.	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
12.	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.