

**SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEŃ – 7**

<b>Stolik zabiegowy</b>	
<b>Rok produkcji: 2021</b>	
<b>Lp.</b>	<b>OPIS</b>
1.	Stolik zabiegowy chromowany.
2.	Min. 2 półki wykonane ze stali nierdzewnej.
3.	Wypożarty w min. 4 kółka jezdne.
4.	Min. 2 kółka z hamulcem.
5.	Wymiary (długość x szerokość x wysokość) min. 740 x 440 x 838 mm.
6.	Wymiary półki górnej min. 546 x 444 mm.
7.	Wymiary półki dolnej min. 746 x 444 mm.
8.	Dopuszczalne obciążenie na półkę min. 15 kg.
9.	Waga stolika max. 15 kg.
10.	W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.
11.	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
12.	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
13.	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.