

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego**, nr 5/ZP/2024, udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

Pytania dotyczące Pakietu nr 1:**Pytanie nr 1 - pozycja nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści końcówki o tych samych parametrach jednakże pakowane w pudełka (raki)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymagane są końcówki we wkładce do stosu w rakach do pipet.

Pytanie nr 2 - pozycja nr 4:

Czy Zamawiający dopuści końcówki w kolorze żółtym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza końcówek w kolorze żółtym, wymagane są końcówki przezroczyste.

Pytanie nr 3 - pozycja nr 7:

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w pudełka (raki) po 96 szt./ 960 sztuk w op. zbiorczym oraz przeliczenie i zaferowanie 24 pełnych opakowań w ramach zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 - pozycja nr 9:

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w pudełka (raki) po 96 szt./ 960 sztuk w op. zbiorczym oraz przeliczenie i zaferowanie 12 pełnych opakowań w ramach zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie końcówek w opisanych powyżej opakowaniach.

Pytanie nr 5 - pozycja nr 11:

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w pudełka (raki) po 96 szt./ 960 sztuk w op. zbiorczym oraz przeliczenie i zaferowanie 12 pełnych opakowań w ramach zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 - pozycja nr 12:

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w pudełka (raki) po 96 szt./ 960 sztuk w op. zbiorczym oraz przeliczenie i zaferowanie 9 pełnych opakowań w ramach zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie końcówek w opisanych powyżej opakowaniach.

Pytanie nr 7 - pozycja nr 17:

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w pudełka (raki) po 96 szt./ 960 sztuk w op. zbiorczym oraz przeliczenie i zaferowanie 17 pełnych opakowań w ramach zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie końcówek w opisanych powyżej opakowaniach.



Pytanie nr 8 - pozycja nr 24:

Czy Zamawiający dopuści próbówki pakowane po 400 sztuk w opakowaniu zbiorczym oraz przeliczenie i zaferowanie 15 pełnych opakowań w ramach zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 - pozycja nr 31:

Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 52 mm, długości kołnierza 16 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie końcówek o wskazanych powyżej wymiarach.

Pytanie nr 10 - pozycja nr 32:

Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 31,7 mm, długości kołnierza 3,9 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie końcówek o wskazanej powyżej długości.

Pytanie nr 11 - pozycja nr 33:

Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 39 mm, długości kołnierza 12 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie końcówek o wskazanych powyżej wymiarach.

Pytanie nr 12 - pozycja nr 34:

Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 88 mm, długości kołnierza 26 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie końcówek o wskazanych powyżej wymiarach.

Pytanie nr 13 - pozycja nr 36:

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w pudełka (raki)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie końcówek pakowanych w pudełka (raki), wymagane są końcówki w tackach.

Pytania dotyczące Pakietu nr 4:

Pytanie nr 14 - pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szalek Petriego śr. 150mm o wysokości 20mm, ze względu na przedłużający się brak dostępności szalek o wysokości 25mm? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie szalek o wysokości 20mm.

Z poważaniem,

DYREKTOR
INSTYTUTU OGRODNICTWA
Stowarzyszenie
Prof. dr hab. Dorothea Koniopacka