



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448 BDO: 000150922
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 8/ZP/2024
DZP/131/2024

Zgorzelec, dnia 30.04.2024r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego na: Dostawy materiałów do zabiegów ortopedycznych - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne) wraz z usługą użyczenia lub najmu instrumentariumi i innych urządzeń.

W związku z zapytaniem od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 t.j. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie nr 1 do pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane, samowierzące o średnicy 5.0mm - otwór heksagonalny w głowie śruby. Kaniulacja pod drut 1.6mm. Śruby z krótkim i długim gwintem, z efektem kompresji, w 20 długościach od 30 do 100 mm. Skok co 2 mm dla długości od 30 do 50 oraz skok co 5 mm od długości 55mm do 100mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 do pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane, o średnicy 7.0mm - otwór heksagonalny w głowie śruby. Kaniulacja pod drut 2.2mm. Śruby z krótkim i długim gwintem, z efektem kompresji, w 17 długościach od 40 do 120 mm. Skok co 5 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie nr 1 do pakietu nr 7 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 7 poz. 1-2 gwoździe Steinmana z zaokrąglonym końcem?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 3)

Pytanie nr 1 do pakietu nr 6 poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści Syntetyczne wiórki oddające strukturę kości gąbczastej w rozmiarach 4-7 mm, objętość 5cc zamiast: Syntetyczne wiórki oddające strukturę kości gąbczastej w rozmiarach 4-6 mm, objętość 5cc?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 4)

Pytanie nr 1 dot. projektu umowy „F” § 7 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z § 7 ust. 8 wg poniższej propozycji:

„8. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może przekroczyć 40 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu traktującego o całkowitej sumie kar obniżając ich poziom do 50% w każdym z projektów umów do SWZ, zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

(ZAPYTANIE NR 5)

Pytanie nr 1 do pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści substytut o składzie 100% β -TCP - fosforan trójwapniowy, syntetyczny materiał kośćcozastępczy do uzupełniania ubytków kostnych, stanowiący rusztowanie dla przerostu kostnego i ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie od 1 do 6 miesięcy, 100% materiał syntetyczny, bezpieczny, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość 80-90%; rozmiar porów: 300–500 μ m, wytrzymałość na siły ściskające 3,6 Mpa w postaci i rozmiarach kolejno:

- Poz. 1 - klin 8x25x30mm
- Poz. 2 - klin 10x25x30mm
- Poz. 3 - klin 12x25x30mm
- Poz. 4 - cylinder 8x20mm
- Poz. 5 - blok 15x15x20mm
- Poz. 6 - blok 15x20x30mm
- Poz. 7 - granule 3-4mm 5 g
- Poz. 8 - granule 3-4mm 20g
- Poz. 9 - granule 3-4mm 30g
- Poz. 10 - granule 3-4mm 5 g ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. zapisów projektu umowy Załącznik nr 5.3 §2 ust. 4 pkt. 1 :

Czy Zamawiający doprecyzuje iż dokumenty dopuszczające wyrób do użytkowania będą wymagane na wezwanie a nie każdorazowo z dostarczonym towarem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisu w każdym projekcie umowy do SWZ, zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3 dot. zapisów projektu umowy Załącznik nr 5.3 §2 ust. 8 oraz §2 ust. 9:

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §2 ust.8 oraz §2 ust. 9 z „24 godziny” na „2 dni robocze”?

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis projektu umowy zał. nr 5.3 §2 ust. 8 oraz §2 ust. 9 nadając mu treść „24h w dni robocze” zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4 dot. zapisów projektu umowy Załącznik nr 5.3 §2 ust. 13 pkt 1:

Czy Zamawiający dookreśli w § 2 ust. 13 pkt 1, iż zwrotowi mogą podlegać jedynie wyroby nieużywane w nienaruszonych opakowaniach?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy projektów umów nr: 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 5 dot. zapisów projektu umowy Załącznik nr 5.3 §11 ust. 2:

Czy Zamawiający doda zapis w §11 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis traktujący o możliwości rozwiązania umowy dot. § „rozwiązanie umowy” w każdym projekcie umowy, zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

(ZAPYTANIE NR 6)

Pytanie nr 1 do pakietu nr 3 poz. 4

Czy zamawiający w zadaniu 3 poz 4 „ panewka bezcementowa” ze względu na brak niezbędnego wkładu do panewki w zadaniu nr 3, miał na myśli „zestaw panewka+wkład panewkowy”? Jeżeli tak, to proszę o zgodę na sumaryczne zestawienie cen 2 (panewka+wkład) produktów w pozycji 4 -panewka bezementowa , oraz możliwość osobnego fakturowania ww elementów w przypadku użycia poszczególnych produktów.

Odp. Tak, Zamawiający miał na myśli zestaw panewka+wkład i wyraża zgodę na sumaryczną wycenę zestawu w pakiecie nr 3 poz. 4 oraz osobne fakturowanie wg zużycia poszczególnych elementów.

Pytanie nr 2 do pakietu nr 3 poz. 7

Czy zamawiający uwzględni możliwość skrócenia dostarczenia produktu trzpienia bezementowego w zadaniu nr 3 poz 7 , w związku z wycofaniem produktu z dystrybucji na terenie Polski?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza skrócenie dostarczania produktu z pakietu nr 3 poz. 7 oraz modyfikuje § 2 dodając zapis 8A bądź 9A, zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3 do pakietu nr 11 poz. 1

Czy zamawiający w zadaniu 11 wymagając niezbędnego instrumenarium (instrumenty do wykonania endoprotezoplastyki oraz napędu -piła+wiertarka) wymaga ostrzy niezbędnych do wykonania endoprotezoplastyki stawu kolanowego ? jeżeli tak to proszę o zgodę na sumaryczne zestawienie cen w pozycji 1

Element udowy + ostrza ,oraz możliwość osobnego fakturowania ww elementów w przypadku użycia poszczególnych produktów?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga ostrzy niezbędnych do wykonania zabiegu oraz wyraża zgodę na sumaryczną wycenę zestawu w pakiecie nr 11 poz. 1, oraz osobne fakturowanie wg zużycia poszczególnych elementów zestawu.

Pytanie nr 4 do pakietu nr 11

Czy zamawiający w zadaniu 11 uwzględni możliwość skrócenia dostaw produktów wynikającego z zaprzestaniem dystrybucji na terenie Polski?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza skrócenie dostarczania produktu z pakietu nr 4 poz. 11 oraz modyfikuje § 2 dodając zapis 8A bądź 9A, zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

(ZAPYTANIE NR 7)

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 5 pozycja 1 produkt o następujących parametrach:

Kotwica do rekonstrukcji obróbka panewki stawu barkowego. Kotwica tytanowa wyposażona w jedną mocną nić z plecionki ortopedycznej w rozmiarze #2. Kotwice tytanowe o wymiarach 2.8 x 11.7 mm. Kotwica założona na jednorazowy śrubokręt-podajnik.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 5 pozycja 2 produkt o następujących parametrach:

Implant niewchłaniający tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm lub średnicy 4,5 mm i długości 14 mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłaniającymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 17 poz. 3

W związku z tym, że w Pakiecie 17 oferowane przez Wykonawcę implanty nie wymagają użycia narzędzi prosimy o odstąpienie od wymogu użyczenia instrumentarium do zabiegu oraz uzupełnienia tabeli w poz. 3, tj. wykazu instrumentarium i wartości początkowej.

Odp. Jeżeli w pakiecie nr 17 poz. 3 zaoferowane implanty do wykonania zabiegu nie będą wymagały użycia narzędzi Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu użyczenia instrumentarium a tym samym wypełniania poz. nr 3 w pakiecie nr 17.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ostateczny kształt i zakres depozytu został ustalony po zawarciu umowy z docelowym użytkownikiem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 dot. § 2 ust. 2 pkt 1) Projektu umowy Zakup B oraz § 2 ust. 2 pkt 1) Projektu umowy F

Czy Zamawiający w zamian za protokół odbioru wyrazi zgodę na potwierdzanie dostaw dokumentem WZ zawierającym numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 6 dot. § 2 ust. 4 pkt 1) Projektu umowy Zakup B oraz § 2 ust. 4 pkt 1) Projektu umowy F

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczania dokumentów dopuszczających z dostawą towaru - na życzenie Zamawiającego Wykonawca przekaze komplet dokumentów dopuszczających przy podpisaniu umowy.

Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zapytaniu nr 5 pytaniu nr 2.

Pytanie nr 7 dot. § 2 ust. 6 Projektu umowy Zakup B oraz § 2 ust. 7 Projektu umowy F

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizowanie zamówienia w terminie do 3 dni roboczych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 dot. § 2 ust. 7 Projektu umowy Zakup B oraz § 2 ust. 9 Projektu umowy F

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu informowania o zmianach w realizacji zamówienia w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 dot. § 2 ust. 8 Projektu umowy Zakup B oraz § 2 ust. 10 Projektu umowy F

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie odpowiednika w terminie do 48 godzin od daty złożenia zamówienia?

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

Pytanie nr 10 dot. § 4 ust. 5 Projektu umowy Zakup B

Prosimy o wykreślenie zapisu – dotyczy on depozytu.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w projekcie umowy B § 4 ust. 5 poprzez jego wykreślenie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 11 dot. § 4 ust. 10 Projektu umowy Zakup B oraz § 4 ust. 10 Projektu umowy F

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przysyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na wskazany przez siebie adres mailowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 12 dot. § 5 ust. 5, 7, 8 Projektu umowy Zakup B oraz § 5 ust. 5,7,8 Projektu umowy F

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie towaru w terminie 3 dni roboczych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 dot. § 6 Projektu umowy Zakup B oraz § 7 Projektu umowy F

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych odpowiednio za zwłokę zamiast za opóźnienie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

(ZAPYTANIE NR 8)

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 7 poz. B p.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź Rusha fi 3,5 długość L= od 100 do 180 mm (w odstępach co 10 mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 7 poz. B p.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź Rusha fi 3,5 długość L= od 190 do 240 mm (w odstępach co 10 mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 7 poz. B p.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów fi 0,8 L 10m?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 8 poz. 19, 20, 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Podkładki dedykowane po wkręty 7,0mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 8 poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 20 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 8 poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 25 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 8 poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 25 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 8 poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 30 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 8 poz. 31,32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Podkładki dedykowane po wkręty 4,5 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na swojej platformie zakupowej uaktualnione <https://platformazakupowa.pl/transakcja/916404> następujące dokumenty:

- 1) 8_ZP_2024_Zał._5.1_5.2_5.3_5.4_5.5_5.6_do_SWZ_ZMIANA 1**

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

**Karina Suttor
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych**

**Agnieszka Śniadała
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Karina Suttor; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl