

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 12.08.2019 r. w przetargu nieograniczonym na:**

**Dostawę łóżek szpitalnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie w ramach inwestycji
pn. „Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ
„Sanatorium” w Górnie z wyposażeniem oraz budowa budynku urządzeń
technicznych dla gazów medycznych”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz udzielonymi wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści podstawę łóżka kolumnową, opartą na dwóch kolumnach o przekroju prostokątnym, gwarantującą stabilność leża?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie określa przekroju kolumn.

2. Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka 97 cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione łatwo odejmowanymi płytami (bez konieczności użycia narzędzi) z tworzywa HPL, odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekcyjnych oraz działanie UV?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści segment wezgłowia wypełniony płytą HPL, łatwo odejmowany (bez konieczności użycia narzędzi), wraz z tunelem na kasetę RTG?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda (bez regulacji pozycji fotelowej)?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierki umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji: regulacja wezgłowia, regulacja

Znak sprawy: ST/DZP/11/2019

wysokości leża, regulacja uda (bez wyświetlacza LCD pokazującego uruchomioną funkcję)?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści panel sterujący z możliwością podwieszenia pod półką na pościel oraz z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka, panel zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych poprzez możliwość selektywnej blokady podstawowych funkcji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) – zablokowanie funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie funkcji na pilocie; panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji autokontur, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego; panel posiadający wskaźnik podłączenia do sieci?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża w zakresie od 420 mm do 820 mm?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną w kolorze granatowym?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w opuszczane obok ramy leża tworzywowe bariery boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52; opuszczanie oraz podnoszenie barierki bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatycznie; bariery od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, wysokość barierki bocznych zabezpieczająca pacjenta 43 cm, bariery boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną w kolorze granatowym?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na granatowy kolor wklejki. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści wysuwaną półkę na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem do podwieszenia pod nią panelu centralnego?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dodatkowy materac uzupełniający leże po jego przedłużeniu?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

Znak sprawy: ST/DZP/11/2019

13. Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym, system obsługiwany jedną dźwignią dostępną od strony nóg pacjenta (na całej szerokości podstawy)?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści wypełnienie wkładek w szczytach i barierkach w kolorze granatowym?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą kolumnową, podpierającą leże w 4 punktach?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem wezglowia wypełnionym płytą HPL z montowaną na stałe?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane za pomocą sterowników wbudowanych w barierki boczne oraz panelu sterującego, bez konieczności stosowania pilota przewodowego?

Odp. Zamawiającego:

Wymagania zgodnie z SIWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości za pomocą centralnego panelu sterowania oraz sterowników wbudowanych w barierki boczne, bez sterownika nożnego?

Odp. Zamawiającego:

Wymagania zgodnie z SIWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelami wbudowanymi w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu z dużymi, wyraźnymi przyciskami, oznaczonymi intuicyjnymi piktogramami, zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą przycisku aktywującego, bez konieczności wyposażenia panelu zewnętrznego w wyświetlacz LCD?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami wykonanymi z tworzywa, zabezpieczającymi pacjenta na całej długości zgodnie z normą ICE 60601-2-52?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

21. Czy Zamawiający dopuści łóżko z potrójnymi barierkami bocznymi, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, z trzecią barierką w części nożnej otwieraną oraz odchylaną od łóżka z możliwością jej demontażu bez użycia narzędzi?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

22. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o minimum 15cm?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w listwy do montażu dodatkowego wyposażenia wykonane ze stali, lakierowane proszkowo?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

24. Czy Zamawiający oczekuje aby wymagany system ważenia był wyposażony w wbudowany w konstrukcję łóżka panel sterownia funkcjami systemu ważenia oraz wyświetlaczem wyświetlającym wyniki pomiarów?

Odp. Zamawiającego:

Dopuszcza ale nie wymaga.

25. Czy Zamawiający oczekuje aby panel sterowania systemem ważenia wraz z wyświetlaczem ma być zlokalizowany od strony szczytu nóg w celu szybkiego odczytu wyników pomiaru?

Odp. Zamawiającego:

Dopuszcza ale nie wymaga.

26. Czy Zamawiający oczekuje aby segment wezglowia wyposażony był w tunel na kasetę RTG, wsuwany z boku leża, z możliwością przesuwania kasety pod pacjentem za pomocą pozycjonera, dzięki czemu zarówno w celu wsunięcia kasety, jak i w celu jej przesunięcia nie jest wymagane repozycjonowanie pacjenta?

Odp. Zamawiającego:

Dopuszcza ale nie wymaga.

27. Czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów Zamawiający będzie oczekiwał aby łóżko było wyposażone w panel centralny z przyciskiem, który natychmiastowo wyłącza wszystkie funkcje elektryczne za wyjątkiem pozycji CPR?

Odp. Zamawiającego:

Dopuszcza ale nie wymaga.

28. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby leże oparte było na kolumnach o przekroju koła, dzięki czemu wyeliminowane są miejsca trudnodostępne dla dezynfekcji, co znaczący sposób obniża możliwość rozwoju drobnoustrojów?

Odp. Zamawiającego:

Dopuszcza ale nie wymaga.

29. Czy z uwagi na często występujące w szpitalach uszkodzenia paneli nadłóżkowych czy parapetów, Zamawiający będzie oczekiwał aby łóżko posiadało szczyt od strony

Znak sprawy: ST/DZP/11/2019

głowy nieporuszający się wraz z leżem podczas regulacji wysokości czy przechyłów wzdłużnych?

Odp. Zamawiającego:

Dopuszcza ale nie wymaga.

30. Czy w celu łatwej obsługi funkcji elektrycznych łóżka Zamawiający będzie oczekiwał aby centralny panel sterowania był podzielony na strefy, oznaczone kolorystycznie?

Odp. Zamawiającego:

Dopuszcza ale nie wymaga.

31. Czy Zamawiający oczekuje w pkt 4 (II. Sterowanie funkcjami łóżka) aby łóżko było wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie funkcjami elektrycznymi łóżka na czas 3 minut?

Odp. Zamawiającego:

Dopuszcza ale nie wymaga.

32. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem wezgłowania wypełnionym panelami z tworzywa polipropylenowego z możliwością wykonania zdjęć RTG poprzez wsunięcie kasety pod materac lub pod pacjenta?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

33. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby optyczny wskaźnik naładowania akumulatora informował również o konieczności jego wymiany w przypadku zużycia się akumulatora? Standardowo akumulatory po upływie 2-3 lat zużywają się i należy je wymienić.

Odp. Zamawiającego:

Dopuszcza ale nie wymaga.

34. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370mm do 735mm?

Odp. Zamawiającego:

Zakres odpowiada wymaganiom siwz.

35. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z siwz.

36. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z leżem wykonanym z wysokiej jakości, trwałych płyt wykonanych z tworzywa ABS? Płyty odcinane bez użycia narzędzi, sekcja oparcia pleców wypełniona płytą HPL. Poniżej znajduje się fotografia oferowanego przedmiotu zamówienia.



Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z siwz.

37. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z regresją sekcji oparcia pleców: 100 mm i autoregresją 50 mm, co jest parametrem wystarczającym do zapewnienia właściwej rekonwalescencji pacjentów?



Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

38. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne, które na zasadzie równoważności są wyposażone w sterowniki w barierkach bocznych łóżek szpitalnych, sterowniki od strony zewnętrznej łóżek wyposażone w diody led informujące o tym, że dana funkcja jest aktywna (kolor zielony) lub zablokowana (kolor czerwony)?

Odp. Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

39. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne o regulacji wysokości w zakresie: 420 – 835 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego:

Tak. Zakres odpowiada siwz.

40. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne o regulacji segmentu uda w zakresie 0 - 28°, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego przez Zamawiającego?

Znak sprawy: ST/DZP/11/2019

Odp. Zamawiającego:

Tak, Zgodnie ze zmianą treści siwz z dnia 12.08.2019 r.

41. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łożka szpitalne z barierkami bocznymi o wysokości 39 cm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

42. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łożka szpitalne z możliwością przedłużenia leża o 175 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego:

Tak. Zakres odpowiada siwz.

43. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łożka szpitalne wyposażone tylko w uniwersalne uchwyty na worki urologiczne i inne akcesoria, uchwyty zawierające 4 haczyki jak na zdjęciu poniżej:



Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z siwz.

Pytanie dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji nie będą zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu

Znak sprawy: ST/DZP/11/2019

materiałów firmowych dystrybutora, które będą potwierdzać szczegółowe parametry wszędzie tam, gdzie jest ich brak w materiałach producenta.