

WZP.272.37.2023.VI

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.37.2023.VI**

dotyczy postępowania p.n.: **Dostawa wyposażenia na potrzeby rozbudowy gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Tomograf stożkowy wraz z przystawką cefalometryczną

Pytanie 1:

dotyczące pkt. 36. „Opcjonalne zdjęcia twarzy pacjenta bez użycia promieniowania.”

Czy oferowany tomograf stożkowy ma mieć możliwość wykonanie tego typu zdjęć w momencie dostawy i uruchomienia ? Czy też ma mieć możliwość ewentualnego odpłatnego doposażenia w późniejszym czasie w tego typu funkcjonalność?

Odpowiedź:

Aparat może mieć wskazaną dodatkową funkcję, lecz nie jest ona wymagana.

Pytanie 2:

dotyczące pkt. 40. „Oprogramowanie do integracji z bazami danych PACS HIS/ RIS”

Czy oprogramowanie dostarczone wraz z tomografem stożkowym ma umożliwić pełną integrację z serwerami PACS HIS/RIS w momencie dostawy i uruchomienia sprzętu, co wymaga pełnej obsługi protokołu DICOM i odpowiedniej licencji? Czy też oprogramowanie ma mieć możliwość ewentualnego odpłatnego doposażenia w późniejszym czasie w tego typu funkcjonalność?

Odpowiedź:

Oprogramowanie dostarczone wraz z tomografem stożkowym ma pozwolić na pełną integrację z serwerami w momencie dostawy i uruchomienia sprzętu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

Dla wewnątrzustnego aparatu wymagane jest wykonanie projektu osłon stałych. Czy do tomografu stożkowego również wymagane jest wykonanie projektu osłon stałych o czym brak jest informacji w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający do tomografu stożkowego nie wymaga wykonania projektu osłon stałych.