

**Uczestnicy postępowania  
Wszyscy**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie” w podziale na pięć części zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazujemy poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **08.12.2021r.** w związku z przedmiotowym postępowaniem i wprowadza poniższe zmiany SWZ:

**PYTANIE 1**

1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby część elementów oferowanych w ramach oferty nie była wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 10.05.2010r.? Mamy tu na myśli drobne elementy wyposażenia uzupełniające do oferowanego sprzętu medycznego jak np. aparat fotograficzny do kolposkopu, oprogramowanie do przesyłania obrazów czy myjki ultradźwiękowe. Myjki ultradźwiękowe według oświadczenia producenta nie spełniają żadnej z reguł zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych i jako takie nie są wyrobami medycznymi oraz nie podlegają wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych. Przedmiotowe myjki jak również aparat fotograficzny posiadają znak CE i są dopuszczone do obrotu na terenie RP i UE.

**ODPOWIEDŹ 1**

Tak. Zamawiający dopuszcza by elementy wyposażenia uzupełniającego do oferowanego sprzętu takie jak: aparat fotograficzny do kolposkopu, oprogramowanie do przesyłania obrazów i myjka ultradźwiękowa nie były wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach h medycznych z dnia 10.05.2010 r.

W takich przypadkach Zamawiający dopuszcza modyfikację załączników 1a-e) do formularza ofertowego w celu wyszczególnienia ww. elementów aby dostosować je odpowiednio do stawek VAT.