

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 10.01.2022r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej uPZP) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. którego przedmiotem dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego użytku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ - opisem szczegółowym. Nr sprawy 45/PN/21

(1) Pytania Wykonawcy pierwszego:

Część nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rurą o długości 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 3, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści oddechowy o długości 1,83m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(2) Pytania Wykonawcy drugiego:

Pakiet 5 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod równoważnych w kształcie prostokąta z listkiem ułatwiającym naklejanie, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod równoważnych okrągłych listkiem ułatwiającym naklejanie, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie papieru do defibrylatora Lifepak 11/12 o wymiarach 107mm x 23.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 poz. 13

Czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez ?

Odpowiedź: Papier ma być z nadrukiem.

Pakiet 5 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie papieru o szerokości 50mm lub 57mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier o szerokości 50mm.

Pakiet 5 poz. 15

Prosimy o podanie czy papier ma mieć nadruk nawinięty do środka czy na zewnątrz?

Odpowiedź: Papier ma mieć nadruk nawinięty na zewnątrz.

Pakiet 5 poz. 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie zakończenia po stronie pacjenta: klamra, wtyk, zatrask.

Odpowiedź: Zakończenie po stronie pacjenta – zatrask.

Pakiet 5 poz. 19

Zwracamy się z prośbą o określenie wymaganych ilości. Elektrody do defibrylacji są pakowne parami zatem czy Zamawiający oczekuje 415 sztuk co daje 208 kompletów czy też 415 kompletów elektrod?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 415 kompletów.

Pakiet 5 poz. 28

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Papier do Ascard Green jest w kratkę i ma rozmiar 58mm x25. Zatem czy Zamawiający oczekuje papieru 57 mm czy 58mm, z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga papier 58mm w kratkę.

Pakiet 5 poz. 29

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje żelu do USG czy też papieru do USG. Jeśli żelu to o jakiej gramaturze, jeżeli papieru do USG to czy chodzi o papier do UPP 110HG- oryginalny czy kompatybilny?

Odpowiedź: Zamawiający załącza obowiązujący opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 dla części 5. W poz. 29 ma być papier do USG oryginalny, natomiast w poz. 30 ma być żel do USG 0,25 l.

Pakiet 5 poz. 30

Prosimy o wskazanie jednostki miary. Czy Zamawiający oczekuje 4 opakowań elektrod do defibrylacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 4 opakowań.

Projekt umowy- §1 ust. 4

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź: Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1 do SWZ ilości zamawianego przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmniejszeniu nie więcej niż 40% zamawianej ilości towaru w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie wykonawcy.

(3) Pytanie Wykonawcy trzeciego:

Część nr.2.poz.3. Prosimy o dopuszczenie wiaderka 4kg z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(4) Pytania Wykonawcy czwartego:

Pytanie nr 1 Część nr 12 "Układy oddechowe i kaniule"
W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę jednostki miary na opakowania i wycenę pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań.
Tj. Poz. 1 - 40szt. = 4 opakowania a'10szt.
Poz. 2 - 40szt. = 2 opakowania a'20szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 1 Część nr 12 "Układy oddechowe i kaniule"

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów oryginalnych kompatybilnych z urządzeniem Airvo2? Kompatybilność potwierdzona przez producenta sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu kompatybilnego z aparatem do wentylacji wysokoprzepływowej HIFENT MODEL HUMID BH

(5) Pytania Wykonawcy piątego:

Część 5, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów papieru do EKG Ascard4

Odpowiedź: Papier do EKG o wymiarach 112/25mm

Część 5, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora 108x23?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 5, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora 106x25mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Część 5, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści pas EKG o szerokości 3,2cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Część 5, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści papier o szerokości 215mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Część 5, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 108x23mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 5, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści papier do ekg 58mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki o grubości 0,15mm, spełniając jednocześnie pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

(6) Pytania Wykonawcy szóstego:

Pytanie 1 – do Formularza cenowego - Część nr 1 poz. 1-7

Czy z uwagi na bezpieczeństwo personelu Zamawiający wymaga, aby zaoferowane rękawy posiadały dokument potwierdzający brak cytotoxyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – do Formularza cenowego - Część nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści arkusze spełniające opis SWZ, w rozmiarze 60 x 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – do Formularza cenowego - Część nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści materiał opakowaniowy o wytrzymałości na rozciąganie 1,65kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m w kierunku poprzecznym, o wydłużeniu 115% w obu kierunkach, spełniający pozostałe warunki opisu SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – do Formularza cenowego - Część nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści materiał opakowaniowy wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 1,5 kN/m w kierunku walcowania i 1,2 kN/m w kierunku poprzecznym, spełniający pozostałe warunki opisu SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 – do Formularza cenowego - Część nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści wkładki absorpcyjne równoważne, dla których zostały przebadane inne parametry: gramatura 104 g/m², możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, wytrzymałość na przepuklenie 300 kPa, wzrost kapilar nie większy niż 40mm w obu kierunkach wytwarzania? Rozmiar i wielkość opakowania zgodne z opisem SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(7) Pytania Wykonawcy siódmego:

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy części nr 1 poz. 2:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa w rozmiarze 12 cm x 200 m z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę.

Dotyczy części nr 1 poz. 9 i 10:

3. Czy Zamawiający odstąpi od naprzemiennego pakowania papieru krepowanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu naprzemiennego pakowania papieru krepowanego.

Dotyczy części nr 1 poz. 11:

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę o gramaturze 57 g/m², o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku walcowania 1,65 kN/m i w kierunku poprzecznym 1,25 kN/m, wydłużeniu w kierunku maszyny 8% i w kierunku poprzecznym 9% w kolorze niebieskim lub zielonym, której jakość potwierdzają badania jednostki notyfikowanej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy części nr 1 poz. 12:

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wytrzymałą włókninę trzywarstwową o gramaturze 55 g/m² o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku walcowania 98,3 N/m i w kierunku poprzecznym 48,6 N/m?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy części nr 1 poz. 13:

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek wykonanych ze specjalnego papieru krepowanego o gramaturze 110g/m² zgodnych z normami EN 868-2, ISO11607-1, w rozmiarze 300 mm x 600 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

W załączeniu Obowiązujący załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5 Elektrody do EKG i akcesoria.

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....