




WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271

 32 281 02 71
32 396 51 00

 32 396 45 09

 SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 17.02.2023 r.

DZP – 8/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa materiałów zużywalnych do hemodializ

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści dializatory niskoprzepływowe, z błoną polieterosulfonową o powierzchni 1,4m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści dializatory niskoprzepływowe, z błoną polieterosulfonową o powierzchni 1,6m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 dopuści dializatory wysokoprzepływowe, z błoną polieterosulfonową o powierzchni 1,8m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 – Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści dializatory niskoprzepływowe, z błoną polieterosulfonową o powierzchni 2,0m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 – Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści dializatory niskoprzepływowe, z błoną polieterosulfonową o powierzchni 2,2m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 – Pakiet nr 8 poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 8 poz. 1 -3 zestawów z cewnikami o średnicy 12F.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 7 – Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 5:

Dializatory kapilarne do hemodializ z błoną polisulfonową, polinefronową, heliksonową. Sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma o powierzchni minimum 1,5 m²
dopuszcza dializatory kapilarne do hemodializ z błoną helixone®, sterylizowane parą wodną, o powierzchni 1,4 m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 – Pakiet nr 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnych dializatorów z błoną polyamix o powierzchni 1,4m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – Pakiet nr 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnych dializatorów błoną polyamix o powierzchni 1,7m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 9 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49, 33/54 cm, do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniecyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – Pakiet nr 8 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający w pozycji 1,2,3 pakiet postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy i 11 Fr i długościach:

dla pozycji 1 – 11 Fr długość 15 cm ramiona zagięte

dla pozycji 2 – 11 Fr długość 25 cm ramiona proste

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

dla pozycji 3 – 11 Fr długość 20 cm ramiona zagięte

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,89 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – Pakiet nr 9

Czy w Zadaniu 9 w opisie cewnika o zmniejszonej podatności na recyrkulację krwi Zamawiający oczekuje cewnika z dostępną końcówką koncentryczną o przekroju typu : „S” ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie