



Puck, dn. 17.05.2024 r.

dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na dostawę ambulansu drogowego typu B oraz ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym, znak ZP/11/2024

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
	Pytania do Ambulansu typu B	
1.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt I, 4 – prosimy o dopuszczenie kabiny kierowcy wyposażonej w dwa fotele pokryte ciemnym materiałem, nie stwarzającym kłopotów w użytkowaniu, a będącym wytrzymalszym i znacznie bardziej poprawiającym komfort jazdy niż sztuczna skóra	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabiny kierowcy wyposażonej w dwa fotele pokryte ciemnym materiałem, nie stwarzającym kłopotów w użytkowaniu, a będącym wytrzymalszym i znacznie bardziej poprawiającym komfort jazdy niż sztuczna skóra
2.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt VI, 36 – prosimy o dopuszczenie montażu kamizelki KED w schowku zewnętrznym	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie montażu kamizelki KED w schowku zewnętrznym.
3.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt III, 14a – prosimy o określenie czy Wykonawca ma wliczyć w ofertę również tzw. CASE do drukarki (PA-CM500) – czy tylko uchwyt pod niego?	Tak, do ceny oferty należy doliczyć tzw. CASE do drukarki (PA-CM500).
4.	Dotyczy umowy § 5, pkt 4 oraz SWZ pkt II, 4.4 – pierwsza połowa tego punktu wyklucza drugą połowę - prosimy o doprecyzowanie lub potwierdzenie, że: 1.a. przeglądy samochodu bazowego po stronie Zamawiającego – dojazd do serwisu ASO na własny koszt i we własnym zakresie 1.b. przeglądy adaptacji medycznej – wliczone w cenę oferty wykonywane w miejscu stacjonowania ambulansu 1.c. przeglądy sprzętu medycznego – wliczone w	Zamawiający potwierdza, że przeglądy samochodu bazowego po stronie Zamawiającego - dojazd do serwisu ASO będzie realizował na własny koszt i we własnym zakresie. Zgodnie z § 5, pkt 4 wzoru umowy W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisy gwarancyjne co najmniej 1 raz w roku (lub

	<p>cenę oferty wykonywane w miejscu stacjonowania ambulansu</p> <p>Nie chodzi o gwarancje, a o przeglądy eksploatacyjne wymagane do jej utrzymania.</p>	<p>częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) oraz przeglądy eksploatacyjno – konserwacyjne, w ilości zapewniającej prawidłowe działanie przedmiotu umowy. Za przeglądy eksploatacyjne samochodu bazowego, adaptacji medycznej, (np. wymiana oleju, filtrów, itd.) płaci Zamawiający. Koszty przeglądu sprzętu medycznego pozostają po stronie Wykonawcy.</p> <p>Zamawiający nie dostrzega sprzeczności z zapisem pkt II.4.4) SWZ, zgodnie z którym <i>wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansu.</i></p>
5.	Prosimy o podanie szacunkowego przebiegu rocznego ambulansu	Nie dotyczy, zamawiający realizuje przeglądy na własny koszt.
6.	Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy w celu przetestowania i dotarcia układów, co znacznie obniży koszt oferty.	Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
7.	Czy Zamawiający wymaga systemu doświetlania zakrętów montowanego na etapie produkcji samochodu bazowego?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu doświetlenia zakrętów montowanego na etapie produkcji samochodu bazowego.
8.	Czy Zamawiający wymaga elektrycznego wspomagania domyknięcia drzwi prawych i lewych przesuwanych montowanych na etapie produkcji samochodu bazowego?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrycznego wspomagania domyknięcia drzwi prawych i lewych przesuwanych montowanych na etapie produkcji samochodu bazowego
9.	Czy Zamawiający wymaga automatycznej klimatyzacji kabiny kierowcy?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie automatycznej klimatyzacji kabiny kierowcy

10.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt VII, 48 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dodatkowego stopnia przy prawych drzwiach przesuwnych obrotowego, nie wysuwanego z kasetki przez wzgląd na wadliwość i zacieranie się tego typu konstrukcji.	Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
	Pytania do ambulansu typu C	
11.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt I, 4 – prosimy o dopuszczenie kabiny kierowcy wyposażonej w dwa fotele pokryte ciemnym materiałem, nie stwarzającym kłopotów w użytkowaniu, a będącym wytrzymalszym i znacznie bardziej poprawiającym komfort jazdy niż sztuczna skóra.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabiny kierowcy wyposażonej w dwa fotele pokryte ciemnym materiałem, nie stwarzającym kłopotów w użytkowaniu, a będącym wytrzymalszym i znacznie bardziej poprawiającym komfort jazdy niż sztuczna skóra
12.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt VI, 36 – prosimy o dopuszczenie montażu kamizelki KED w schowku zewnętrznym.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie montażu kamizelki KED w schowku zewnętrznym.
13.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt III, 14a – prosimy o określenie czy Zamawiający ma wliczyć w ofertę również tzw. CASE do drukarki (PA-CM500) – czy tylko uchwyt pod niego?	Tak, do ceny oferty należy doliczyć tzw. CASE do drukarki (PA-CM500).
14.	Dotyczy umowy § 5, pkt 4 oraz SWZ pkt II, 4.4 – pierwsza połowa tego punktu wyklucza drugą połowę - prosimy o doprecyzowanie lub potwierdzenie, że: 1.d. przeglądy samochodu bazowego po stronie Zamawiającego – dojazd do serwisu ASO na własny koszt i we własnym zakresie 1.e. przeglądy adaptacji medycznej – wliczone w cenę oferty wykonywane w miejscu stacjonowania ambulansu 1.f. przeglądy sprzętu medycznego – wliczone w cenę oferty wykonywane w miejscu stacjonowania ambulansu Nie chodzi o gwarancje, a o przeglądy eksploatacyjne wymagane do jej utrzymania.	Zob. odpowiedź na pyt. nr 4
15.	Prosimy o podanie szacunkowego przebiegu rocznego ambulansu.	Nie dotyczy, zamawiający realizuje przeglądy na własny koszt.

16.	Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy w celu przetestowania i dotarcia układów, co znacznie obniży koszt oferty.	Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
17.	Czy Zamawiający wymaga systemu doświetlania zakrętów montowanego na etapie produkcji samochodu bazowego?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu doświetlania zakrętów montowanego na etapie produkcji samochodu bazowego.
18.	Czy Zamawiający wymaga elektrycznego wspomaganie domykania drzwi prawych i lewych przesuwanych montowanych na etapie produkcji samochodu bazowego?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrycznego wspomaganie domykania drzwi prawych i lewych przesuwanych montowanych na etapie produkcji samochodu bazowego.
19.	Czy Zamawiający wymaga automatycznej klimatyzacji kabiny kierowcy?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie automatycznej klimatyzacji kabiny kierowcy.
20.	Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, pkt VI, 34 - czy Zamawiający wymaga możliwości przesuwu fotela u wezłowania noszy w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela, tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. Przesuw fotela ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela, tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy.	Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
21.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt VI, 33 - czy Zamawiający wymaga możliwości przesuwu fotela na prawej ścianie wzdłuż noszy. Przesuw fotela ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela, tzn.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu z rozwiązaniem opisanym w pytaniu.

	możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy	
22.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt VII, 48 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dodatkowego stopnia przy prawych drzwiach przesuwanych obrotowego, nie wysuwanego z kasetki przez wzgląd na wadliwość i zacieranie się tego typu konstrukcji.	Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ
23.	Dotyczy załącznik nr 1 – oferta oraz załącznik nr 5 – wzór umowy Wykonawca zauważył pewną rozbieżność pomiędzy punktem w SWZ II. 4.1 a okresami gwarancji określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym i umowie. Prosimy o potwierdzenie, iż doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga okresu gwarancji na samochód bazowy według umowy – 24 miesiące. Prosimy również o zmianę pozycji z umowy oraz formularza ofertowego z „kardiomonitor z funkcją defibrylatora -mcy” (który nie jest przedmiotem postępowania) na „wyposażenie medyczne”.	W pkt II.4.1) lit. a) SWZ określono wymaganą minimalną gwarancję w wymiarze min. 60 miesięcy. Taki sam wymiar gwarancji zawarto w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. § 5 ust. 3 lit. a) wzoru umowy otrzymuje brzmienie zgodne z wymogiem zawartym w pkt II.4.1) lit. a) SWZ a) na samochód bazowy z przebiegiem km czy bez przebiegu /min. 60 miesięcy/
24.	Pytanie dotyczące: ssak elektryczny 1. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny OB. 2012 z zakresem regulacji podciśnienia: od 3 do 80 kPa, czasem pracy przy maks. obciążeniu: do 45 minut i wadze 4,6 kg?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ssaka o parametrach opisanych w pytaniu.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 15.05.2024 r.