

Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej

Znak DZP-RJ-TP.006.2021

Poznań, 14 września 2021 r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem /strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej

Zamawiający informuje, że zostały złożone pytania do treści SWZ dotyczącej ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę:

Pytanie 1:

Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 1.

Zamawiający wymaga: manekin osoby dorosłej pełna postać – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności tors osoby dorosłej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 3 „Budowa manekina ma umożliwić lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej tj.:

- a) sutki**
- b) obojczyki**
- c) mostek**
- d) żebra**

w związku z powyższym dopuszcza do zaoferowania tors i głowę odwzorowujące cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny dla osoby dorosłej, umożliwiające wykonanie ćwiczeń podstawowych czynności resuscytacyjnych.

Pytanie 2:

Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 6.

Zamawiający wymaga: regulacja twardości klatki piersiowej – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin bez takiej regulacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza manekin bez regulacji twardości klatki piersiowej, jednocześnie wymaga aby manekin odwzorowywał opory fizjologiczne ucisków klatki piersiowej osoby dorosłej.

Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej

Znak DZP-RJ-TP.006.2021

Pytanie 3:

Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 7.

Zamawiający wymaga: symulowane tętno na tętnicy szyjnej – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin bez symulowanego tętna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że manekiny mają być wykorzystane podczas ćwiczeń podstawowych czynności resuscytacyjnych. W związku z powyższym dopuszcza do zaferowania manekin bez symulowanego tętna.

Pytanie 4:

Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 11.

Zamawiający wymaga: kompatybilność z treningowym defibrylatorem AED polegająca na automatycznej (bez ingerencji instruktora) analizie prawidłowego miejsca przyklejenia elektrod defibrylacyjnych – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin bez takiej możliwości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaferowania manekin bez możliwości analizy prawidłowego miejsca przyklejenia elektrod defibrylacyjnych bez ingerencji defibrylatora.

Pytanie 5:

Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 14.

Zamawiający wymaga: bezprzewodowe, jednoczesne połączenie min. 5 fantomów do jednego dedykowanego komputera dostarczonego przez Wykonawcę z oprogramowaniem – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności jednoczesne połączenie 6 i więcej manekinów do jednego tableta z dedykowaną aplikacją?

Czy Zamawiający może podać ilość tabletów jaką wymaga do zaferowania, np. 1 tablet na 6 manekinów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności możliwość jednoczesnego połączenia min. 5 manekinów do jednego tableta z dedykowaną aplikacją umożliwiającą pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC 2015. Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „Oprogramowanie lub panel kontrolny” o którym mowa w Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę wymaga zaferowania urządzenia umożliwiającego pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według

Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej

Znak DZP-RJ-TP.006.2021

aktualnych wytycznych ERC. Łączna ilość tabletek w Części nr 1 jaką wymaga do zaoferowania zamawiający to 9 sztuk odpowiednio kompatybilnych z oferowanymi manekinami.

Pytanie 6:

Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 16.

Zamawiający wymaga: akustyczny wskaźnik przewentylowania żołądka z możliwością dezaktywacji – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin bez takiego wskaźnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania manekin bez wskaźnika przewentylowania żołądka z możliwością dezaktywacji.

Pytanie 7:

Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 27.

Zamawiający wymaga: manekin dziecka pełna postać – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności tors dziecka?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 28 „Budowa manekina ma umożliwić lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej tj.:

- a) sutki
- b) obojczyki
- c) mostek
- d) żebra

w związku z powyższym dopuszcza do zaoferowania tors i głowę odwzorowujące cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny dla dziecka, umożliwiające wykonanie ćwiczeń podstawowych czynności resuscytacyjnych.

Pytanie 8:

Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 39.

Zamawiający wymaga panel kontrolny – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności komercyjny tablet iOS z dedykowaną aplikacją?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „Oprogramowanie lub panel kontrolny” o którym mowa w Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę wymaga zaoferowania urządzenia umożliwiającego pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC

Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej

Znak DZP-RJ-TP.006.2021

Pytanie 9:

Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 61.

Zamawiający wymaga panel kontrolny – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności komercyjny tablet iOS z dedykowaną aplikacją?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „Oprogramowanie lub panel kontrolny” o którym mowa w Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę wymaga zaoferowania urządzenia umożliwiającego pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC.

Pytanie 10:

Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 62.

Zamawiający wymaga: akustyczny wskaźnik przewentylowania żołądka z możliwością dezaktywacji – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin bez takiego wskaźnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania manekin bez wskaźnika przewentylowania żołądka z możliwością dezaktywacji.

Pytanie 11:

Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 74.

Zamawiający wymaga: automatycznie wysyła powiadomienia e-mail za pośrednictwem menedżera dedykowanego programu – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności AED bez takiej funkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania treningowy defibrylator AED bez funkcji powiadomienia e-mail za pośrednictwem menedżera dedykowanego programu.

Pytanie 12:

Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 78.

Zamawiający wymaga: Możliwość otrzymywania powiadomień za pomocą e-mail lub ręcznego przesyłania w technologii Bluetooth za pośrednictwem mobilnego urządzenia – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności AED bez takiej funkcji?

Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej

Znak DZP-RJ-TP.006.2021

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania treningowy defibrylator AED bez możliwości powiadomień za pomocą e-mail lub ręcznego przesyłania w technologii Bluetooth za pośrednictwem mobilnego urządzenia

Pytanie 13:

Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 96.

Zamawiający wymaga: komputer przenośny 4 szt. – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności tablet iOS z dedykowaną aplikacją w ilości np. 1 na 6 sztuk manekinów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „Oprogramowanie lub panel kontrolny” o którym mowa w Część 1 – Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę wymaga zaoferowania urządzenia umożliwiającego pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC (Łącznie 9 sztuk)

Zamawiający wyjaśnia, że poza oprogramowaniem lub panelem kontrolnym (tablet) o którym mowa powyżej wymaga złożenia oferty na komputery przenośne (szt. 4).

Pytanie 14:

Część 2 – Fantom ALS dorosły, dziecko, niemowlę – pkt. 114.

Zamawiający wymaga: Ramię służące do praktycznej nauki wkłuć, do uzyskiwania dostępu dożylnego, zakładania kaniul, cewników, infuzji płynów, wstrzykiwania leków, pobierania krwi i sprawdzania tętna – czy Zamawiający dopuści do postępowania ramię służące do nauki wkłuć, ale bez tętna?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do postępowania ramię służące do nauki wkłuć bez tętna.

UWAGA:

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania zamawiający informuje, że doprecyzował i uszczegółowił Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie Części nr 1 Fantom BLS dorosły, dziecko, niemowlę oraz dokonał modyfikacji SWZ oraz załączników w zakresie:

- a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (dotyczy Część nr 1);**
- b) Załącznik nr 1.1;**

Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej

Znak DZP-RJ-TP.006.2021

c) **Załącznik nr 11.1 Formularz parametrów oferowanych;**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- termin składania ofert – 27.09.2021 r.– do godz. 10:00;**
- termin otwarcia ofert – 27.09.2021 r. – godz. 11:00.**
- termin związania ofertą – 26.10.2021 r.**