

Radziejów, dnia 14 października 2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji na: **„Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz kalibratorów i materiałów kontrolnych dla analizatora koagulometrycznego wraz z obsługą serwisową i dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy”** (oznaczenie sprawy TP-14/2021) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 października 2021 r. pod numerem: **2021/BZP 00223293/01**

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

1. Dotyczy par. 26 zał. 3 do SWZ, „parametry wymagane”: Wirówka do wirowania próbek koagulologicznych. Prosimy o doprecyzowanie, jakie parametry ma mieć wirówka, którą zaoferować ma Wykonawca do oferty.

Odpowiedź: Minimum 8 miejscowa, dostosowana do wirowania probówek z Medlabu

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 14 października 2021 r.

DYREKTOR

mgr Sebastian JANKIEWICZ