



Szp/FZ – 33A/732/2021

Wrocław, dnia 30.12.2021 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*serwis techniczny respiratorów*”.

#### INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 3 – respiratory Air Liquide Medical Systems, Monnal T60 poz. 11 - 22

Załącznik nr 6.1 do SWZ – Szczegółowy wykaz czynności serwisowych stanowiących przegląd techniczny. Załącznik nr 3 do umowy – pkt 3 ppk 2

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga kalkulacji kosztu wymiany akumulatora zewnętrznego dla wszystkich respiratorów w cenie oferty w trakcie trwania umowy ?

***Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca w kalkulacji oferty ujął koszty wymiany wszystkich elementów przewidzianych przez producenta sprzętu, biorąc pod uwagę okres obowiązywania przyszłej umowy tj. okresu 24 miesięcy.***

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak