



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie*

Olsztyn, dnia 09.09.2019 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

ZPZ-44/08/19 Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów do laboratorium wraz z dostawą odczynników oraz na zakup testów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

W związku z zapytaniami uczestników postępowania na dzierżawę analizatorów do laboratorium wraz z dostawą odczynników oraz na zakup testów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące Pakietu Nr 5: Czy Zamawiający dopuszcza klawiaturę na dużym (14 cm) ekranie dotykowym czytnika, bez podłączenia klawiatury zewnętrznej i przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie klawiatury na dużym (14 cm) ekranie dotykowym czytnika, bez podłączenia klawiatury zewnętrznej i przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycji 16 dopuści podłoże w probówkach o pojemności 10 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoża w probówkach o pojemności 10 ml.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycji 17 dopuści podłoże w probówkach o pojemności 9 ml bez dodatku 0,02% agaru?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoża w probówkach o pojemności 9 ml bez dodatku 0,02% agaru.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycjach 4 oraz 5 wymaga aby zaoferowane podłoże transportowe było zgodne ze standardem CLSI M40-A2 dotyczącym kontroli jakości mikrobiologicznych systemów transportowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoża transportowe było zgodne ze standardem CLSI M40-A2 dotyczącym kontroli jakości mikrobiologicznych systemów transportowych.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 8 i 9 wymaga ez z certyfikatem kalibracji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 8 i 9 ez z certyfikatem kalibracji.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Pakietu nr 10 - TESTY DO WYKRYWANIA TOKSYN CLOSTRIDIUM DIFFICILE I DEHYDROGENAZY GLUTAMINIANOWEJ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 1 i 2 testów kasetkowych immunochromatograficznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Pakietu nr 10 - TESTY DO WYKRYWANIA TOKSYN CLOSTRIDIUM DIFFICILE I DEHYDROGENAZY GLUTAMINIANOWEJ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 1 i 2 testów zgodnie z załączonymi instrukcjami (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do pytań)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Pakietu nr 10 - TESTY DO WYKRYWANIA TOKSYN CLOSTRIDIUM DIFFICILE I DEHYDROGENAZY GLUTAMINIANOWEJ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 1 i 2 testu dla obu oznaczeń zgodnie z załączoną instrukcją (załącznik nr 3 do pytań)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Pakietu nr 11 – SPRZĘT LABORATORYJNY DROBNY DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Poz. 1-10: Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odpowiedź: Zamawiający w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia nie określił w jaki sposób ma być sterylizowany wymieniony sprzęt. Wyroby mają być sterylne, nie określono metody sterylizacji.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Pakietu nr 11 – SPRZĘT LABORATORYJNY DROBNY DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Poz. 1-5: Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy Ila czy dopuszcza niższą klasę I?

Odpowiedź: Zamawiający w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia nie określił do jakiej klasy medycznej ma należeć wymieniony w pakiecie asortyment. Zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy Ila.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Pakietu nr 11 – SPRZĘT LABORATORYJNY DROBNY DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Poz. 8-9: Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą certyfikatu sterylności oraz kalibracji? Dokument ten potwierdzi jakość oferowanych ez.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą certyfikatu sterylności oraz Kalibracji.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Pakietu nr 11 – SPRZĘT LABORATORYJNY DROBNY DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Poz. 4: Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 10 klinicznie spotykanych mikroorganizmów w okresie do 48 godz. od pobrania? Dokument ten potwierdzi jakość oferowanych zestawów

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 10 klinicznie spotykanych mikroorganizmów w okresie do 48 godz. od pobrania.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Pakietu nr 12 - PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE I ODCZYNNIKI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podłoży transportowych z datą ważności nie krótszą niż 1 miesiąc od chwili dostarczenia do laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie podłoży transportowych z datą ważności nie krótszą niż 2 miesiące od chwili dostarczenia do laboratorium.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Pakietu nr 12 - PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE I ODCZYNNIKI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania wyników kontroli jakości dostarczanych podłoży mikrobiologicznych z wykorzystaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST, jeżeli powyższe nie dotyczy danego podłoża?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczania wyników kontroli jakości dostarczanych podłoży mikrobiologicznych z wykorzystaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST, jeżeli powyższe nie dotyczy danego podłoża.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Pakietu nr 12 - PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE I ODCZYNNIKI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na nie załączani certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie będą łatwo dostępne.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje formularz parametrów technicznych i użytkowych.

**Z-ca Dyrektora
d/s Techniczno-Logistycznych
Mariusz Moczulski**

W załączeniu:

Zmodyfikowany formularz parametrów technicznych i użytkowych

Sporządził w 1 egz. - MM

Egz. nr 1 - a/a

Otrzymują: uczestnicy postępowania /

zamieszczono na stronie internetowej SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie