

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 12.04.2023r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022 poz. 1710 z póź. zm.), którego przedmiotem są dostawy sprzętu medycznego- urządzenie do ogrzewania pacjenta. Nr sprawy 12/TP/23

(1) Pytania Wykonawcy pierwszego:

URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA - kpl. 1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach równoważnych (dotyczy pkt. 1-43)

1. System do ogrzewania, składający się z:

- jednostka sterująca – 1 szt.

- materac grzewczy – 1 szt.

System działający w technologii włókien węglowych, zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza.

Jednostka sterująca z możliwością podłączenia i sterowania jednym elementem grzewczym, napięcie wejściowe 220-240 VAC, 50 Hz, napięcie wyjściowe 24 V DC

Możliwość zamocowania jednostki sterującej na stojaku do kroplówek, lub postawienia

Możliwość regulacji temperatury w zakresie 30-40°C ze skokiem co 0,1°C

Ekran ciekłokrystaliczny wyświetlający następujące informacje:

- temperatura zaprogramowana,

- aktualna temperatura materaca grzewczego,

- moc grzania – wskaźnik słupkowy,

- nazwa podłączonego elementu grzewczego

- wskaźnik stanu akumulatora

- wskaźnik zasilania

Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu z przyciskami membranowymi

Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów – wejście w tryb ustawień

uruchamiane osobnym przyciskiem i wymaga zatwierdzenia wybranej temperatury ogrzewania

Alarmy: odchylenia temperatury; wysokiej temperatury; rozłączenia elementu grzewczego; niedogrzenia, zaniku zasilania

Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim

Niezależny, automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania

Wbudowany akumulator pozwalający na minimum 3h pracy ciągłej bez zasilania sieciowego

Materac grzewczy o wymiarach 150x50x3cm

Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami

Materac ogrzewający tylko pacjenta (nie ogrzewający otoczenia)

Materac przezierny dla promieni RTG

Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów do wnętrza

Materac wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. 95OC i dezynfekcji powierzchniowej

Kontrola temperatury realizowana za pomocą 10 czujników wbudowanych w materac

Niskie napięcie zasilania materaca 24V

Wyraźne oznaczenie strony ciepłej materaca w postaci piktogramu oraz oznaczenia kolorem na pokrowcu zewnętrznym

Waga materaca $\leq 3,3$ kg

Długość zintegrowanego przewodu materaca: $0,5\text{m} \pm 0,1$ m

Długość przewodu łączącego materac z jednostką sterującą: $2,5\text{m} \pm 0,1$ m

Obudowy wtyków połączeniowych wykonane z metalu, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem

Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg normy EN60601-1-2

System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych

29. Deklarowany przez producenta okres użytkowania sprzętu – do potwierdzony zapisami

instrukcji obsługi

- 10 lat dla jednostki sterującej

- 6 lat dla materaców grzewczych

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga: uniwersalny element grzewczy w postaci koca grzewczego na lub pod pacjenta, wykonanego z elastycznych polimerów węglowych. Zamawiający wymaga zasilania bateryjnego, z możliwością pracy przez min 1,5 godz. niezależnie od zasilania z sieci oraz możliwości podłączenia dwóch elementów grzewczych. Zamawiający wymaga jednostką sterującą o masie nie większej niż 2,7 kg, gdyż przedmiotowe urządzenie będzie wykorzystywane w trzech różnych Salach Operacyjnych.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 2.1) SWZ:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.04.2023 r. do godziny 12.30.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 3.1) SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2023 r. o godz. 13.20 poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 4.1) SWZ

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.05.2023r.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....