

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

**sekretariat** 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

**NIP:** 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

---

Myślenice, dnia 05.01.2022r.

**Do wszystkich  
Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z póź. zm.), którego przedmiotem są usługi serwisowania w formie kontraktu serwisowego urządzenia ArtPix Mobile EZ2Go z detektorami cyfrowymi Pixium Portable 3543EZ oraz Additional Pixium 2430 EZ-C oraz kontrakt serwisowy na aparat Multix Fusion Max wraz z dostawą detektora cyfrowego 35x43. Nr sprawy 49/TP/22

**Pytanie Wykonawcy:**

**1. Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, część 2  
Detektor Ip. 24**

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana urządzenia po ostatnim przeglądzie będzie realizowana jedynie w przypadku braku możliwości naprawy urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza .**

**2. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, §4, ust. 3**

Z uwagi na charakter umowy: zapewnienie sprawności, może się zdarzyć, że w danym miesiącu nie będzie konieczna interwencja serwisowa. W takim przypadku nie zostanie wygenerowany raport serwisowy. Prosimy o wykreślenie słów „w cyklu miesięcznym”.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje projektowane postanowienia umowy w §4, ust. 3 w brzmieniu:**

**„ Odbiór wykonanej usługi, przeglądu następować będzie na podstawie protokołu odbioru prac (karty pracy) podpisanego przez obydwie strony umowy.”**

**3. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, §15, ust. 3**

Prosimy o zgodę na zmianę parametru na obiektywny parametr jakim jest wskaźnik ogłaszany przez Prezesa GUS na początku roku za rok poprzedni i wprowadzenie zapisu:

*„Zmiany wynagrodzenia ustalane będą z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy**

**4. Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 2  
Detektor cyfrowy bezprzewodowy , l.p 17**

Prosimy o ujednoczenie zapisów w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia dot. detektora Ip. 17 z zapisami SWZ rozdział II, pkt 1 ppkt 10 i potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza detektor w klasie min IP43.

Klasa wodoodporności IP43 jest klasą w pełni wystarczającą do zastosowań do jakich będzie wykorzystywany przedmiotowy detektor, gdyż nie będzie podlegał tak intensywnym działaniom wody jakie są wymagane w przypadku certyfikacji do klasy IPX6.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza detektor w klasie wodoodporności min. IP43.**

#### **5. Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, część 2 Detektor Ip. 23**

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż detektor jak każde urządzenie podlega naturalnemu zużyciu/starzeniu wynikającemu z normalnego używania, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na detektor (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie detektora przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na element nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego. W związku z tym, w celu usunięcia wszelkich wątpliwości, prosimy o dodanie następującego zastrzeżenia:

*Gwarancja na detektor jest nieodnawialna, tj. niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji, upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji.*

**Odpowiedź: Zamawiający dopisuje zastrzeżenie w zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Gwarancja na detektor jest nieodnawialna, tj. niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji, upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji.**

#### **6. Pytanie dot. SWZ rozdział II, pkt 1, ppkt 4**

Prosimy o dodanie zapisu dot. gwarancji na detektor:

*„Gwarancją nie są objęte w szczególności:*

*1) wady i usterki urządzenia wynikłe na skutek:*

*a) eksploatacji (używania) urządzenia przez Kupującego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Kupującego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub podmiotów trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, i wywołane nimi wady i usterki (uszkodzenia),  
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Kupującego lub inne nieuprawnione osoby),*

*2) wady / usterki (uszkodzenia) spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, min. tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, zalanie itp.),*

*3) materiały eksploatacyjne”.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w/w zapisu dotyczącego gwarancji na detektor.**

**Zamawiający załącza:**

- Obowiązujący załącznik nr 1 OPZ
- Obowiązujący załącznik nr 2 Formularz ofertowy
- Obowiązujący wzór umowy ( projektowane postanowienia umowy)

**Zmianie ulega Rozdział III pkt. 2.1 SWZ:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.01.2023 r. do godziny 12.30.

**Zmianie ulega Rozdział III pkt. 3.1 SWZ:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2023 r. o godz. 13.10 poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert.

**Zmianie ulega Rozdział III pkt. 4.1 SWZ**

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.02.2023r.

***Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty***

Podpis.....

---

Zamieszczono na stronie internetowej ( platforma zakupowa zamawiającego)