



## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ /Pytania i Odpowiedzi/

Numer referencyjny postępowania: DZP-291-1631/2021

L. dz. DZP-291-1631-402/2021

Kraków, 16.06.2021 r.

### Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-1631/2021 pn. „*Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie*”, Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 135 ust. 2 w zw. z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### Pytania i Odpowiedzi

#### **Pytanie nr 1, dotyczy Zadania częściowego nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną z ustawianą temperaturą w zakresie od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +75°C?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza cieplarki laboratoryjnej z ustawianą temperaturą w zakresie od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +75°C.

**Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

**KANCLERZ**  
/-/ mgr Tomasz Szanser

.....  
(podpis)