



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 10.03.2023 r.

DZP – 6/2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu i implantów ortopedycznych**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje wyjaśnienia zamieszczone w dniu 03.03.2023 r. w zakresie poniższych pytań:

### **Pytanie nr 30 – dot. Pakietu Nr 20**

Pytania do Pakietu nr 20 – depozyt - ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO, REWIZYJNA:

a. Prosimy o doprecyzowanie, co oznacza Nazwa artykułu: „Piła” w Poz.9. Pakietu 20.?

**Odp.:** Zamawiający poprzez określenie wymogu dostawy Piły rozumie ostrze kompatybilne z użyczaną piłą.

b. Prosimy o doprecyzowanie z czego wynika oczekiwana liczba 14 sztuk. dot. Artykułu z Poz.9. Pakietu 20.?

**Odp.:** Zamawiający określił ilości zamawianego asortymentu na podstawie swojego zapotrzebowania.

c. Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu piły ortopedycznej ma być przeznaczone „Ostrze do piły” w Poz.14. Pakietu 20. w oczekiwanej liczbie 150 sztuk?

**Odp.:** Zamawiający określił przeznaczenie w opisie przedmiotu zamówienia w każdym pakiecie wskazanego postępowania. Ostrze wskazane w poz. 14 pakietu 20 ma być kompatybilne z użyczanym napędem i będzie używane przy zabiegach endoprotezoplastyki kolana.

d. Dostawy jakich elementów wchodzących w skład „napędu z osprzętem” podlegającego wymogowi dostarczenia przez Wykonawcę do Pakietu 20. oczekuje Zamawiający? Prosimy o doprecyzowanie typów urządzeń (napędów) i typów ewentualnych nasadek (określenie powszechnie stosowanych standardów dla nasadek do wiercenia i rozwiercania) wraz z liczbą sztuk oraz rodzaju opakowań sterylizacyjnych tj. kasety do podwójnego obłożenia czy kontener z filtrem, jak również typu akumulatorów: sterylne czy niesterylne?

**Odp.:** Zamawiający poprzez określenie wymogu dostawy „napędu z osprzętem” rozumie dostawę kompletnego zestawu napędu ortopedycznego składającego się z: rękojeści piły, rękojeści wiertarki, 3 baterii, 3 pokryw do baterii oraz nasadek do wiertarki: 1x typu Jacobs, 1x typu Hud-

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

son Modifed trinkle oraz 1x ładowarki do baterii. Zamawiający wymaga również okresowego serwisowania używanych elementów i wymianę zużytych i uszkodzonych (zgodnie z wymogami producenta). Wszelkie koszty związane z użytkowaniem i serwisowaniem są po stronie Wykonawcy.

e. Czy w związku z wymogiem dostarczenia przez Wykonawcę „napędu z osprzętem” do Pakietu 20., Zamawiający zaakceptuje poniższy regulamin Wykonawcy określający warunki użyczenia/udostępnienia sprzętu Zamawiającemu do realizacji umowy zawarty w Protokole zdawczo/odbiorczym wyszczególniającym wszystkie elementy wchodzące w skład użyczanego „napędu z osprzętem”?

1. Sprzęt przekazany Użytkownikowi na mocy niniejszego Protokołu zdawczo/odbiorczego jest własnością Wykonawcy.
2. Sprzęt przeznaczony jest tylko i wyłącznie do używania przez Zamawiającego do procedur operacyjnych wykorzystujących endoprotezy stawów biodrowych oraz kolanowych Wykonawcy (Pakiety Umowy: ).
3. Wykonawca zastrzega możliwość zażądania natychmiastowego zwrotu Sprzętu w razie stwierdzenia używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w punkcie 2. lub niezgodnie z przekazanymi: instrukcją użytkowania i instrukcją mycia i sterylizacji.
4. Użytkownik podpisując niniejszy Protokół zdawczo/odbiorczy przyjmuje na siebie ryzyko związane z odbieranym Sprzętem i zobowiązany jest do:
  - a. używania do każdego zabiegu, w którym wykorzystywany jest Sprzęt - oryginalnego jednorazowego ostrza Wykonawcy,
  - b. przechowywania i używania Sprzętu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu oraz do przestrzegania instrukcji użytkowania i sterylizacji,
  - c. zabezpieczenia Sprzętu przed uszkodzeniem i kradzieżą,
  - d. odpłatnego naprawienia szkody wyrządzonej wskutek używania, przechowywania i utrzymania Sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania i sterylizacji, w tym na skutek używania ostrzy wielorazowa lub używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w punkcie 2.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną Użytkownikowi, jego pracownikom, osobom trzecim lub szkodę powstałą w sprzęcie na skutek następujących działań Użytkownika:
  - a. modyfikacja lub zmiana Sprzętu,
  - b. przechowywanie, naprawa i utrzymanie Sprzętu niezgodne z instrukcją użytkowania i sterylizacji,
  - c. używanie Sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania oraz w sposób nieodpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Sprzętu, w tym używanie Sprzętu w niewłaściwych warunkach.
6. Koszt zagubienia lub uszkodzenia Sprzętu od momentu przekazania Sprzętu, tj. podpisania Protokołu zdawczo/odbiorczego ponosi Użytkownik.
7. Użytkownik potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym Sprzętem instrukcje użytkowania oraz mycia i sterylizacji w języku polskim.
8. Użytkownik potwierdza wykonanie przez Wykonawcę:
  - a. szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi Sprzętu,
  - b. szkolenia w zakresie podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji oraz mycia i sterylizacji Sprzętu.

**Odp.:** Zamawiający akceptuje przekazanie użyczanego napędu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Równocześnie Zamawiający nie akceptuje postanowień wskazanego regulaminu.

### **Pytanie nr 31 – dot. Pakietu Nr 21**

Pytania do Pakietu nr 21 – depozyt - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna:

a. Prosimy o doprecyzowanie, co oznacza Nazwa artykułu: „Ostrze do wycinania panewki” w Poz.6. Pakietu 21.?

**Odp.:** Zamawiający przez określenie wymogu dostawy „Ostrze do wycinania panewki” rozumie ostrze typu EZOUT kompatybilne z napędem. Wymagamy dostawa na zabieg po wcześniejszym zamówieniu.

b. Prosimy o doprecyzowanie z czego wynika oczekiwana liczba 7 sztuk. dot. Artykułu z Poz.6. Pakietu 21.?

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo  
Śląskie**

**Odp.:** Zamawiający określił ilości zamawianego asortymentu na podstawie swojego zapotrzebowania.

c. Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu piły ortopedycznej ma być przeznaczone „Ostrze do piły” w Poz.17. Pakietu 21. w oczekiwanej liczbie 150 sztuk?

**Odp.:** Zamawiający określił przeznaczenie w opisie przedmiotu zamówienia w każdym pakiecie wskazanego postępowania. Ostrze wskazane w poz. 17 pakietu 21 ma być kompatybilne z używanym napędem i będzie używane przy zabiegach endoprotezoplastyki biodra.

d. Dostawy jakich elementów wchodzących w skład „napędu z osprzętem” podlegającego wymogowi dostarczenia przez Wykonawcę do Pakietu 21. oczekuje Zamawiający? Prosimy o doprecyzowanie typów urządzeń (napędów) i typów ewentualnych nasadek (określenie powszechnie stosowanych standardów dla nasadek do wiercenia i rozwiercania) wraz z liczbą sztuk oraz rodzaju opakowań sterylizacyjnych tj. kasety do podwójnego obłożenia czy kontener z filtrem, jak również typu akumulatorów: sterylne czy niesterylne?

**Odp.:** Zamawiający poprzez określenie wymogu dostawy „napędu z osprzętem” rozumie dostawę kompletnego zestawu napędu ortopedycznego składającego się z: rękojeści piły, rękojeści wiertarki, 3 baterii, 3 pokryw do baterii oraz nasadek do wiertarki: 1x typu Jacobs, 1x typu Hudson Modifed trinkle oraz 1x ładowarki do baterii. Zamawiający wymaga również okresowego serwisowania używanych elementów i wymianę zużytych i uszkodzonych (zgodnie z wymogami producenta). Wszelkie koszty związane z użytkowaniem i serwisowaniem są po stronie Wykonawcy.

e. Czy w związku z wymogiem dostarczenia przez Wykonawcę „napędu z osprzętem” do Pakietu 21., Zamawiający zaakceptuje poniższy regulamin Wykonawcy określający warunki udostępnienia/udostępnienia sprzętu Zamawiającemu do realizacji umowy zawarty w Protokole zdawczo/odbiorczym wyszczególniającym wszystkie elementy wchodzące w skład udostępnianego „napędu z osprzętem”?

1. Sprzęt przekazany Użytkownikowi na mocy niniejszego Protokołu zdawczo/odbiorczego jest własnością Wykonawcy.
2. Sprzęt przeznaczony jest tylko i wyłącznie do używania przez Zamawiającego do procedur operacyjnych wykorzystujących endoprotezy stawów biodrowych oraz kolanowych Wykonawcy (Pakiety Umowy: \_\_\_\_\_).
3. Wykonawca zastrzega możliwość zażądania natychmiastowego zwrotu Sprzętu w razie stwierdzenia używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w punkcie 2. lub niezgodnie z przekazanymi: instrukcją użytkowania i instrukcją mycia i sterylizacji.
4. Użytkownik podpisując niniejszy Protokół zdawczo/odbiorczy przyjmuje na siebie ryzyko związane z odbieranym Sprzętem i zobowiązany jest do:
  - a. używania do każdego zabiegu, w którym wykorzystywany jest Sprzęt - oryginalnego jednorazowego ostrza Wykonawcy,
  - b. przechowywania i używania Sprzętu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu oraz do przestrzegania instrukcji użytkowania i sterylizacji,
  - c. zabezpieczenia Sprzętu przed uszkodzeniem i kradzieżą,
  - d. odpłatnego naprawienia szkody wyrządzonej wskutek używania, przechowywania i utrzymania Sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania i sterylizacji, w tym na skutek używania ostrzy wielorazowa lub używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w punkcie 2.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną Użytkownikowi, jego pracownikom, osobom trzecim lub szkodę powstałą w sprzęcie na skutek następujących działań Użytkownika:
  - a. modyfikacja lub zmiana Sprzętu,
  - b. przechowywanie, naprawa i utrzymanie Sprzętu niezgodne z instrukcją użytkowania i sterylizacji,
  - c. używanie Sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania oraz w sposób nieodpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Sprzętu, w tym używanie Sprzętu w niewłaściwych warunkach.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

6. Koszt zagubienia lub uszkodzenia Sprzętu od momentu przekazania Sprzętu, tj. podpisania Protokołu zdawczo/odbiorczego ponosi Użytkownik.
7. Użytkownik potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym Sprzętem instrukcje użytkowania oraz mycia i sterylizacji w języku polskim.
8. Użytkownik potwierdza wykonanie przez Wykonawcę:
  - a. szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi Sprzętu,
  - b. szkolenia w zakresie podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji oraz mycia i sterylizacji Sprzętu.

**Odp.:** Zamawiający akceptuje przekazanie użyczanego napędu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. Równocześnie Zamawiający nie akceptuje postanowień wskazanego regulaminu.

### **Pytanie nr 32 – dot. Pakietu Nr 22**

Pytania do Pakietu nr 22 – depozyt - Endoproteza cementowa stawu biodrowego:

a. Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu piły ortopedycznej ma być przeznaczony „Ostrze do piły” w Poz.5. Pakietu 22. w oczekiwanej liczbie 30 sztuk?

**Odp.:** Zamawiający określił przeznaczenie w opisie przedmiotu zamówienia w każdym pakiecie wskazanego postępowania. Ostrze wskazane w poz. 5 pakietu 22 ma być kompatybilne z użyczanym napędem i będzie używane przy zabiegach endoprotezoplastyki biodra.

b. Dostawy jakich elementów wchodzących w skład „napędu z osprzętem” podlegającego wymogowi dostarczenia przez Wykonawcę do Pakietu 22. oczekuje Zamawiający? Prosimy o doprecyzowanie typów urządzeń (napędów) i typów ewentualnych nasadek (określenie powszechnie stosowanych standardów dla nasadek do wiercenia i rozwiercania) wraz z liczbą sztuk oraz rodzaju opakowań sterylizacyjnych tj. kasety do podwójnego obłożenia czy kontener z filtrem, jak również typu akumulatorów: sterylne czy niesterylne?

**Odp.:** Zamawiający poprzez określenie wymogu dostawy „napędu z osprzętem” rozumie dostawę kompletnego zestawu napędu ortopedycznego składającego się z: rękojeści piły, rękojeści wiertarki, 3 baterii, 3 pokryw do baterii oraz nasadek do wiertarki: 1x typu Jacobs, 1x typu Hudson oraz 1x ładowarki do baterii. Zamawiający wymaga również okresowego serwisowania użyczanych elementów i wymianę zużytych i uszkodzonych (zgodnie z wymogami producenta). Wszelkie koszty związane z użyczeniem i serwisowaniem są po stronie Wykonawcy.

c. Czy w związku z wymogiem dostarczenia przez Wykonawcę „napędu z osprzętem” do Pakietu 22., Zamawiający zaakceptuje poniższy regulamin Wykonawcy określający warunki użyczenia/udostępnienia sprzętu Zamawiającemu do realizacji umowy zawarty w Protokole zdawczo/odbiorczym wyszczególniającym wszystkie elementy wchodzące w skład użyczanego „napędu z osprzętem”?

1. Sprzęt przekazany Użytkownikowi na mocy niniejszego Protokołu zdawczo/odbiorczego jest własnością Wykonawcy.
2. Sprzęt przeznaczony jest tylko i wyłącznie do używania przez Zamawiającego do procedur operacyjnych wykorzystujących endoprotezy stawów biodrowych oraz kolanowych Wykonawcy (Pakiety Umowy: \_\_\_\_\_).
3. Wykonawca zastrzega możliwość zażądania natychmiastowego zwrotu Sprzętu w razie stwierdzenia używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w punkcie 2. lub niezgodnie z przekazanymi: instrukcją użytkowania i instrukcją mycia i sterylizacji.
4. Użytkownik podpisując niniejszy Protokół zdawczo/odbiorczy przyjmuje na siebie ryzyko związane z odbieranym Sprzętem i zobowiązany jest do:
  - a. używania do każdego zabiegu, w którym wykorzystywany jest Sprzęt - oryginalnego jednorazowego ostrza Wykonawcy,
  - b. przechowywania i używania Sprzętu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu oraz do przestrzegania

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo  
Śląskie**

- instrukcji użytkowania i sterylizacji,
- c. zabezpieczenia Sprzętu przez uszkodzeniem i kradzieżą,
- d. odpłatnego naprawienia szkody wyrządzonej wskutek używania, przechowywania i utrzymania Sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania i sterylizacji, w tym na skutek używania ostrzy wielorazowa lub używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w punkcie 2.
- 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną Użytkownikowi, jego pracownikom, osobom trzecim lub szkodę powstałą w sprzęcie na skutek następujących działań Użytkownika:
  - a. modyfikacja lub zmiana Sprzętu,
  - b. przechowywanie, naprawa i utrzymanie Sprzętu niezgodne z instrukcją użytkowania i sterylizacji,
  - c. używanie Sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania oraz w sposób nieodpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Sprzętu, w tym używanie Sprzętu w niewłaściwych warunkach.
- 6. Koszt zagubienia lub uszkodzenia Sprzętu od momentu przekazania Sprzętu, tj. podpisania Protokołu zdawczo/odbiorczego ponosi Użytkownik.
- 7. Użytkownik potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym Sprzętem instrukcje użytkowania oraz mycia i sterylizacji w języku polskim.
- 8. Użytkownik potwierdza wykonanie przez Wykonawcę:
  - a. szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi Sprzętu,
  - b. szkolenia w zakresie podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji oraz mycia i sterylizacji Sprzętu.

**Odp.:** Zamawiający akceptuje przekazanie użyczanego napędu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. Równocześnie Zamawiający nie akceptuje postanowień wskazanego regulaminu.

### **Pytanie nr 33 – dot. Pakietu Nr 23**

Pytania do Pakietu nr 23 – depozyt - Endoproteza rewizyjna cementowa stawu biodrowego:

a. Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu piły ortopedycznej ma być przeznaczone „Ostrze do piły” w Poz.7. (brak numeru porządkowego w Tabeli, przyjęto numer wiersza) Pakietu 23. w oczekiwanej liczbie 10 sztuk?

**Odp.:** Zamawiający określił przeznaczenie w opisie przedmiotu zamówienia w każdym pakiecie wskazanego postępowania. Ostrze wskazane w poz. 7 pakietu 23 ma być kompatybilne z użyczanym napędem i będzie używane przy zabiegach endoprotezoplastyki biodra.

b. Dostawy jakich elementów wchodzących w skład „napędu z osprzętem” podlegającego wymogowi dostarczenia przez Wykonawcę do Pakietu 23. oczekuje Zamawiający? Prosimy o doprecyzowanie typów urządzeń (napędów) i typów ewentualnych nasadek (określenie powszechnie stosowanych standardów dla nasadek do wiercenia i rozwiercania) wraz z liczbą sztuk oraz rodzaju opakowań sterylizacyjnych tj. kasetę do podwójnego obłożenia czy kontener z filtrem, jak również typu akumulatorów: sterylne czy niesterylne?

**Odp.:** Zamawiający poprzez określenie wymogu dostawy „napędu z osprzętem” rozumie dostawę kompletnego zestawu napędu ortopedycznego składającego się z: rękojeści piły, rękojeści wiertarki, 3 baterii, 3 pokryw do baterii oraz nasadek do wiertarki: 1x typu Jacobs, 1x typu Hudson oraz 1x ładowarki do baterii. Zamawiający wymaga również okresowego serwisowania użyczanych elementów i wymianę zużytych i uszkodzonych (zgodnie z wymogami producenta). Wszelkie koszty związane z użyczeniem i serwisowaniem są po stronie Wykonawcy.

c. Czy w związku z wymogiem dostarczenia przez Wykonawcę „napędu z osprzętem” do Pakietu 23., Zamawiający zaakceptuje poniższy regulamin Wykonawcy określający warunki użyczenia/udostępnienia sprzętu Zamawiającemu do realizacji umowy zawarty w Protokole zdawczo/odbiorczym wyszczególniającym wszystkie elementy wchodzące w skład użyczanego „napędu z osprzętem”?

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo  
Śląskie**

1. Sprzęt przekazany Użytkownikowi na mocy niniejszego Protokołu zdawczo/odbiorczego jest własnością Wykonawcy.
2. Sprzęt przeznaczony jest tylko i wyłącznie do używania przez Zamawiającego do procedur operacyjnych wykorzystujących endoprotezy stawów biodrowych oraz kolanowych Wykonawcy (Pakiety Umowy: ).
3. Wykonawca zastrzega możliwość zażądania natychmiastowego zwrotu Sprzętu w razie stwierdzenia używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w punkcie 2. lub niezgodnie z przekazanymi: instrukcją użytkownika i instrukcją mycia i sterylizacji.
4. Użytkownik podpisując niniejszy Protokół zdawczo/odbiorczy przyjmuje na siebie ryzyko związane z odbieranym Sprzętem i zobowiązany jest do:
  - a. używania do każdego zabiegu, w którym wykorzystywany jest Sprzęt - oryginalnego jednorazowego ostrza Wykonawcy,
  - b. przechowywania i używania Sprzętu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu oraz do przestrzegania instrukcji użytkownika i sterylizacji,
  - c. zabezpieczenia Sprzętu przez uszkodzeniem i kradzieżą,
  - d. odpłatnego naprawienia szkody wyrządzonej wskutek używania, przechowywania i utrzymania Sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika i sterylizacji, w tym na skutek używania ostrzy wielorazowa lub używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w punkcie 2.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną Użytkownikowi, jego pracownikom, osobom trzecim lub szkodę powstałą w sprzęcie na skutek następujących działań Użytkownika:
  - a. modyfikacja lub zmiana Sprzętu,
  - b. przechowywanie, naprawa i utrzymanie Sprzętu niezgodne z instrukcją użytkownika i sterylizacji,
  - c. używanie Sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika oraz w sposób nieodpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Sprzętu, w tym używanie Sprzętu w niewłaściwych warunkach.
6. Koszt zagubienia lub uszkodzenia Sprzętu od momentu przekazania Sprzętu, tj. podpisania Protokołu zdawczo/odbiorczego ponosi Użytkownik.
7. Użytkownik potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym Sprzętem instrukcje użytkownika oraz mycia i sterylizacji w języku polskim.
8. Użytkownik potwierdza wykonanie przez Wykonawcę:
  - a. szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi Sprzętu,
  - b. szkolenia w zakresie podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji oraz mycia i sterylizacji Sprzętu.

**Odp.:** Zamawiający akceptuje przekazanie użyczanego napędu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. Równocześnie Zamawiający nie akceptuje postanowień wskazanego regulaminu.

Podpisał:  
Z-CA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
dr n. med. Janusz Kuśmierz

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie