



Słupsk, dnia 24.01.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa myjek do mycia pacjentów, soli tabletkowanej, golarek jednorazowych, koszy, wiader na odpady, papieru rejestracyjnego oraz rękawiczek nitrylowych”- nr postępowania 07/TP/2024

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część nr 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru nieoryginalnego będącego zamiennikiem oryginalnego papieru Mitsubishi K-61B.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

Część nr 5 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 110 mm x 20 m, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część nr 5 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do USG 0,5 lit. produkcji tureckiej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Część nr 5 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 7 m, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Część nr 5 poz. 21

Prosimy o dopuszczenie papieru do programatora St. Jude Medical o rozmiarze 210 x 140 mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych składanek tj. 4 sztuk (składanek), pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Część nr 5 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do programatora BIOTRONIC o rozmiarze 112 x 125 mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych

składanek tj. 8 sztuk (składanek), pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Część nr 5 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 15,1 cm x 9 cm, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Część nr 5 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych rolek tj. 56 sztuk (rolek), o średnicy wewnętrznej gilzy 17 mm, średnicy zewnętrznej gilzy 20 mm, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Część nr 5 poz. 29

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op.-10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 2 op. (po 10 szt.), ponieważ oryginalne papiery Schiller FT-1 są sprzedawane w op.=10 szt.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Projekt umowy - §1 ust. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu na dostarczenie dokumentów na maks. 7 dni roboczych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:

CZĘŚĆ 6

Czy Zamawiający dopuści gąbkę z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonaną z włókna poliestrowego, o wymiarach 12 x 20 x 0,5 cm. Gramatura 100 g/m² (Jest to standardowy rozmiar i gramatura gąbki powszechnie stosowana w polskich szpitalach. Taka wielkość myjki zapewnia komfort mycia i zawiera wystarczającą ilość środka myjącego, który wystarcza na umycie 1 dorosłej osoby). Opakowanie jednostkowe 24 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Z obrazkową instrukcją użytkowania oraz hypoalergicznym żelem i oznakowaniem na opakowaniu:

- pH 5,5
- testowane dermatologicznie
- skład

Normy europejskie nie stawiają wymogu, aby na opakowaniu musiała być zamieszczona informacja o hypoalergiczności żelu i pisemna instrukcja obsługi, jeżeli wystarczająca jest w postaci obrazkowej. Oferowana przez nas myjka produkowana jest zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa pacjenta, co jest potwierdzone wpisem do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych CPNP (oznacza to, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest to gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem). W związku z tym wymóg posiadania raportu bezpieczeństwa i badań aplikacyjnych

na min. 30 osobach jest bezzasadny i niezgodny z obowiązującymi przepisami, które wyznaczają normy europejskie - czyli posiadanie wpisu do CPNP.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12:

Część 1, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści golarki jednorazowego użytku z rączką o długości 8cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Część 1, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę golarek w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Część 5, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści papier EKG Schiller AT-2 plus w rozmiarze 210x280x215 z przeliczeniem ilości 175szt?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15:

Część 5, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści papier EKG Schiller AT-2 plus w rozmiarze 210x280x215 z przeliczeniem ilości 175szt?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16:

Część 5, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści papier termiczny do aparatu KTG SFR618BH w rozmiarze 112x100x150 z przeliczeniem na 8szt.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza do aparatu KTG SRF 618B.

Pytanie nr 17:

Część 5, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści żel USG innego producenta niż Parker spełniający wymagania SWZ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18:

Część 5, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 57x30?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19:

Część 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m². Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Hypoalergiczna ale bez informacji umieszczonej na opakowaniu. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na 25 osobach.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

Część 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'12 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Część 7, pozycja 1 – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje wyceny 1000 opakowań po 100szt? W przypadku oczekiwania wyceny innej wielkości opakowania, czy Zamawiający dopuści wycenę za op=100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający oczekuje 1000 opakowań po 100 szt.

Pytanie nr 22:

Część 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice z badaniami potwierdzającymi dopuszczenie do kontaktu z żywnością?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

Pytanie nr 23:

PYTANIE 1 – część 1, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 1, pozycja 1 golarki jednorazowego użytku z rączką o długości 8 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ. Opisywany przedmiot zamówienia jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 24:

PYTANIE 2 – część 1, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 1, pozycja 2 golarki jednorazowego użytku z rączką o długości 8 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ. Opisywany przedmiot zamówienia jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 25:

PYTANIE 3 – część 4

Czy Zamawiający dopuści w części nr 4 pojemniki o stawce VAT 23%? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 26:

PYTANIE 4 – część 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 4, pozycja 1 pojemników o pojemności nominalnej 3L oraz następujących wymiarach: średnica górna: 200 mm, średnica dolna: 168 mm, wysokość 154,8 mm.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 27:

PYTANIE 5 – część 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 4, pozycja 2 pojemników o pojemności nominalnej 5L oraz następujących wymiarach: średnica górna: 225 mm, średnica dolna: 194 mm, wysokość 187 mm.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 28:

PYTANIE 6 – część 4, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 4, pozycja 3 pojemników o pojemności nominalnej 10L oraz następujących wymiarach: średnica górna: 293 mm, średnica dolna: 255,5 mm, wysokość 221,5 mm.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Część nr 6 Czy Zamawiający dopuści równoważną myjkę w formie zaokrąglonej rękawicy ze zwężeniem w dolnej części do mycia ciała, pokrytej środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5), aktywacja środka myjącego następuje poprzez zwilżenie niewielką ilością wody, wymiary 17cm x 24,5cm x 0,3 cm, gramatura 100 g/m² (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m² (część tylna bez mydła), wykonana w całości z poliestru?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30:

Część nr 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 31:

Część nr 6 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie odstąpi od w/w wymogu.

Pytanie nr 32:

Część nr 6 Czy Zamawiający dopuści równoważną prostokątną myjkę do mycia ciała, pokrytej środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5), aktywacja środka myjącego następuje poprzez zwilżenie niewielką ilością wody, wymiary 12cm x 20cm x 0,3cm, gramatura 100 g/m², wykonana w całości z poliestru?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33:

Część nr 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'24 sztuki z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 34:

Część nr 6 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „informacja o hipoalergicznosci żelu na opakowaniu” i dopuści potwierdzenie hipoalergicznosci w formie oświadczenia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie odstąpi od w/w wymogu.

Pytanie nr 35:

Część nr 6 Czy Zamawiający dopuści równoważną myjkę w formie prostokątnej rękawicy, pokrytej środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5), aktywacja środka myjącego następuje poprzez zwilżenie niewielką ilością wody, wymiary 15cm x 22cm x 0,2 cm, gramatura 60 g/m², wykonana w całości z poliestru?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36:

Pytanie dotyczy części nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści golarkę z dwoma ostrzami o długości 10 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 37:

Czy zamawiający w części 1 poz 1 dopuści golarki o długości ręczki ok 8,5 cm ?? całość golarki z ręczką 10cm .

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.


KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak